

## NOIDUNGYEUCAUBAOGIA

CDT điền  
thông tin  
STT từ 1  
trở đi. Ví  
dụ: 1, 2,  
3...

CDT điền thông tin về Hàng hóa/dịch vụ cụ thể. Ví dụ: Thiết bị A, Thiết bị B, Vận chuyển; Lắp đặt;...

Diễn thông tin  
khối lượng cần  
yêu cầu. Tối đa  
4 số thập phân  
sau dấu '.' Ví dụ:  
2.5992

CDT điền thông  
tin Đơn vị tính  
Ví dụ: Cái;  
Chiếc; Lăn...

CDT điền thông tin mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cho hàng hóa/dịch vụ

CDT điền thông tin địa điểm thực hiện  
giao hàng/địa điểm thực hiện dịch vụ.

CDT điền thông tin

CDT điền thông tin

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
1	Máy sóng ngắn trị liệu	1,00	Cái	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị được sản xuất năm 2024 trở về sau, máy mới 100%</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc tương đương</li> <li>- Yêu cầu Hãng / Nước chủ sở hữu: Châu Âu hoặc G7.</li> <li>- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng</li> <li>- Nguồn cung cấp: 100/240V. 50/60Hz.</li> <li>- Điều kiện hoạt động:</li> <li>+ Nhiệt độ : &gt; 30 độ C</li> <li>+ Độ ẩm : ≥ 75%</li> </ul> <p>II. Yêu cầu cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính tích hợp xe đẩy: 01 cái</li> <li>- Tủ điện y khoa hỗ trợ điều trị tích hợp sẵn : 01 bộ</li> <li>- Cánh tay điều trị: 02 cái</li> <li>- Điện cực điện cảm &gt; 140mm : 01 cái</li> <li>- Điện cực điện dung &gt; 130mm: 02 cái</li> <li>- Đèn Neon thử sóng: 01 cái</li> <li>- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> <p>III. Yêu cầu thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn hình màu cảm ứng ≥ 5.5 inch</li> <li>- Ngôn ngữ vận hành máy: Có tối thiểu Tiếng Việt, Tiếng Anh hỗ trợ người dùng.</li> <li>- Kênh điều trị: ≥ 2 kênh điện cảm , ≥ 1 điện dung</li> <li>- Có hình ảnh giải phẫu 3 cấp độ</li> <li>- Có phác đồ lập trình sẵn</li> <li>- Hai kênh độc lập, có thể được sử dụng để điều trị hai khu vực cùng một lúc, hoặc điều trị hai bệnh nhân khác nhau cùng một lúc.</li> <li>- Tần số làm việc: ≥ 27.12 Mhz</li> </ul>	<i>Trung tâm Y tế Bắc Kạn</i>	Máy	

2	Máy điện phân	2,00	Cái	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị được sản xuất năm 2024 trở về sau, máy mới 100%</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc tương đương</li> <li>- Yêu cầu Hãng / Nước chủ sở hữu: Châu Âu hoặc G7.</li> <li>- Thời gian bảo hành: <math>\geq 12</math> tháng</li> <li>- Nguồn cung cấp: 100/240V. 50/60Hz.</li> <li>- Điều kiện hoạt động:</li> <li>+ Nhiệt độ : <math>&gt; 30</math> độ C</li> <li>+ Độ ẩm : <math>\geq 75\%</math></li> </ul> <p>II. Yêu cầu cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính : 01 cái</li> <li>- Cáp điện cực bệnh nhân : 02 cái</li> <li>- Dây đai định vị : 01 bộ</li> <li>- Điện cực cao su : 04 cái</li> <li>- Bao xốp điện cực : 04 cái</li> <li>- Bút cảm ứng : 01 cái</li> <li>- Dây nguồn + Adaptor : 01 bộ</li> <li>- Xe đẩy máy chính hãng : 01 cái</li> <li>- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> <p>III. Yêu cầu thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn hình màu cảm ứng <math>\geq 7</math> inch</li> <li>- Ngôn ngữ vận hành máy: Có tối thiểu Tiếng Việt, Tiếng Anh hỗ trợ người dùng.</li> <li>- Số kênh điện kết nối đồng thời: <math>\geq 2</math> kênh</li> <li>- Có hình ảnh giải phẫu 3 cấp độ</li> <li>- Có thể kết nối với máy hút chân không</li> <li>- Thời gian điều trị tối đa: <math>\geq 60</math> phút</li> <li>- Cường độ dòng ra chế độ CC: tối đa <math>\geq 140</math> mA</li> </ul>	Trung tâm Y tế Bắc Kạn	Máy	
---	---------------	------	-----	--	------------------------	-----	--