

Số: /BVNR-KD-TTB-VTYT

Na Rì, ngày tháng năm 2026

V/v mời báo giá sửa chữa hệ
thống X-quang kỹ thuật số

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Na Rì có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện sửa chữa hệ thống X-quang kỹ thuật số đang sử dụng tại đơn vị, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Na Rì

Địa chỉ: Thôn Hát Deng, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nông Quang Huỳnh
- Chức vụ: Trưởng khoa
- Địa chỉ: khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế;
- Số điện thoại: 0977 045 132. Email: khoaduocyytnr@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Báo giá trực tiếp gửi về: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, Bệnh viện Na Rì. Địa chỉ: Thôn Hát Deng, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên, với tiêu đề "Báo giá của Công ty ..."

- Nhận qua email: Bản Scan và File mềm vui lòng gửi về email: khoaduocyytnr@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 7h30 ngày 24 tháng 7 năm 2026 đến trước 17h ngày 03 tháng 8 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế yêu cầu báo giá gồm:

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt trang thiết bị y tế: Bệnh viện Na Rì.

Yêu cầu báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo quản, bảo hành và các loại thuế phí liên quan.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 8 năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán theo tiến độ giao hàng
- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ khi bên mời thầu nhận được đầy đủ chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử, bản giấy:

- Như kính gửi (Mời);
- Phòng KH-TH đăng công thông tin điện tử;
- Khoa Dược - TTB - VTYT.
- Lưu: VT, KD- TTB-VTYT.

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hằng

PHỤ LỤC DANH MỤC <i>(Kèm theo Văn bản số: /BVNR-KD-TTB-VTYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Na Rì)</i>				
STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
A	B	D	N	M
1	Sửa chữa hệ thống X-quang kỹ thuật số Ecoray	I. Thông tin thiết bị: - Tên thiết bị: Hệ thống X-quang kỹ thuật số. - Model: E-CON 40. - Hãng sản xuất: Ecoray/Hàn Quốc. II. Nội dung thực hiện: - Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống -Thay thế bóng X- Quang. Model: E7239X. Hãng sản xuất: Canon Electron Tubes & Devices Co;Ltd (Nhật Bản) Thông số kỹ thuật: + Kiểu: Bóng Anode quay + Tiêu điểm: 1.0/2.0 mm + Điện thế hoạt động: 40-125 KVP + Góc tới: 16° + Đơn vị trữ nhiệt: 140,000 HU + Tốc độ quay: 2700rpm/50Hz, 3200 rpm/60 Hz. + Kiểu: Đa lá, đảm bảo an toàn, chống rò rỉ tia X. + Dải kV: 40 kV-150 kV/ bước + Độ chính xác kV: ± (5% giá trị đặt trước +1 kV) + Thời gian tăng: <1,5ms (10%-90%) + Dải mA: 10mA-500mA, R'20. + Độ chính xác: mA+/- (5% giá trị đặt trước + 1mA. + ms Dải: 1ms-6300ms,R'20. + Độ chính xác: ± (10% giá trị đặt trước + 1ms) + Dải mAs: 0.1 mAs- 630mAs@40kV, R'20 + Độ chính xác mAs: ± (5% giá trị đặt trước + 0.2 mAs).	Máy	01

		III. Yêu cầu đối với vật tư, linh kiện thay thế - Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng. - Có tài liệu kỹ thuật, catalogue hoặc tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ. - Có số serial, nhãn mác của nhà sản xuất. - Đảm bảo tương thích hoàn toàn với hệ thống Ecoray E-CON 40 đang sử dụng tại Bệnh viện Na Rì.		
--	--	--	--	--