

Số: 501 /BVNR-KD-TTB-VTYT

Na Rì, ngày 07 tháng 9 năm 2026

V/v mời báo giá vật tư phòng mổ
phục vụ hoạt động chuyên môn

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Na Rì có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm vật tư phòng mổ phục vụ hoạt động chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Na Rì

Địa chỉ: Thôn Hát Deng, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nông Quang Huỳnh

- Chức vụ: Trưởng khoa

- Địa chỉ: khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế;

- Số điện thoại: 0977 045 132. Email: khoaduocyytnr@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Báo giá trực tiếp gửi về: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, Bệnh viện Na Rì. Địa chỉ: Thôn Phố Mới, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên, với tiêu đề "Báo giá của Công ty ..."

- Nhận qua email: Bản Scan và File mềm vui lòng gửi về email: khoaduocyytnr@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 7h30 ngày 08 tháng 9 năm 2026 đến trước 17h ngày 18 tháng 9 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế yêu cầu báo giá gồm:

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt trang thiết bị y tế: Bệnh viện Na Rì.

Yêu cầu báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo quản, bảo hành và các loại thuế phí liên quan.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 9 năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán theo tiến độ giao hàng
- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ khi bên mời thầu nhận được đầy đủ chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử, bản giấy:

- Như kính gửi (Mời);
- Phòng KH-TH đăng công thông tin điện tử;
- Khoa Dược - TTB - VTYT.
- Lưu: VT, KD- TTB-VTYT.

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Hằng



PHỤ LỤC DANH MỤC

(Kèm theo Văn bản số: 501/BVNR-KD-TTB-VTTYT ngày 07... tháng 9... năm 2026 của Bệnh viện Na Rì)

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dây mát dao điện Erbe	- Dây điện cực trung tính (dây mát) sử dụng cho máy dao mổ điện cao tần. - Có khả năng kết nối tương thích với hệ thống dao mổ điện cao tần đang sử dụng tại Bệnh viện. - Dây nối điện cực trung tính, dài 4m, điện áp đỉnh tối đa 0.5kVp, sử dụng nhiều lần, hấp tiết trùng nhiệt độ cao tối đa 138 độ C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản phẩm mới 100%, nguyên bao bì, có nhãn hàng hóa và thông tin truy xuất nguồn gốc đầy đủ. - Đáp ứng các yêu cầu về an toàn điện và an toàn sử dụng theo quy định áp dụng đối với sản phẩm. - Có hồ sơ pháp lý về trang thiết bị y tế/phụ kiện trang thiết bị y tế theo quy định hiện hành.	Cái	2
2	Van trong silicon trocar 10mm (CROSS SLIT VALVE FOR 10/12MM TROCARS)	- Van trong sử dụng cho trocar phẫu thuật nội soi cỡ 10 mm/10–12 mm. - Vật liệu van bằng silicone y tế hoặc vật liệu tương đương phù hợp sử dụng trong phẫu thuật. - Thiết kế dạng van khe, có khả năng đóng kín quanh dụng cụ đưa qua trocar. - Có khả năng duy trì độ kín và hạn chế thất thoát khí trong khoang phẫu thuật trong quá trình đưa, rút dụng cụ. - Có độ đàn hồi phù hợp, bảo đảm khả năng trở về trạng thái đóng sau khi rút dụng cụ. - Kích thước và cấu tạo phải tương thích với trocar cỡ 10 mm/10–12 mm đang sử dụng tại Bệnh viện. - Sản phẩm mới 100%, nguyên bao bì, có nhãn hàng hóa và thông tin truy xuất nguồn gốc đầy đủ.	Hộp	01
3	Nắp trên silicon trocar 10mm (SEALING CAP FOR 10/12MM TROCARS)	- Nắp trên sử dụng cho trocar phẫu thuật nội soi cỡ 10 mm/10–12 mm. - Vật liệu bằng silicone y tế hoặc vật liệu tương đương, phù hợp sử dụng trong phẫu thuật. - Thiết kế bảo đảm khả năng làm kín đầu trocar trong quá trình phẫu thuật. - Có khả năng duy trì áp lực khí trong khoang phẫu thuật, hạn chế rò rỉ khí qua vị trí lắp nắp. - Có độ đàn hồi và độ bền cơ học phù hợp với quá trình đưa, rút dụng cụ phẫu thuật. - Kích thước, hình dạng và cơ cấu lắp đặt phải tương thích với trocar cỡ 10 mm/10–12 mm đang	Hộp	01

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		sử dụng tại Bệnh viện. - Không gây cản trở thao tác đưa dụng cụ qua trocar và không làm ảnh hưởng đến chức năng của hệ thống trocar. - Sản phẩm mới 100%, nguyên bao bì, có thông tin nhận dạng và truy xuất nguồn gốc đầy đủ.		
4	Van/đầu giảm silicone dành cho trocar 10mm/12mm, kèm đầu giảm 5mm (REDUCING CONVERTER 10/12MM TO 5MM)	- Đầu giảm sử dụng cho trocar phẫu thuật nội soi cỡ 10 mm/12 mm. - Có chức năng chuyển đổi đường kính sử dụng từ trocar 10 mm/12 mm sang dụng cụ phẫu thuật đường kính 5 mm. - Vật liệu bằng silicone y tế hoặc vật liệu tương đương phù hợp sử dụng trong phẫu thuật. 4. Thiết kế bảo đảm độ kín quanh dụng cụ đường kính 5 mm khi sử dụng với trocar 10 mm/12 mm. - Hạn chế thất thoát khí và duy trì áp lực khí trong khoang phẫu thuật trong quá trình đưa, rút dụng cụ. - Có độ đàn hồi phù hợp để giữ kín dụng cụ nhưng không gây cản trở thao tác đưa và rút dụng cụ 5 mm. - Kích thước, cấu tạo và cơ chế lắp đặt phải tương thích với trocar cỡ 10 mm/12 mm đang sử dụng tại Bệnh viện. - Có khả năng tháo lắp thuận tiện, không làm ảnh hưởng đến chức năng của trocar. - Sản phẩm mới 100%, nguyên bao bì, có thông tin nhận dạng và truy xuất nguồn gốc đầy đủ.	Hộp	01