

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC
CHƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chơn Thành, ngày 15 tháng 10 năm 2025

Số: 132/TTYT

V/v yêu cầu báo giá máy xét nghiệm
điện giải đồ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi : Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua sắm máy xét nghiệm điện giải đồ phục vụ công tác khám, chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành. Địa chỉ: Đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố Trung Lợi, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds. Đỗ Văn Bách; Khoa Dược - Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành. Số điện thoại: 0966.799.540

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến trước 10 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2025. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ký.

II. Nội dung yêu cầu báo giá :

1. Danh mục hàng hoá, dịch vụ:

Stt	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng
01	Máy phân tích điện giải EasyLyte Analyzer, Na/K/Cl/Ca/Li	Máy dùng để đo các thành phần Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ hoặc Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Li ⁺ . Mẫu phân tích: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu. Phương pháp đo: đo trực tiếp	Máy	Medica Corporation	Mỹ	01

		bảng điện cực chọn lọc (ISE) Giới hạn đo: Máu: Na ⁺ 20 – 200 mmol/L, K ⁺ : 0.2 – 40 mmol/L, Cl ⁻ : 25 – 200 mmol/L, Ca ⁺⁺ : 0.1 – 6.0 mmol/L. Nước tiểu: Na ⁺ : 25 – 1000 mmol/L, K ⁺ : 1.0 – 500 mmol/L, Cl ⁻ : 25 – 500 mmol/L Thời gian phân tích: ≤ 60 giây. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA USA & CE & ISO 13485. Xuất xứ: G7				
--	--	--	--	--	--	--

2. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 72 giờ sau khi hoàn tất các thủ tục mua sắm.

(Đính kèm theo mẫu báo giá)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc TTYT;
- Website của TTYT;
- Website muasamcong.mpi.gov.vn;
- Khoa, Phòng TTYT;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mẫu báo giá
(Đính kèm Công văn số /TTYT ngày tháng 10 năm 2025 của Trung tâm Y tế)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VND)	Giấy GPLH/GNNK hoặc PTN, HSCB tiêu chuẩn TTBYT	Giá kê khai	Quyết định đang trúng thầu trong vòng 12 tháng, nơi trúng thầu (nếu có)
1	Thiết bị A											
2	Thiết bị B											
n	...											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))