SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM Y TẾ
KHU VỰC THUẬN AN
Số: 2114/TB-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lái Thiêu, ngày 28 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Quyết định 735/QĐ-TTYT ngày 25 tháng 9 năm 2026 về việc phê duyệt danh mục, chủ trương thực hiện mua sắm gói thầu "Thiết bị y tế thận nhân tạo năm 2026-2027";

Trung tâm Y tế khu vực Thuận An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng dự toán, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thiết bị y tế thận nhân tạo năm 2026-2027" phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung Tâm Y Tế khu vực Thuận An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Phòng Vật tư- Thiết bị y tế-Trung tâm Y tế khu vực Thuận An
- Điện thoại:0274.3755434
- Đường Nguyễn Văn Tiết, Khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thành Phố Hồ Chí Minh.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

-Nhận hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - TBYT – Lầu 3 Trung tâm y tế khu vực Thuận An, Đường Nguyễn Văn Tiết, Khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thành Phố Hồ Chí Minh.

-Nhận File điện tử: Email: ttytdt2024@gmail.com

Địa điểm phát hành yêu cầu báo giá: http:/trungtamytethuanan.com.vn, musamcong.mpi.gov.vn

Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 28 tháng 9 năm 2026 đến 17 giờ ngày 09 tháng 10 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4.Thời hạn có hiệu lực của báo giá kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Stt	Tên thiết bị y tế	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Quả lọc máu Lowflux ($1,4m^2$)	- Diện tích màng: $1,4m^2$ - Chất liệu màng: Helixone	Quả	540	

Stt	Tên thiết bị y tế	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		hoặc Polysulfone Hoặc tương đương - Hệ số siêu lọc (KUF): ≥ 12 (ml/hr/mmHg) - Thể tích mồi: ≤ 74ml - Áp lực xuyên màng (TDP) ≥ 600mmHg - Phương pháp tiệt trùng: hơi nước hoặc tia Gama hoặc tương đương - Xuất xứ: G7 - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485,CE			
2	Quả lọc máu Lowflux ($1,6m^2$)	- Diện tích màng: $1,6m^2$ - Chất liệu màng: Helixone hoặc Polysulfone Hoặc tương đương - Hệ số siêu lọc (KUF): ≥ 12 (ml/hr/mmHg) - Thể tích mồi: ≤ 96ml - Áp lực xuyên màng (TDP) ≥ 600mmHg - Phương pháp tiệt trùng: hơi nước hoặc tia Gama hoặc tương đương - Xuất xứ: G7 - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485,CE	Quả	680	
3	Quả lọc máu Lowflux ($1,8m^2$)	- Diện tích màng: $1,8m^2$ - Chất liệu màng: Helixone hoặc Polysulfone Hoặc tương đương - Hệ số siêu lọc (KUF): ≥ 14 (ml/hr/mmHg) - Thể tích mồi: ≤ 105ml - Áp lực xuyên màng (TDP) ≥ 600mmHg - Phương pháp tiệt trùng: hơi nước hoặc tia Gama hoặc tương đương - Xuất xứ: G7 - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485,CE	Quả	190	

Stt	Tên thiết bị y tế	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
4	Quả lọc Highflux ($1,4m^2$)	- Diện tích màng: $1,4m^2$ - Chất liệu màng: Helixone hoặc Polysulfone hoặc tương đương - Hệ số siêu lọc (KUF): ≥ 47 (ml/hr/mmHg) - Thể tích mồi: ≤ 75ml - Hệ số sàng lọc Albumin < 0,001 - Hệ số sàng lọc β2 microglobulin: ≥ 0,85 - Áp lực xuyên màng ≥ 500mmHg - Phương pháp tiệt trùng: hơi nước hoặc chiếu tia gama hoặc tương đương - Xuất xứ: G7 - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485,CE	Quả	360	
5	Quả lọc Highflux ($1,6m^2$)	- Diện tích màng: $1,6m^2$ - Chất liệu màng: Helixone hoặc Polysulfone hoặc tương đương - Hệ số siêu lọc (KUF): ≥ 53 (ml/hr/mmHg) - Thể tích mồi: ≤ 86ml - Hệ số sàng lọc Albumin < 0,001 - Hệ số sàng lọc β2 microglobulin: ≥ 0,85 - Áp lực xuyên màng ≥ 500mmHg - Phương pháp tiệt trùng: hơi nước hoặc chiếu tia gama hoặc tương đương - Xuất xứ: G7 - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485,CE	Quả	453	
6	Quả lọc Highflux ($1,8m^2$)	- Diện tích màng: $1,8m^2$ - Chất liệu màng: Helixone hoặc Polysulfone hoặc tương đương - Hệ số siêu lọc (KUF): ≥ 58 (ml/hr/mmHg) - Thể tích mồi: ≤ 105ml - Hệ số sàng lọc Albumin <	Quả	125	

Stt	Tên thiết bị y tế	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		0,001 - Hệ số sàng lọc β2 microglobulin: ≥ 0,85 - Áp lực xuyên màng ≥ 500mmHg - Phương pháp tiệt trùng: hơi nước hoặc chiếu tia gama hoặc tương đương - Xuất xứ: G7 - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485,CE			
7	Bộ dây lọc máu các loại, các cỡ	Bộ dây chạy thận 4 trong 1 bao gồm: dây động mạch và dây tĩnh mạch, transducer, dây truyền dịch, túi xả + Có đầu transducer + Dây động mạch: đường kính ≥4,5x6,8, dài ≥ 3.2mm, 5 nhánh nối + Dây tĩnh mạch: đường kính 4,5x6,8, dài ≥ 2.7mm, 2 dây nối + Thể tích mồi: ≤ 165ml + Túi xả ≥2000ml + Dây truyền dịch + Tương thích với nhiều loại máy chạy thận - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485,CE	Bộ	13.000	
8	Kim bướm thận nhân tạo 16G	- Kim chạy thận nhân tạo kích thước 16Gx25x300mm, có thể xoay, có silicon bao phủ, có back eye. - Kim làm bằng thép không gỉ, ống bằng nhựa PVC y tế. - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485	Cái	20.000	
9	Kim bướm thận nhân tạo 17G	- Kim chạy thận nhân tạo kích thước 17Gx25x300mm, có thể xoay, có silicon bao phủ, có back eye. - Kim làm bằng thép không	Cái	4.500	

Stt	Tên thiết bị y tế	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		gỉ, ống bằng nhựa PVC y tế. - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485			
10	Ống thông (catheter) các loại, các cỡ	Kích thước 12Fx16cm, 20cm Bao gồm: - 1 Catheter 2 đường chất liệu polyurethane có cản quang - 1 Guidewire nitinol - 1 kim chữ Y - Nong - Kèm dao - Xylanh - Chỉ khâu có kim công - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485,CE	Bộ	20	

III. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Bảng báo giá theo mẫu số 01: Cung cấp file điện tử qua mail hoặc nhận trực tiếp
- Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
- Tài liệu kỹ thuật có liên quan: Cung cấp các tài liệu kỹ thuật của trang thiết bị y tế (Catologue) để chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật; giấy chứng nhận lưu hành và các tài liệu liên quan của trang thiết bị y tế.

Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá phù hợp khả năng cung cấp của mình và phải đảm bảo việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

Trung tâm Y tế khu vực Thuận An rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty/Đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Dán thông báo chung;
- Website TTYT;
- Phòng KHNV (Hỗ trợ đăng tải);
- Lưu: VT; P.VT-TB

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC THUẬN AN

Phan Quang Toàn

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế Khu Vực Thuận An

Trên cơ sở thông báo số: ...../TB-TTYT ngày ..... về việc ..... của Trung tâm Y tế Khu Vực Thuận An.
Chúng tôi Công ty ....., địa chỉ: .....
Mã số thuế: .....
Báo giá cho hàng hóa và các dịch vụ liên quan như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Xuất xứ	Công ty sản xuất, địa chỉ công ty sản xuất	Công ty phân phối, địa chỉ công ty phân phối	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ) Đã VAT	Thành tiền (VNĐ)
1										
2										
3										

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.
2. Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)