

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11758 /SYT-KHTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2026

V/v đảm bảo an toàn bức xạ tại các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố

Kính gửi:



- Bệnh viện Bộ, ngành trên địa bàn Thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Phòng Văn hóa – Xã hội, Trạm Y tế phường, xã, đặc khu;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân, và bồi thường thiệt hại hạt nhân (sau đây gọi tắt là Nghị định số 332/2025/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về bảo đảm an toàn bức xạ và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (sau đây gọi tắt là Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN);

Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn bức xạ cho người bệnh và nhân viên y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố,

Sở Y tế đề nghị các đơn vị có sử dụng thiết bị sử dụng trong y học hạt nhân, thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế và thiết bị xạ trị thực hiện nghiêm theo quy định tại Luật Năng lượng nguyên tử, Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN, trong đó lưu ý một số nội dung như sau:

1. Kiểm định thiết bị bức xạ và hiệu chuẩn thiết bị đo bức xạ

Thực hiện theo đúng Điều 28 của Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN về kiểm định thiết bị bức xạ và hiệu chuẩn thiết bị đo bức xạ:

“1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trong y tế phải thực hiện việc kiểm định thiết bị bức xạ, hiệu chuẩn thiết bị đo bức xạ được sử dụng tại cơ sở mình theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP.

2. Việc kiểm định thiết bị bức xạ, hiệu chuẩn thiết bị đo bức xạ phải được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân được cấp đăng ký hoạt động dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn”.

2. Đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế

- Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, thuốc phóng xạ trong y tế có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định số

332/2025/NĐ-CP và từ Điều 23 đến Điều 33, Mục 2, Chương II, Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN để bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

- Rà soát, trang bị bổ sung thêm 01 liều kế cho nhân viên sử dụng thiết bị X-quang di động, y học hạt nhân; đảm bảo mỗi nhân viên bức xạ phải được trang bị 02 liều kế cá nhân (một đặt dưới tạp dề chì tại vị trí bụng, một đặt bên ngoài tại vị trí cổ) theo quy định tại Điều 11, Điều 14 Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN. Kiểm tra quy cách, hướng dẫn đeo liều kế của nhân viên bức xạ đặc biệt đối với nhân viên được trang bị 02 liều kế.

- Cập nhật mức liều tham chiếu chẩn đoán, điều trị trong hoạt động y học hạt nhân và xạ trị theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và Phụ lục 2 Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN.

- Xây dựng, rà soát kế hoạch bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ theo mẫu quy định tại mẫu số 04 Phụ lục III Nghị định số 332/2025/NĐ-CP;

- Lập, lưu giữ phiếu theo dõi suất liều trong quá trình vận chuyển nguồn phóng xạ với đầy đủ thông tin về: thông tin về tuyến đường vận chuyển thực tế, thiết bị đo suất liều, phương tiện vận chuyển; suất liều trong và sau khi kết thúc vận chuyển;

- Rà soát, cập nhật Chương trình bảo đảm chất lượng trong hoạt động y học hạt nhân để cập nhật căn cứ pháp lý hiện hành và bảo đảm tuân thủ quy định tại Phụ lục IX Nghị định số 332/2025/NĐ-CP;

- Đảm bảo có khóa an ninh tại khu vực hàng rào khu vực bể thải y học hạt nhân. Rà soát, bố trí chỗ ngồi của bệnh nhân chờ tiêm, bố trí vách ngăn chì che chắn giữa các bệnh nhân trong phòng chờ tiêm nhằm giảm thiểu nguy cơ chiếu xạ chéo. Rà soát, cập nhật nội quy an toàn bức xạ, ban hành và niêm yết tại buồng lưu trú bệnh nhân để thể hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm toàn bức xạ, phân loại chất thải phóng xạ và các lưu ý hạn chế phát tán nhiễm bẩn.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố có sử dụng thiết bị sử dụng trong y học hạt nhân, thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế và thiết bị xạ trị nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Đề nghị Phòng Văn hóa – Xã hội phường, xã, đặc khu hỗ trợ triển khai công văn này đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý để biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KH&CN;
- BGĐ SYT TP.HCM;
- Các Phòng CMNV, SYT;
- Lưu: VT, KHTC (LCL, LPT).

Đính kèm: Phụ lục Danh mục thiết bị bức xạ phải kiểm định và tần suất kiểm định.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoài Nam



Phụ lục
Danh mục thiết bị bức xạ phải kiểm định và tần suất kiểm định
(Kèm theo Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ)

Stt	Tên thiết bị	Tần suất kiểm định
I	Thiết bị bức xạ dùng trong chẩn đoán hình ảnh	
1	Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường	2 năm/lần
2	Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình (Thiết bị dùng trong chụp mạch, can thiệp, soi chiếu, thiết bị X-quang trong tán sỏi)	1 năm/lần
3	Thiết bị X-quang dùng trong chụp vú (Mammography)	2 năm/lần
4	Thiết bị X-quang di động	2 năm/lần
5	Thiết bị X-quang răng	2 năm/lần
6	Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT)	1 năm/lần
7	Thiết bị X-quang đo mật độ xương (DXA)	2 năm/lần
8	Thiết bị CT tích hợp SPECT (SPECT/CT)	1 năm/lần
9	Thiết bị CT tích hợp PET (PET/CT)	1 năm/lần
II	Thiết bị dùng trong xạ trị	
1	Thiết bị dùng nguồn Co-60	1 năm/lần
2	Thiết bị gia tốc tuyến tính (LINAC)	1 năm/lần
3	Thiết bị dùng chùm tia ion, proton	1 năm/lần
4	Thiết bị phẫu thuật bằng tia gamma (Gamma Knife), CyberKnife	1 năm/lần
5	Thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa	1 năm/lần

