

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM Y TẾ
KHU VỰC THUẬN AN

Số: 650 /TB-TTYT

V/v Thông báo mời đơn vị cung cấp thiết
bị xử lý hệ thống nước RO phục vụ công
tác chạy thận nhân tạo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lái Thiêu, ngày 30 tháng 9 năm 2025.

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị cung cấp

Căn cứ Tờ trình số 254/TTr-P.VT-TBYT ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Phòng VT-TBYT về việc đề nghị mua sắm thiết bị xử lý hệ thống nước RO phục vụ công tác chạy thận nhân tạo;

Căn cứ Biên bản HĐMS số 43/BB-HĐMS-TTYT ngày 19 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ bảng dự toán ngày 23 tháng 9 năm 2025;

Trung tâm Y tế Khu Vực Thuận An đang có nhu cầu mua sắm thiết bị xử lý hệ thống nước RO phục vụ công tác chạy thận nhân tạo. Kính mời các Công ty/Đơn vị có đầy đủ chức năng, năng lực, tham gia thực hiện cung cấp thiết bị xử lý hệ thống nước RO phục vụ công tác chạy thận nhân tạo với nội dung cụ thể như sau:

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Bóng đèn diệt khuẩn bằng tia cực tím (UV) dùng trong hệ thống xử lý nước.	Cái	03	
2	Bộ điều khiển điện tử BA-ICE-S của hệ thống xử lý nước bằng tia UV	Cái	03	

Thời gian nhận chào giá: 10 ngày kể từ ngày ký phát hành thông báo (Trong giờ hành chính, kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ theo quy định).

Báo giá vui lòng gửi về: Phòng VT-TBYT – Trung tâm Y tế Khu Vực Thuận An.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tiết, KP. Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo này được đăng tải trên Website chính thức của Trung tâm Y tế Khu Vực Thuận An; Website: trungtamytethuanan.com.vn

Trung tâm Y tế Khu Vực Thuận An rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty/Đơn vị.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Ban Giám đốc;
- Dân thông báo chung;
- Website TTYT;
- Phòng KHNH (Hỗ trợ đăng tải);
- Lưu: VT; P.VT-TBYT



GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Huy Cường

PHỤ LỤC: BIỂU MẪU BẢNG BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế Khu Vực Thuận An

Trên cơ sở thông báo số:/TB-TTYT ngày về việc thông báo mời đơn vị
Chúng tôi Công ty, địa chỉ:
Mã số thuế:

Báo giá cho hàng hóa và các dịch vụ liên quan như sau:

STT	TÊN HÀNG HÓA/TÊN THƯƠNG MẠI	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	THÔNG TIN /THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (gồm VAT)	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
1									
2									
3									
TỔNG CỘNG (đã bao gồm VAT)									
BẢNG CHỮ:.....VNĐ									

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật;

2. Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày ký

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Số: 254 /TTr-P.VT-TBYT

Lái Thiêu, ngày 08 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị mua sắm thiết bị xử lý hệ thống nước RO
phục vụ công tác chạy thận nhân tạo**

Kính gửi:

- Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thuận An.
- Hội đồng mua sắm Trung tâm Y tế thành phố Thuận An.

Căn cứ vào phiếu đề nghị mua sắm của Kỹ sư phụ trách hệ thống RO- Phòng VT-TBYT ngày 29/8/2025;

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Phòng VT-TBYT.

Để đảm bảo cung ứng kịp thời thiết bị xử lý hệ thống nước RO phục vụ công tác chạy thận nhân tạo. Phòng VT-TBYT đề xuất ban Giám đốc Trung tâm Y tế Thành Phố Thuận An, Hội đồng mua sắm Trung Tâm Y Tế Thành Phố Thuận An phê duyệt cho phép mua sắm thiết bị xử lý hệ thống nước RO phục vụ công tác chạy thận nhân tạo với nội dung cụ thể như sau:

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Đơn vị tính	Yêu cầu tính năng	Số lượng	Ghi chú
1	Bóng đèn diệt khuẩn bằng tia cực tím (UV) dùng trong hệ thống xử lý nước.	Cái	-Tiêu chuẩn kiểm nghiệm, chứng nhận NSF international theo TC CSAB483.1 và NSF/ANSI 55 về hiệu suất khử trùng -Bước sóng của tia cực tím phát ra: 254 nanomet. -Bóng đèn UV hoạt động ở áp suất thấp và cho ra công suất thấp. -Chiều dài bóng đèn: 810 milimet- Công suất: 37W	03	

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Đơn vị tính	Yêu cầu tính năng	Số lượng	Ghi chú
2	Bộ điều khiển điện tử BA-ICE-S của hệ thống xử lý nước bằng tia UV	Cái	-Điện áp đầu vào từ 100-240V, tần số 50 hoặc 60 Hz -Dòng điện hoạt động tối đa 0.60A cho đèn S36RL (39W) ở 100V -Tuân thủ chỉ thị hạn chế các chất độc hại của Liên minh châu âu (ROHS). -Chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường Liên minh châu âu (CE).	03	

Trên đây là nội dung trình bày của Phòng VT-TBYT. Kính trình Ban giám đốc, Hội đồng mua sắm Trung Tâm Y Tế Thành Phố Thuận An xem xét chấp thuận để Phòng VT-TBYT hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trân trọng./.

PHÒNG VT-TBYT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:P.VT-TBYT.

Nguyễn Đoàn Hoàng Thiện