

Số: 851 /BVNĐC-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá sửa chữa/ thay thế,
bảo trì hệ thống chụp cộng hưởng từ
(MRI), Model: MAGNETOM ESSENZA,
SN: 150026 – khoa CDHA

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sửa chữa/ thay thế, bảo trì thiết bị y tế (hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI), Model: MAGNETOM ESSENZA, SN: 150026), với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu Báo giá.

- Đơn vị yêu cầu Báo giá: Bệnh Viện Nguyễn Đình Chiểu.
- Tiếp nhận thông tin và hồ sơ báo giá bản giấy có ký tên, đóng dấu:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu 109 Đoàn Hoàng Minh, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long.
 - Nhận qua email: thaubvndc@gmail.com”. (đính kèm file mềm về kỹ thuật)
- Thời hạn tiếp nhận Báo giá: 17 giờ 00 phút ngày 10 tháng 10 năm 2025.
 - Các Báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
 - Các đơn vị đến khảo sát giám định tình trạng thiết bị y tế, phải có Văn bản thông báo và Giấy giới thiệu tên nhân sự thực hiện tại bệnh viện.
- Thời hạn hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày Báo giá.

II. Nội dung yêu cầu Báo giá:

- Danh mục dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế (Danh mục đính kèm).
 - Báo giá đã bao gồm các loại phí và thuế liên quan, kiểm định theo quy định của Bộ Y Tế.
 - Địa điểm cung cấp, lắp đặt tại Bệnh Viện Nguyễn Đình Chiểu.
- Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHTH (đăng web BV);
- Phòng VT-TBYT (đăng tải hệ thống mạng đấu thầu quốc gia);
- Lưu: VT, VTTBYT.



GIÁM ĐỐC

Trình Minh Hiệp

DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ
(Đính kèm theo Công văn số 851 /BVNĐC-VTTBYT ngày 15/ 9 /2025
của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu)

STT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm thực hiện	Ghi chú
<u>Dịch vụ trọn gói bao gồm:</u> Kiểm tra, giám định hư hỏng, khắc phục, thay thế, bảo trì đảm bảo hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI), Model: MAGNETOM ESSENZA, SN: 150026 trong tình trạng hoạt động tốt sau khi bảo trì, thay thế. Nội dung thực hiện bao gồm tất cả các hạng mục sau:					
1.	Sửa chữa/thay thế và lắp đặt bộ lưu điện UPS	Gói	01	Khoa CĐHA Bệnh Viện Nguyễn Đình Chiểu	UPS cho hệ thống máy tính xử lý ảnh, hỏng acquy cần sửa chữa hoặc thay mới. - Phù hợp với máy MRI, Model Essenza đang lắp đặt tại bệnh viện. - Hàng mới, bao gồm lắp đặt cân chỉnh và đảm bảo hoạt động bình thường sau khi lắp đặt. - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
2.	Thay thế và lắp đặt lõi lọc khí	Bộ	01		Lõi lọc khí được thay thế và sử dụng vào ngày 20/5/2022, theo khuyến cáo phải thay trong vòng 30.000 giờ để đảm bảo chất lượng của độ lọc. Cần thay thế mới bộ thẩm thấu chất làm lạnh cho đầu lạnh (Adsorber). - Phù hợp với máy MRI, Model Essenza đang lắp đặt tại Bệnh viện. - Hàng mới, bao gồm lắp đặt và đảm bảo hoạt động tốt sau khi lắp đặt. - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Cung cấp đầy đủ hồ sơ nhập khẩu, chứng nhận xuất xứ, xuất xưởng hoặc chứng nhận chất lượng.
3.	Lắp đặt mới máy hút ẩm công nghiệp	Gói	01		Phòng chụp (đặt khối từ) thường xuyên có độ ẩm cao, cần theo dõi và điều chỉnh độ ẩm ở trong

STT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm thực hiện	Ghi chú
	cho phòng đặt nam châm				ngưỡng cho phép để đảm bảo an toàn cho các linh kiện hoặc lắp đặt thêm hệ thống hút ẩm trung tâm chuyên dụng để giảm thiểu các lỗi phát sinh do môi trường ẩm gây ra cho thiết bị. - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Cung cấp đầy đủ hồ sơ nhập khẩu, chứng nhận xuất xứ, xuất xưởng hoặc chứng nhận chất lượng
4.	Thay thế ổ cứng và cài đặt phần mềm cho ổ cứng; Bảo trì định kỳ hệ thống máy MRI	Hệ thống/năm	01		Bộ ổ cứng phần mềm hoạt động từ năm 2016 suy giảm theo thời gian sử dụng, cần dự trù để thay thế dự phòng. Chi tiết bao gồm: - Máy tính Host gồm 03 ổ cứng chuẩn SAS 2.5 inch. - Máy tính Mars gồm 02 ổ cứng chuẩn SATA 2.5 inch. - Cài đặt phần mềm tương thích với máy - Restore dữ liệu cài đặt, calib, protocol Kiểm tra, theo dõi đồng bộ hoạt động với máy MRI. - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Hợp đồng bảo trì đã hết hiệu lực bảo trì từ ngày 10/6/2025, cần tiếp tục duy trì chế độ bảo trì thường xuyên để đảm bảo tính liên tục và kịp thời kiểm tra, phát hiện các lỗi phát sinh khi có sự cố, phòng ngừa các rủi ro làm tăng chi phí không cần thiết. - Bảo trì theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, không bao gồm linh kiện thay thế.
Tổng cộng: 04 hạng mục					

Công ty:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ giám định, sửa chữa/ thay thế, bảo trì hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI), Model: MAGNETOM ESSENZA, SN: 150026 tại Bệnh Viện Nguyễn Đình Chiểu.

STT	Danh mục thực hiện	Nội dung chi tiết dịch vụ sửa chữa/ thay thế	Hãng/ Nước sản xuất (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1							
2							
...							
Tổng cộng:							

2. Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao lắp đặt, bảo hành tại đơn vị sử dụng.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày]
- Thời gian giao hàng: Trong vòng ngày, kể từ ngày nhận được thông tin đặt hàng.
- Thời gian bảo hành:, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.

- Thanh toán bằng chuyển khoản: 100% giá trị của hợp đồng trong vòng 90 ngày, kể từ ngày đơn vị cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán theo yêu cầu của bên yêu cầu báo giá

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ghi chú:

- *Gửi kèm theo các tài liệu liên quan.*

- *(2): Nhà thầu tham dự mô tả chi tiết nội dung cần sửa chữa/ thay thế.*

- *(3): Trường hợp thay thế các phụ kiện, linh kiện thì mô tả hãng/ nước sản xuất của hàng hóa cần thay thế.*

....., ngày.... tháng năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))