

SỞ Y TẾ CAO BẰNG
TRUNG TÂM Y TẾ HOÀ AN

Số: 1524/YCBC-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa An, ngày 22 tháng 8 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Hoà An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Hoà An, địa chỉ: Xóm 1 Bế Triều, xã Hoà An, tỉnh Cao Bằng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Đàm Thị Tuyền, Khoa Dược-TTB -VTYT, SĐT: 0911.716.389, gmail: Tuyenduoc.bvha@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đàm Thị Tuyền, Khoa Dược-TTB -VTYT, Trung tâm y tế Hoà An, địa chỉ: Xóm 1 Bế Triều, xã Hoà An, tỉnh Cao Bằng.

- Nhận qua chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Đàm Thị Tuyền, Khoa Dược-TTB -VTYT, Trung tâm y tế Hoà An, SĐT: 0911.716.389, địa chỉ: xóm 1 Bế Triều, xã Hoà An, tỉnh Cao Bằng.

- Nhận qua Email: Tuyenduoc.bvha@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm đăng tải thành công.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá chi tiết phụ lục 1 kèm theo.

(Lưu ý: Báo giá đã gồm thuế VAT, lệ phí (Nếu có), chi phí vận chuyển ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm).

2. Địa điểm giao nhận lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thiết bị: Tại Trung tâm y tế Hoà An, xóm 1 Bế Triều, xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Các đơn vị báo giá phải cung cấp thông tin kỹ thuật hàng hoá, rõ ràng, chính xác và chịu trách nhiệm về nội dung báo giá *(Phụ lục 2 kèm theo)*.

Trung tâm y tế Hòa An xin cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng KHNV và TCKT;
- Hệ thống mạng đầu thầu Quốc gia;
- Trang TTĐT đơn vị;
- Lưu: VT, KD-TTB-VTYT.

GIÁM ĐỐC

Nông Quang Trung

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy monitor sản khoa	Kích thước: 296(W) × 305.5(H) × 97.5(D) mm. Xấp xỉ: 3,2kg (bin ngoài) Màn hình hiển thị: 320×240 STN màn tinh thể lỏng LCD (4.7inch). Phương pháp: Dạng in nhiệt liên tục Độ phân giải: 8(dọc)/10(ngang) chấm/mm In tốc độ cao: 50cm/phút Nhiệt độ hoạt động: 10~40°C Nhiệt độ tích trữ: -10~60°C Tần số sóng siêu âm: 1.0Mhz Công suất sóng siêu âm: <10mW/cm ² Mối quan hệ giữa cường độ và khoảng thời gian mà thai nhi chuyển động được biểu hiện bằng sóng dạng bông. Lưu trữ dữ liệu được 12 giờ. Công suất thích hợp đầu vào: 100 ~ 240VAC, 50~60Hz, 1.2A Đầu ra: 18VDC, 2.5A Phụ kiện tiêu chuẩn: Cực dò TOCO(1EA) : 1c Ghi dấu bệnh nhân (1EA): 1c 2 cuộn giấy in Bộ chuyển đổi nguồn (1EA) :1c Gen sóng siêu âm (1EA) :1c	Cái	01

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
		Thắt lưng cực dò (3EA) :3c Cực dò tìm thai US:2c Hướng dẫn sử dụng (1EA)		
2	Xe đẩy máy Monitor sản khoa	Mô tả thông số kỹ thuật: - Kích thước: 350x450x900mm - Khung xe làm bằng inox 201, ống phi 25 - Mặt xe làm bằng tôn inox 430 dày có gấp mép - Xe gồm 3 phần: + Đợt/ tầng bằng inox 02 tầng + Giỏ để phụ kiện 01 cái + Cản treo dây máy 01 cái - 4 chân bánh xe, 2 bánh có chốt khóa, dễ dàng di chuyển.	Cái	01
3	Giấy monitor sản khoa	Giấy in monitor sản khoa Kích thước giấy : 215mmx30mm Tiêu chuẩn : ISO13485	Cuộn	50
4	Giường bệnh nhân đa năng	Giường bệnh nhân đa năng Thông số kỹ thuật: - Kích thước giường: LxWxH: 2080x960x500mm - Kích thước sử dụng: 1960x900mm - Kích thước đóng gói: LxWxH: 2000x960x160mm - Góc tựa lưng: 0-75° (±5°) - Góc phần chân: 0-40° (±5°) - Trọng tải 200kg	Bộ	03

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
		- 4 bánh xe: Đường kính $125 \pm 2\text{mm}$, có phanh, khóa/mở dễ dàng, giúp giường vận hành linh hoạt, êm ái - Chức năng: Nâng nửa người trên, nâng chân - Tầm đầu/chân làm bằng nhựa kỹ thuật ABS chất lượng cao, đẹp, rộng rãi và dễ dàng tháo dỡ - Khung giường làm bằng thép có sơn phủ tĩnh điện chống gỉ, có 4 lỗ cắm cọc truyền hai bên thành giường - Giát giường bằng thép phủ sơn tĩnh điện. Cấu tạo thông thoáng và dễ làm vệ sinh - Có lan can chắn hai bên thành giường: + Dài 3/4 chiều dài của giường; + Làm bằng vật liệu nhôm/thép không gỉ + Có nâng lên hạ xuống được và có chốt hãm. + Tháo lắp dễ dàng và gấp lại - Đệm: + Độ dày 8cm + Làm từ sơ dừa và mút PU chất lượng cao được bọc bằng vải da thoáng khí, nhanh khô, dễ dàng vệ sinh, hạn chế tối đa việc ẩm mốc - Điều khiển: loại 2 tay quay - Phụ kiện đi kèm: Cọc truyền dịch, bàn ăn.		
5	Máy điện tim 6 kênh	Thu nhận tín hiệu điện tim: Đạo trình điện tim: 12 đạo trình Độ nhạy: $10 \text{ mm/mV} \pm 2\%$ Điện trở vào: $\geq 20 \text{ M}\Omega$ Hệ số lọc nhiễu: $\geq 100 \text{ dB}$ Điện áp bù: $\geq \pm 550 \text{ mV}$	Cái	01

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
		Tần số đáp ứng: ít nhất 0.05 Hz đến 150 Hz (-3 dB) Thời gian thu nhận tín hiệu điện tim (khi ghi tự động): ít nhất 10 đến 24 giây Xử lý tín hiệu: Tốc độ lấy mẫu phân tích: ≥ 500 mẫu/giây Tốc độ thu thập mẫu: ≥ 8.000 mẫu/giây Bộ lọc cao tần: ít nhất 75, 100, 150 Hz Bộ lọc nhiễu điện cơ: ít nhất 25, 35 Hz Điện thế phát hiện nhỏ nhất: $\leq 20 \mu Vp-p$ Bộ lọc chống trôi: yếu 0.1 Hz (-20dB) mạnh 0.1 Hz (-34dB) Hiện thị: Màn hình màu tinh thể lỏng Kích thước: ≥ 5.7 inch Độ phân giải: $\geq 320 \times 240$ điểm Dạng sóng điện tim: ít nhất 12 đạo trình Hiện thị dữ liệu: ít nhất 12 đạo trình sóng điện tim thông tin bệnh nhân, đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, phức hợp QRS, thông báo lỗi, tiếp xúc điện cực và độ nhiễu Ghi: Phương pháp: đầu in nhiệt Mật độ in: ≥ 200 dpi (8dots/mm) Khổ giấy: ≥ 110 mm Số kênh: 3, 4, 6 Tốc độ giấy: 10, 25, 50 mm/giây Độ nhạy: 5, 10, 20 mm/mV Dữ liệu ghi: ít nhất ghi loại chương trình, ngày tháng và thời gian, tốc độ giấy, độ nhạy, tên đạo trình, bộ lọc, tên bệnh viện, thông tin bệnh nhân (số ID, tên,		

STT	Danh mục hàng hóa Mô tả hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
	giới tính, tuổi), đánh dấu thời gian, đánh dấu sự kiện, tuột điện cực và độ nhiễu. Phân tích điện tim: Áp dụng cho bệnh nhân: khoảng từ 3 tuổi trở lên Thời gian phân tích: 5 giây Mức tìm ra kết quả điện tim: ≥ 200 Nguồn điện, AC và DC: AC: 220 V 50 Hz DC: ắc quy trong có thời gian hoạt động ≥ 1 giờ Máy chính kèm phụ kiện chuẩn: Cáp điện tim 01 chiếc Dây nguồn 01 chiếc Điện cực trước ngực 06 quả Điện cực chi 04 chiếc Ắc qui 01 chiếc Giấy in: 01 cuộn		
6	Xe đẩy máy điện tim Mô tả thông số kỹ thuật: - Kích thước: 350x450x900mm - Khung xe làm bằng inox 201, ống phi 25 - Mặt xe làm bằng tôn inox 430 dày có gấp mép - Xe gồm 3 phần: + Đợt/ tầng bằng inox 02 tầng + Giỏ để phụ kiện 01 cái + Cản treo dây máy 01 cái - 4 chân bánh xe, 2 bánh có chốt khóa, dễ dàng di chuyển.	Cái	01

STT	Danh mục hàng hóa Mô tả hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
7	Nồi hấp đứng, gia nhiệt bằng điện Có chức năng sấy Sử dụng hơi bão hòa để tiệt trùng, dùng trong các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trạm y tế, phòng khám, nhà máy, viện nghiên cứu... để tiệt trùng các dụng cụ, thiết bị y tế, quần áo phẫu thuật, dụng dịch, môi trường nuôi cấy ... Bộ điều khiển áp suất – nhiệt độ hoàn toàn tự động, với van an toàn, van xả Nắp đây kiểu tay quay vô lăng Sau khi hấp xong sẽ có âm thanh báo và nồi sẽ tự động ngắt gia nhiệt. Cấu tạo hoàn toàn bằng thép không gỉ Khóa cửa an toàn Màn hình hiển thị LCD hiển thị trạng thái hoạt động, hiển thị nhiệt độ, áp suất, chu trình hấp. Bộ điều khiển thông minh có thể lựa chọn chương trình nhanh như: hấp đồ mổ inox, hấp quần áo, hoặc tự tạo chương trình hấp.... Tự động xả khí mát và xả hơi sau quá trình tiệt trùng Chức năng bảo vệ tự động khi vượt quá nhiệt độ hoặc quá áp, có van an toàn. Kiểu gioăng tự phòng Bảo vệ an toàn khi thiếu nước Thao tác đơn giản, an toàn và đáng tin cậy Dung tích buồng hấp: 100 lít Kích thước buồng hấp (φ440×650) mm Áp suất làm việc định mức: 0.14 Mpa Nhiệt độ làm việc định mức: 126 0C Áp suất làm việc tối đa: 0.23 Mpa Sai số nhiệt độ trung bình $\leq \pm 1$ 0C	Cái	01

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
		Dài cài đặt thời gian hấp: 0 - 99 phút Cài đặt thời gian sấy: 0 – 60 phút Dài cài đặt nhiệt độ hấp: 105 - 1260C Công suất: 4.5 kW Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 85 kg		
8	Bộ dụng cụ tiêm truyền	Bộ dụng cụ gồm có: 1 Panh thẳng không mẫu 16cm 1 Panh thẳng có mẫu 16cm 1 Kéo thẳng tù 16cm 2 Hộp đựng bông còn 1 Ống cắm panh	Bộ	20
9	Máy test đường huyết	'-Đo bằng phương pháp: Kỹ thuật hóa điện cực. - Sử dụng men (enzyme): Glucose Dehydrogenase (FAD-GDH) rất đặc hiệu với glucose (chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy và các loại đường như maltose, galactose có trong máu. '- Độ chính xác cao 99,2% đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016. - Công nghệ ColourSure với 3 mức cảnh báo đường huyết bằng màu sắc giúp dễ đọc, dễ hiểu kết quả do. - Kết nối dữ liệu với thiết bị di động/ máy tính bằng ứng dụng OneTouch Reveal và cổng USB 2.0. - Không cần chỉnh code. - Que thử tự thấm hút nhanh, dễ dàng thấm đủ lượng máu, lấy máu 2 cạnh bên. - Loại mẫu máu: mao mạch	Cái	05

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
		- Thời gian đo: 5 giây, mẫu lấy máu: 0,4μL. - Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L), bộ nhớ 500 kết quả - Khoảng Hematocrit: 20 - 60%		



PHỤ LỤC MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm y tế Hòa An

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: /YCBG-TTYYT ngày tháng năm 2025 của Trung tâm y tế Hòa An, công ty chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý Trung tâm bảng báo giá như sau:



STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Ký hiệu	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn giá (Bao gồm giá VAT)	Số lượng	Thành tiền
1											
	Tổng cộng										

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày... tháng...năm.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)