

- Kiểm tra đánh giá an toàn khu vực làm việc: Đoàn đo suất liều, hiệu quả che chắn tại phòng chụp ở các mặt, kết quả suất liều tại các vị trí đo nằm trong giới hạn cho phép.

2. Việc thực hiện các Quy định pháp luật về phương tiện đo nhóm 2:

Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa có sử dụng 03 phương tiện đo điện từ có Giấy chứng nhận kiểm định do Trung tâm KTTCDLCL Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 09/3/2023, có hạn sử dụng đến tháng 31/3/2025; 32 huyết áp kế cơ, điện tử do Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định VINA COTROL, Công ty Cổ phần Đo lường Chất lượng UNITY cấp ngày 19/3/2024, có hạn sử dụng đến tháng 31/3/2025; 40 nhiệt kế thủy ngân chất lỏng có Giấy chứng nhận hiệu chuẩn do Công ty TNHH đảm bảo chất lượng Việt Nam cấp ngày 24/3/2024; 06 cái nhiệt kế y học điện tử do Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định VINA COTROL cấp ngày 24/3/2024, có hạn sử dụng đến tháng 31/3/2025; 20 cái nhiệt kế y học thủy ngân có tem hiệu chuẩn ban đầu.

III. Kết luận:

Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa đạt yêu cầu các nội dung thanh tra theo Quyết định thanh tra số 79/QĐ-TTra ngày 05/8/2024 của Chánh Thanh tra Sở KH&CN thanh tra về An toàn bức xạ và phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực Y tế.

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có): Không.

V. Các yêu cầu, kiến nghị:

Đề nghị Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các quy định của pháp luật quy định về An toàn bức xạ và phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực Y tế./.

Nơi nhận:

- Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa;
- Giám đốc Sở;
- Thanh tra tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, HS.



Q.CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Thanh Thảo

- Trung tâm có quyết định phân công nhân viên Trần Văn Tâm phụ trách an toàn bức xạ của đơn vị (Quyết định số 1232/QĐ-TTYT ngày 27/12/2019 của Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa).

- Hồ sơ về nhân viên bức xạ: Trung tâm có 02 nhân viên bức xạ (Trần Văn Tâm, Lê Tấn Phước) có Chứng nhận chương trình đào tạo an toàn bức xạ, ATBX cho người phụ trách số 31/53/2022/ADTECH/NVBX, 05/53/2022/ADTECH/PTAT; 37/27/2024/DATECH/NVBX do Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao công nghệ Tiên Tiến cấp ngày 26/9/2022, 27/4/2024. Người phụ trách an toàn bức xạ có chứng chỉ nhân viên bức xạ số 188/CCNVBX do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An cấp ngày 12/8/2024 và bằng tốt nghiệp Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh Y học do Trường Cao đẳng Quảng Ngãi cấp ngày 16/6/2023.

- Hồ sơ liều chiếu xạ cá nhân: Có hợp đồng cung cấp và đọc liều kế cá nhân số 02/24/HĐLKCN-TTUD giữa Trung tâm UĐKTTT Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An với Trung tâm ngày 04/01/2024. Có kết quả đo liều kế cá nhân (01 liều kế phong và 02 liều kế cá nhân) do Trung tâm kiểm định và kiểm nghiệm Đồng Tháp cấp liên tục từ tháng 01/7/2021 đến 30/6/2024, suất liều trong giới hạn cho phép.

- Hồ sơ theo dõi sức khỏe của nhân viên bức xạ: Nhân viên bức xạ được khám sức khỏe định kỳ theo quy định (01 lần/01 năm), có lập thành hồ sơ đầy đủ và lưu giữ tại cơ sở.

- Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa có xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ ban hành ngày 22/01/2024.

- Hồ sơ kiểm tra chất lượng thiết bị: Có giấy chứng nhận kiểm định 01 thiết bị X-quang tổng hợp (Mã hiệu, số serie: UD 150L-40E LM5262F68009; hãng, nơi, năm, sản xuất: Shimadzu, Nhật Bản, 2016; Bóng hình: Shimadzu, 0.6/1.2P18DE-85, RM6F3B06A001) số KĐAT2220056-1 và 01 thiết bị X-quang răng (Mã hiệu, số serie: D-0711S, 33377; hãng, nơi, năm, sản xuất: Soredex, Phần Lan, 2016; Bóng hình: Soredex, D-0711S, 33377) do Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An cấp ngày 29/8/2022 và có giá trị đến 29/8/2024; máy đạt yêu cầu kiểm định.

- Thiết bị bảo đảm an toàn: Có trang bị áo chì, kính chì quan sát bệnh nhân, có sử dụng trang bị bảo hộ khi vận hành.

- Về quy trình vận hành, nội quy an toàn, nhật ký vận hành và hồ sơ thiết bị: Trung tâm có quy trình vận hành, nội quy an toàn bức xạ và lưu giữ hồ sơ thiết bị. Có biển cảnh báo nguy hiểm, đèn báo hiệu được thực hiện đầy đủ.

- Có kết quả kiểm xạ tại nơi sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế số KXAT230050 do Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An cấp ngày 29/8/2023, kết quả đảm bảo ATBX đối với nhân viên và công chúng.



Long An, ngày 19 tháng 8 năm 2024

Số: 77 /KL-TTra

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn bức xạ và phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực Y tế

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14/11/2022;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-SKHCN ngày 21/10/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 77/BC-ATBX&PTĐ ngày 19/8/2024 của Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 79/QĐ-TTra ngày 05/8/2024 của Chánh Thanh tra Sở KH&CN về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn bức xạ và phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực Y tế đối với: Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa (Khu phố 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

I. Khái quát chung:

Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa hoạt động theo Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Long An về việc sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện vào Trung tâm Y tế huyện, trở thành Trung tâm Y tế huyện trực thuộc Sở Y tế và Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 000239 do Sở Y tế tỉnh Long An cấp ngày 09/3/2020.

II. Kết quả thanh tra:

1. Việc thực hiện các Quy định pháp luật về An toàn bức xạ:

- Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa đang sử dụng 02 thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; cụ thể: 01 thiết bị X-quang tổng hợp (Mã hiệu, số serie: UD 150L-40E LM5262F68009; hãng, nơi, năm sản xuất: Shimadzu, Nhật Bản, 2016; Bóng hình: Shimadzu, 0.6/1.2P18DE-85, RM6F3B06A001) có Giấy phép tiến hành công việc bức xạ số 04/GP-SKHCN do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An cấp ngày 27/02/2023, có giá trị đến hết ngày 13/4/2026; 01 thiết bị X-quang răng (Mã hiệu, số serie: D-0711S, 33377; hãng, nơi, năm sản xuất: Soredex, Phần Lan, 2016; Bóng hình: Soredex, D-0711S, 33377) có Giấy phép gia hạn tiến hành công việc bức xạ số 111/GHGP-SKHCN do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An cấp ngày 13/8/2021, có giá trị đến hết ngày 09/10/2024.

