

SỞ Y TẾ THANH HOÁ
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KSBT-HĐMS
V/v mời báo giá dịch vụ hiệu
chuẩn, hiệu chỉnh, kiểm định,
thử nghiệm

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Để phục vụ hoạt động chuyên môn của đơn vị. Hội đồng mua sắm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với dự toán mua sắm: Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, kiểm định, thử nghiệm thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa năm 2026, gồm các nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị mời báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Lê Bá Tuấn

Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược - VTYT

Điện thoại: 0948426868

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ: khoa Dược – VTYT thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số Số 474 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian tiếp nhận báo giá: đến trước 10 giờ 00 phút ngày 27/03/2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu ký báo giá.

II. Nội dung mời báo giá

- Danh mục dịch vụ mời báo giá (*chi tiết phụ lục 1*).

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số 474 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa; Phòng thí nghiệm của nhà thầu.

Tùy theo năng lực, nhà thầu có thể chào giá 01 hoặc nhiều danh mục thuộc gói thầu mà chủ đầu tư có nhu cầu mua sắm. Trân trọng kính mời các nhà cung cấp dịch vụ báo giá theo mẫu (*phụ lục 2*).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐMS (Theo QĐ số số 419/QĐ-KSBT ngày 09/12/2025);
- Khoa Truyền thông GDSK (để phối hợp);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**

**PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Trường Sơn**

Phụ lục 1**DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI BÁO GIÁ**

Dự toán mua sắm: Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, kiểm định, thử nghiệm thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa năm 2026

(Kèm theo công văn số /KSBT-HĐMS ngày / /2026

của Hội đồng mua sắm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa)

TT	Nội dung thực hiện	Chi tiết nội dung thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Hiệu chuẩn thiết bị đo Vi khí hậu Kestrel5000 - Model: Kestrel5000 - Xuất xứ: Mỹ	Nhiệt độ: Trong khoảng (-5 -70) độ C Tốc độ gió: Trong khoảng (0-10)m/s Độ ẩm: Trong khoảng (0-95)%	Cái	1	
2	Hiệu chuẩn thiết bị đo phóng xạ Inpecter - Model: Inspector - Xuất xứ: Mỹ	Hiệu chuẩn theo thông số kỹ thuật: Gamma (Cs-137)	Cái	1	
3	Hiệu chuẩn thiết bị đo khí CO2 cầm tay - Model: AR8200 - Xuất xứ: China	Dải đo 350-9999PPM	Cái	1	
4	Hiệu chuẩn thiết bị đo Vi khí hậu Lutron - Model: LM-8100 - Xuất xứ: Đài Loan	Nhiệt độ: Trong khoảng (-5-70) độ C Tốc độ gió: Trong khoảng (0-10)m/s Độ ẩm: Trong khoảng (0-95)% Ánh sáng: Trong khoảng (0-20000)lux	Cái	1	
5	Hiệu chuẩn thiết bị đo điện từ trường 3 chiều - Model: PCE-EM29 - Xuất xứ: Anh	Dải đo 50MHz- 3,5GHz	Cái	1	
6	Hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực - Model: Bell&HARP - Xuất xứ: Italy	Đường khí: 125Hz-8000Hz Đường xương: 250Hz-8000Hz	Cái	1	
7	Hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực MAICO - Model: MA 30 - Xuất xứ: Đức	Đường khí: 125Hz-8000Hz	Cái	1	

TT	Nội dung thực hiện	Chi tiết nội dung thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
8	Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh Máy đo nồng độ khí CO/CO2 - CO260/Extech - Serial: 10458439. - Hãng sản xuất: FLIR Commercial Systems, Inc - Xuất xứ: Mỹ	Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh đo nồng độ khí CO2: Khoảng hiệu chuẩn: từ 0 - 18.000 mg/m3	Cái	1	
9	Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh Máy đo vi khí hậu - Model : Kestrel 5000 - Hãng sản xuất: Nielsen Kellerman - Xuất xứ: Mỹ	Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh: + Khoảng nhiệt độ: từ 0 - 50 độ C + Khoảng Độ ẩm: từ 0 đến ≤ 100% + Khoảng Vận tốc gió: từ 0,1 - 5 m/s	Cái	1	
10	Thử nghiệm Tủ an toàn sinh học cấp II, type A2; Mã TS: 0446 - Model, Serial: S@femate 1.2 vision BS; K03L56N3767 - Hãng sản xuất, xuất xứ: Italia	Thử nghiệm hướng dòng khí, tiếng ồn, tốc độ dòng khí qua cửa, dòng khí thổi xuống bề mặt, lưu lượng dòng khí; độ rọi ánh sáng nền, ánh sáng khả kiến xuống bề mặt làm việc, hiệu suất màng lọc HEPA, đèn cực tím.	Cái	1	
11	Hiệu chuẩn Can nhiệt chuẩn Mã TS: 0261 - Model, Serial: 922/33629496-410 - Hãng sản xuất, xuất xứ: Testo, Đức	Nhiệt độ hiệu chuẩn: Đầu đo T1: 0, 25, 30, 37, 44 độ C Đầu T2: 0, 100, 200, 400, 600 độ C	Cái	1	
12	Hiệu chuẩn Nồi cách dầu JSOB-333T, Mã TS: 0324 - Model, Serial: JSOB-333T/130906-015 - Hãng sản xuất, xuất xứ: JSR, Hàn Quốc	Nhiệt độ hiệu chuẩn: 98 độ C	Cái	1	

TT	Nội dung thực hiện	Chi tiết nội dung thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
13	Hiệu chuẩn Máy đo nồng độ bụi - Model: DustTrak II - Hãng sản xuất: TSI - Xuất xứ: Mỹ	Hiệu chuẩn thang nồng độ bụi: 1-5-10-25-50 mg/m ³	Cái	1	
14	Hiệu chuẩn Máy đo khí độc đa chỉ tiêu - Model: MX6 iBRID - Hãng sản xuất: Industrial Scientific - Xuất xứ: Mỹ	Hiệu chuẩn các sensor: NO ₂ , NH ₃ , H ₂ S, CO, SO ₂	Cái	1	
15	Kiểm định máy đo huyết áp điện tử - Model, Serial: HEM-7130, 20191201950VG - Hãng sản xuất, xuất xứ: Omron Healthcare, Việt Nam	Kiểm định theo Thông tư 03/2024/TT-BKHHCN ngày 15/4/2024	Cái	1	
16	Kiểm định máy đo huyết áp điện tử - Model, Serial: HEM-7130, 20191201950VG - Hãng sản xuất, xuất xứ: Omron Healthcare, Việt Nam	Kiểm định theo Thông tư 03/2024/TT-BKHHCN ngày 15/4/2024	Cái	1	
17	Kiểm định cân bàn - Model, Serial: Medel Digital, 95133 - Hãng sản xuất, xuất xứ: Medel, Italia	Kiểm định theo Thông tư 03/2024/TT-BKHHCN ngày 15/4/2024	Cái	1	
18	Kiểm định cân bàn - Model, Serial: Medel Digital, 95133 - Hãng sản xuất, xuất xứ: Medel, Italia	Kiểm định theo Thông tư 03/2024/TT-BKHHCN ngày 15/4/2024	Cái	1	

TT	Nội dung thực hiện	Chi tiết nội dung thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
19	Hiệu chuẩn nhiệt kế điện tử - Model, Serial: AG 9443, N34160270 - Hãng sản xuất, xuất xứ: Thụy Sĩ	Hiệu chuẩn nhiệt độ	Cái	1	
20	Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế - Model, Serial: GSP-6 - Hãng sản xuất, xuất xứ: Trung Quốc	Hiệu chuẩn nhiệt độ, độ ẩm	Cái	1	
21	Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế - Model, Serial: TT 513, A68 - Hãng sản xuất, xuất xứ: Nhật Bản	Hiệu chuẩn nhiệt độ, độ ẩm	Cái	1	
22	Hiệu chỉnh/hiệu chuẩn nhiệt kế hồng ngoại - Model, Serial: MT4 MAX - Hãng sản xuất, xuất xứ: FLUKE/Trung Quốc	Hiệu chỉnh/hiệu chuẩn độ chính xác của giá trị đo tại các điểm 2 độ C, 5 độ C, 8 độ C	Cái	2	
Tổng cộng: 22 danh mục					

Phụ lục 2

(Kèm theo công văn số /KSBT-HĐMS ngày / /2026 của Hội đồng mua sắm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa)

BÁO GIÁ**Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau:

1. Báo giá dịch vụ.

STT	Nội dung thực hiện	Chi tiết nội dung thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1							
2							
...							

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu ký báo giá.

3. Đơn giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và chi phí cho các dịch vụ liên quan (nếu có).

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))