

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 8 năm 2026

THƯ MỜI YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng máy Sắc ký lỏng ghép khối phổ ba tứ cực LCMS tại Khoa Xét nghiệm, giám định ADN và độc chất nhằm phục vụ hoạt động của đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Chuyên viên phòng TCHC-KHTC. SĐT: 0972534851
Tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Nguyên (bản cứng có dấu đỏ). Hoặc nhận qua email: ttpytn2014@gmail.com (bản điện tử).
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 28 tháng 8 năm 2026 đến trước 15h00 ngày 03 tháng 9 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục bảo dưỡng:
(Có danh mục chi tiết kèm theo)
- Địa điểm sửa chữa, bảo dưỡng: Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Nguyên, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên.
- Thời gian dự kiến bảo dưỡng: 05 ngày làm việc.
- Các thông tin khác: Báo giá có đóng dấu hợp pháp của đơn vị (bản word + pdf gửi vào email).

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử TT;
- Lưu: VT, TCHC-KHTC. (Anh 03b)

GIÁM ĐỐC



Lê Quang Hà



DANH MỤC

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 28/8/2026 của Trung tâm Pháp y Thái Nguyên)

TT	Danh mục	ĐVT	SL
1	Bảo trì Máy sắc ký lỏng ghép khối phổ ba tứ cực. Model: LCMS-8045 * Kiểm tra và vệ sinh toàn bộ thiết bị bao gồm: Hệ thống điện; Hệ thống bơm dung môi; Hệ thống tiêm mẫu; Hệ thống lò cột; Hệ thống detector khối phổ * Thực hiện bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị theo quy trình của nhà sản xuất gồm: - Hoạt động của máy tính và thiết bị phụ trợ - Phần mềm Labsolution: Kiểm tra chương trình phần mềm; Tính năng bảo mật - Bơm: Độ dao động của áp suất; Giới hạn áp suất; Rò rỉ; Độ chính xác của tốc độ dòng - Bộ phận tiêm mẫu tự động: Sensor vị trí của bộ phận tiêm mẫu tự động; Độ chính xác thể tích tiêm; Bộ phận ổn định nhiệt độ: Độ chính xác của nhiệt độ, Sự dao động của nhiệt độ. - Đầu dò: Auto tuning; Độ nhạy thiết bị; Độ lặp lại của phép đo. * Làm báo cáo để lưu và gửi cho người sử dụng về tình trạng của thiết bị sau khi hoàn thành công việc hiệu chỉnh * Tư vấn cách vận hành tối ưu, phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra trong quá trình sử dụng, có kế hoạch dự phòng phù hợp.	Máy	01

Handwritten signature