

TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2624 /BVBD-VTTBYT
V/v: Thư mời chào giá cung
ứng Thiết bị bổ sung tại Bệnh
viện Bưu điện năm 2025

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bưu điện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng yêu cầu kỹ thuật và giá Thiết bị, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp mới các thiết bị cho Bệnh viện Bưu điện năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bưu điện

Số 49 phố Trần Điền, phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Tổng Thị Thu Hồng

- Chức vụ: Chuyên viên phòng VT - TBYT

- SĐT: 094.524.3021

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

Tầng 1, phòng Văn thư, Bệnh viện Bưu điện

Số 49 phố Trần Điền, phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội.

(Gửi bản excel và scan báo giá ký người đại diện pháp luật vào email:
dauthau@benhvienbuudien.vn)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 19 tháng 9 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 29 tháng 9 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: **tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2025**

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản: (Chi tiết Phụ lục 01&03 đính kèm)

2. Mẫu báo giá tại Phụ lục 02 đính kèm.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTTBYT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Trường Giang

PHỤ LỤC 01:

(Kèm theo Công văn số: 2624/BVBD-VTTBYT ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Bệnh viện
Bưu điện)

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Đơn vị sử dụng
1	Máy bơm rửa nước nội soi	Cái	01	Chi tiết tại Mục I Phụ lục 03 đính kèm Công văn	khoa Gây mê hồi sức
2	Hệ thống holter điện tim 24h (gồm phần mềm và 05 đầu ghi)	Bộ	01	Chi tiết tại Mục II Phụ lục 03 đính kèm Công văn	khoa Hồi sức cấp cứu
3	Hệ thống holter huyết áp 24h (gồm phần mềm và 05 đầu ghi)	Bộ	01	Chi tiết tại Mục III Phụ lục 03 đính kèm Công văn	khoa Hồi sức cấp cứu
4	Hệ thống xét nghiệm sàng lọc bệnh lý Hemoglobin ở trẻ sơ sinh	Bộ	01	Chi tiết tại Mục IV Phụ lục 03 đính kèm Công văn	Trung tâm Tế bào gốc & Di truyền

PHỤ LỤC 02:
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số: 2624/BVBD-VTTBYT ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Bệnh viện Bưu điện)

TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Bưu điện

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bưu điện, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị và dịch vụ liên quan

STT	Tên thiết bị ⁽²⁻¹⁾	Tên thiết bị theo cách gọi của đơn vị báo giá ⁽²⁻²⁾	ĐVT của đơn vị báo giá ⁽³⁻²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model ⁽⁴⁾	Hãng sản xuất ⁽⁵⁾	Mã HS ⁽⁶⁾	Năm sản xuất ⁽⁷⁾	Xuất xứ ⁽⁸⁾	Số lượng ⁽⁹⁾	Đơn giá bao gồm Thuế, phí, lệ phí ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹¹⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹²⁾ (VND) = ⁽⁹⁾ * ⁽¹⁰⁾	Mô tả kỹ thuật ⁽¹³⁾
1													
2													
3													
4													

(Gửi kèm theo đầy đủ các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 360 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ...[ghi ngàytháng...năm.... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng.... năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹⁴⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú (14).
- (2-1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi tên hàng hóa theo đúng yêu cầu trong Yêu cầu báo giá.
- (2-2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi tên hàng hóa theo cách gọi của đơn vị báo giá/theo công bố của hãng sản xuất.
- (3-1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi ĐVT hàng hóa theo đúng yêu cầu trong Yêu cầu báo giá
- (3-2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi ĐVT theo quy ước của đơn vị báo giá/theo công bố của hãng sản xuất
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể ký hiệu, mã hiệu, model của hàng hóa tương ứng với hàng hóa ghi tại cột (2-2) phù hợp với đơn vị báo giá/theo công bố của hãng sản xuất.

(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể hãng sản xuất của hàng hóa tương ứng với hàng hóa ghi tại cột (2-2) phù hợp với đơn vị báo giá/theo công bố của hãng sản xuất.

(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa.

(7), (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá đã bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) tương ứng với từng hàng hóa.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa hoặc toàn bộ hàng hóa. Đối với các hàng hóa nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của hàng hóa.

(12) Cách tính: $(12) = (9) * (10)$. Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(13) Hãng sản xuất, nhà cung cấp mô tả chi tiết kỹ thuật của hàng hóa và gửi kèm theo đầy đủ các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa

(14) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

PHỤ LỤC 03:

(Kèm theo Công văn số: 2624 /BVBD-VTTBYT ngày 19 tháng 9 năm 2025)

Mục I

Máy bơm rửa nước nội soi

1. Yêu cầu chung

- Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương;

2. Yêu cầu cấu hình

- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
- Tối thiểu đã bao gồm:
 - + Bộ ống dây tưới rửa, loại dùng nhiều lần: 01 bộ
 - + Bộ ống dây tưới rửa, loại dùng nhiều lần: 01 bộ
 - + Bộ ống dây tưới rửa, loại sử dụng một lần: 01 hộp (10 cái)
 - + Bộ ống dây tưới rửa, loại dùng nhiều lần: 01 bộ
 - + Bộ dây hút, dùng nhiều lần: 01 bộ
 - + Xe đẩy: 01 cái

3. Yêu cầu kỹ thuật

- Ứng dụng: Có chức năng tưới, hút sử dụng tối thiểu trong tiết niệu, phụ khoa, ngoại khoa, nội soi tiêu hóa, phẫu thuật cột sống
- Loại bơm tưới rửa sử dụng con lăn
- Có chức năng bơm tưới rửa và hút dịch
- Có màn hình cảm ứng
- Áp lực tưới: điều chỉnh từ ≤ 30 mmHg đến ≥ 300 mmHg
- Lưu lượng tưới tối đa: ≥ 1800 ml/phút
- Lưu lượng hút tối đa: ≥ 1800 ml/phút

4. Yêu cầu khác

- Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 1, Bệnh viện Bưu điện.
- Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

PHỤ LỤC 03:

(Kèm theo Công văn số: 2624 /BVBD-VTTBYT ngày 19 tháng 9 năm 2025)

Mục II

Hệ thống holter điện tim 24h (gồm phần mềm và 05 đầu ghi)

1. Yêu cầu chung

- Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương;

2. Yêu cầu cấu hình

- Đầu ghi Holter điện tim (máy chính) kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
- Tối thiểu đã bao gồm:
 - + Pin có thể sạc: 01 bộ
 - + Bộ sạc: 01 bộ
 - + Phần mềm phân tích điện tim: 01 bộ
 - + Đĩa cài phần mềm/USB: 01 cái
 - + Thẻ nhớ: 01 cái
 - + Cáp nối với bệnh nhân 5 cực: 01 cái
 - + Điện cực dán: 10 bộ
 - + Đai đeo máy: 01 cái
 - + Máy tính: 01 bộ
 - + Máy in: 01 cái

3. Yêu cầu kỹ thuật

Máy chính:

- Màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương
- Thời gian ghi: $\geq 24h$
- Tần số lấy mẫu: $\geq 150\text{ Hz}$
- Kênh hiển thị điện tim: ≥ 3 kênh

Phần mềm phân tích điện tim:

- Tạo báo cáo, lưu trữ dữ liệu trong bệnh án điện tử hoặc HIS hoặc hệ thống quản lý ECG
- Hiển thị nhịp tim tối đa, tối thiểu
- Có chức năng phát hiện máy tạo nhịp
- Có phân tích ST và QT 3 kênh

Máy tính:

- CPU core i5 hoặc cao hơn, tốc độ: $\geq 2,6\text{ GHz}$
- RAM: $\geq 32\text{ GB}$
- Ổ cứng: $\geq 256\text{ GB}$, SSD; $\geq 1\text{TB}$, HDD
- Màn hình: $\geq 21\text{ inches}$
- Độ phân giải: $\geq 1280 \times 1024\text{ Pixel}$

Máy in:

- Công nghệ in Laser hoặc tương đương, khổ giấy in tối thiểu: A4
- Tốc độ in: $\geq 12\text{ trang in/phút}$

4. Yêu cầu khác

- Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 1, Bệnh viện Bưu điện.
- Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

PHỤ LỤC 03:

(Kèm theo Công văn số: 2624 /BVBD-VTTBYT ngày 19 tháng 9 năm 2025)

Mục III

Hệ thống holter huyết áp 24h (gồm phần mềm và 05 đầu ghi)

1. Yêu cầu chung

- Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương;

2. Yêu cầu cấu hình

- Đầu ghi Holter huyết áp (máy chính) kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
- Tối thiểu đã bao gồm:

- + Pin có thể sạc: 01 bộ
- + Bộ sạc: 01 bộ
- + Phần mềm phân tích huyết áp: 01 bộ
- + Bao đo huyết áp động mạch: 02 cái
- + Đai đeo máy: 01 cái
- + Máy tính: 01 bộ
- + Máy in: 01 cái

3. Yêu cầu kỹ thuật

Máy chính:

- Phần mềm có thể tùy chọn đặt chế độ ban ngày hay ban đêm
- Kết nối với hệ thống dữ liệu tối thiểu: PACS
- Chu kỳ lấy mẫu: ≥ 3 thời điểm
- Dải đo huyết áp:
 - + Tâm thu: từ ≤ 60 đến ≥ 240 mmHg
 - + Tâm trương: từ ≤ 40 đến ≥ 200 mmHg
- Dải đo nhịp tim: từ ≤ 40 đến ≥ 200 ck/p
- Trọng lượng (bao gồm cả pin): ≤ 300 g
- Tích hợp màn hình hiển thị thông tin trên thân máy chính
- Thời gian ghi tối đa: ≥ 24 h

Máy tính:

- CPU core i5 hoặc cao hơn, tốc độ: $\geq 2,6$ GHz
- RAM: ≥ 32 GB
- Ổ cứng: ≥ 256 GB, SSD; ≥ 1 TB, HDD
- Màn hình: ≥ 21 inches
- Độ phân giải: $\geq 1280 \times 1024$ Pixel

Máy in:

- Công nghệ in Laser hoặc tương đương, khổ giấy in tối thiểu: A4
- Tốc độ in: ≥ 12 trang in/phút

4. Yêu cầu khác

- Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 1, Bệnh viện Bưu điện.
- Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

PHỤ LỤC 03:

(Kèm theo Công văn số: 2624 /BVBD-VTTBYT ngày 19 tháng 9 năm 2025)

Mục IV

Hệ thống xét nghiệm sàng lọc bệnh lý Hemoglobin ở trẻ sơ sinh

1. Yêu cầu chung

- Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương;

2. Yêu cầu cấu hình

- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
- Tối thiểu đã bao gồm:

+ Phần mềm chạy máy: 01 bộ

+ Bộ hóa chất chạy thử: 01 bộ

+ Máy tính: 01 cái

+ Máy in: 01 cái

+ Lưu điện 2KVA: 01 cái

3. Yêu cầu kỹ thuật

- Ứng dụng: Phát hiện các biến thể Hemoglobin, phát hiện bệnh tối thiểu có:

+ Rối loạn Hemoglobin

+ Người mang gen bệnh

- Mẫu sử dụng: mẫu máu gót chân trẻ em

- Khay mẫu tiêu chuẩn 96 giếng, tối đa: ≥ 3 khay

- Kết nối hệ thống LIS hai chiều

- Hệ thống đọc Barcode tối thiểu có: code 39, code 128

4. Yêu cầu khác

- Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 2, Bệnh viện Bưu điện.

- Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

