

TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2405/BVBD-KD&ĐT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2025

V/v: Yêu cầu báo giá thiết bị thuộc dự
toán mua sắm: Cung cấp thiết bị trong
hệ thống chuông báo gọi y tá

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Bệnh viện Bưu điện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng dự toán mua sắm: Cung cấp thiết bị trong hệ thống chuông báo gọi y tá, nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

- Bệnh viện Bưu Điện
- Địa chỉ: Số 49 Phố Trần Điền, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp (Bản cứng có dấu) gửi về Tầng 1, phòng Văn thư
- Nhận qua email (Bản scan có dấu, chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của đơn vị cung cấp báo giá) tại địa chỉ: phongkddt@benhvienbuudien.vn

3. Yêu cầu dịch vụ:

Tên hàng hóa: Cung cấp thiết bị trong hệ thống chuông báo gọi y tá

- Mẫu báo giá: Phụ lục 01 kèm theo
- Yêu cầu kỹ thuật: Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Phụ lục 02 kèm theo

4. Thời hạn nhận Báo giá:

Từ ngày 4/9/2025 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 9/9/2025.

Các Báo giá gửi sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thông tin liên hệ của nhân sự chịu trách nhiệm tiếp nhận Báo giá:

- Họ tên: Vũ Tuấn Hùng
- Chức vụ: Nhân viên – phòng Kinh doanh và Đầu tư
- Liên hệ: 02432252841

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KD&ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Đức

PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Công văn số /BVBD-KD&ĐT ngày / /2025)

TÊN ĐƠN VỊ

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Bưu điện

Trên cơ sở yêu cầu báo giá: thiết bị trong hệ thống chuông báo gọi y tá, Công ty, có địa chỉ tại..... xin gửi đến Quý Bệnh viện bản báo giá thiết bị như sau:

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	Thông tin hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
	Tên thiết bị: ... Hãng sản xuất: ... Nước sản xuất: ... Năm sản xuất: Các thông tin liên quan khác	Nhà thầu Mô tả cụ thể chức năng, tính năng kỹ thuật, công nghệ,... Đáp ứng yêu cầu tại phụ lục 02				
	Tổng cộng					
(Bằng chữ:)						

Báo giá này có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký.

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí cài đặt, hướng dẫn sử dụng, chi phí trọn gói để thực hiện tại Bệnh viện Bưu Điện, bên mua không phải trả thêm bất kỳ một chi phí nào.

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN

(Kí tên, đóng dấu)

**PHỤ LỤC 02: YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG
CHUÔNG BÁO GỌI Y TÁ**

(Đính kèm công văn số 2405/BVBD-KD&ĐT ngày 4 / 9 /2025)

STT	Tên sản phẩm	Yêu cầu kỹ thuật đề xuất	Đơn vị tính	Số lượng
1	Nút chuông báo gắn đầu giường	- Trang bị 2 chức năng: Gọi và Hủy Gọi - Có anten ngoài, khoảng cách hoạt động 100-200m - Các nút bấm có biểu tượng gọi y tá trực quan - Tương thích module nhận tín hiệu AC- S1P để đảm bảo kết nối được với các thiết bị dải tần 433 ~ 447 Mhz	Chiếc	45
2	Nút chuông loại có dây kéo dài	- Có khả năng tích hợp vào hệ thống báo động đỏ codeblue - Tuân thủ các quy định về an toàn và chất lượng, có chứng chỉ hoặc chứng nhận hợp quy - Nút có dây kéo dài 1m trở lên - Trang bị 2 chức năng: Gọi và Hủy Gọi - Có thông báo khi pin yếu - Nút chuông có nam châm để gắn lên thành giường bệnh - Khoảng cách kết nối 50m trở lên - Pin: DC, 3V, CR2032 hoặc tương đương - Tương thích module nhận tín hiệu AC- S1P để đảm bảo kết nối được với các thiết bị dải tần 433 ~ 447 Mhz - Có khả năng tích hợp vào hệ thống báo động đỏ codeblue - Tuân thủ các quy định về an toàn và chất lượng, có chứng chỉ hoặc chứng nhận hợp quy	Chiếc	09
3	Bảng cài chuông	- In hướng dẫn sử dụng - Thiết kế gắn nút chuông theo yêu cầu bệnh viện	Chiếc	44
4	Đồng hồ đeo tay y tá	- Tiêu chuẩn chống nước tối thiểu IP68 - Sử dụng pin sạc, dung lượng tối thiểu 300mAh - Lưu được tối thiểu 15 cuộc gọi cùng lúc - Thiết kế dạng cảm ứng - Vỏ bằng hợp kim - Có 2 kiểu thông báo: âm thanh/rung - Tương thích module nhận tín hiệu AC- S1P để đảm bảo kết nối được với các thiết bị dải tần 433 ~ 447 Mhz - Có khả năng tích hợp vào hệ thống báo động đỏ codeblue - Tuân thủ các quy định về an toàn và chất lượng, có chứng chỉ hoặc chứng nhận hợp quy	Chiếc	13

