

Số:..... /TM-BV
V/v Cung cấp báo giá máy móc
TBYT năm 2024

Bắc Hà, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam;

Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà năm 2024”. Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị.

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà
 - Địa chỉ : Thị trấn Bắc Hà – huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
- Thông tin liên hệ người tiếp nhận báo giá.
 - Ông: Nguyễn Tiến Pháp
 - Chức vụ: Nhân viên - phòng TCHC-TC-KT
 - Điện thoại: 0855410999
- Cách thức tiếp nhận báo giá
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà.
Thị trấn Bắc Hà - huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai
 - Nhận qua email: Benhvienbacha@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h ngày 03 tháng 8 năm 2024 đến trước 17h ngày 12 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế.
(Có danh mục chi tiết kèm theo)
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà – thị trấn Bắc Hà – huyện bắc Hà – tỉnh Lào Cai
- Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV/ năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng. Bệnh viện sẽ thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho nhà thầu khi nhận được đầy đủ chứng từ kèm theo.

5. Các thông tin khác

- Yêu cầu hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

+ Đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định hiện hành.

+ Báo giá của thiết bị cung cấp: đầy đủ, chi tiết danh mục hàng hóa các thông tin hãng, nước sản xuất, năm sản xuất, chế độ bảo hành, cung cấp vật tư, phụ kiện, hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

+ Hợp đồng tương tự cung cấp thiết bị của đơn vị đã ký trong thời gian 12 tháng gần đây (nếu có).

+ Catalogue , cấu hình, thuyết minh tính năng kỹ thuật.

Kính đề nghị các Quý Công ty quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà.

Xin trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, KT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Như Tuấn

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo thư mời báo giá /TM-BV ngày 02 tháng 8 năm 2024)

TT	Danh mục	Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống lọc nước R.O thận nhân tạo 800L/h	I. Tiêu chuẩn chung: Tiêu chuẩn ISO 23500 3:2019 (E) đối với nước dùng trong lọc máu và các trị liệu liên quan - Năm sản xuất: Năm 2024 - Sản phẩm mới 100% II. Cấu hình, tính năng kỹ thuật: 1. Bơm cấp nước đầu nguồn - Moto tối thiểu bằng gang, thân và tầng cánh bơm tối thiểu bằng SUS304 - Công suất: 1,1kw/220v/50Hz - Q = 8m3/h, H = 27m - Mức độ bảo vệ tối thiểu IP 55 - Nhiệt độ nước tối đa 110°C - Nhiệt độ nước tối thiểu - 15°C - Van điện từ và thiết bị phụ trợ 2. Cột lọc đa cấp khử sắt, mangan, hữu cơ, màu 2.1. Cấu hình tối thiểu - Cột lọc áp lực: 1 cái - Van điều khiển súc rửa tự động màn hình điện tử: 1 cái - Vật liệu chuyên dụng xử lý kim loại, Asen: 2 bao - Sỏi đệm và cát thạch anh - Đường ống nội tuyến (gồm ống, van, đầu ren, tê cắt...): 1 cụm 2.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu Cột lọc áp lực Inox 304- Việt Nam, • Kích thước : D450x1650mm • Áp lực tối thiểu: 100PSI Autovan súc rửa vật liệu – TQ • Tự động rửa ngược • Tự động rửa xuôi • Tự động lọc • Lưu lượng lọc • Điện áp • Chất liệu van Vật liệu lọc: Quặng Zeolít – Nga	Hệ thống	01

		• Trọng lượng: 570-700kg/m³ • Diện tích bề mặt: 120-180 m²/g • Độ xốp: 70% • Dung lượng hấp thụ: 1.3g/g • Độ ngậm nước: 90-95% - Sỏi đệm và Cát thạch anh - Việt Nam, • Kích thước sỏi khoảng 5-10mm • Kích thước cát khoảng 0.9-1.6mm • Tỷ trọng khoảng 1400kg/m • Quy cách: 40kg/bao ±2kg Bao gồm đường ống, van, phụ kiện chọn bộ bằng ống inox 304, đường thải bằng ống PVC - Việt Nam 3. Cột lọc các bon khử Clo dư,màu Gồm: 3.1. Cấu hình tối thiểu - Cột lọc áp lực: 1 cái - Van điều khiển súc rửa tự động màn hình điện tử: 1 cái - Than hoạt tính cacbon: - Sỏi đệm thạch anh: - Đường ống nội tuyến (gồm ống, van, đầu ren, tê cắt...): 1 cụm 3.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu Cột lọc áp lực Inox 304- Việt Nam, • Kích thước : D450x1650mm • Áp lực tối thiểu: 100PSI Autovan súc rửa vật liệu – TQ • Tự động rửa ngược • Tự động rửa xuôi • Tự động lọc • Lưu lượng lọc 4m³/h • Điện áp : 220V/50Hz • Chất liệu van : Nhựa Than hoạt tính - Ấn Độ • Iodine Value (chỉ số iot): 800-900mg/g • Tỷ trọng: 0.55±0.05kg/lít • Độ cứng: min98% • Kích thước hạt: 8x16 mesh • Diện tích bề mặt: 900 – 1000 m²/gam Sỏi đệm thạch anh - Kích thước sỏi khoảng 5-10mm - Tỷ trọng khoảng 1400kg/m³ 4. Cột làm mềm khử cứng (Canxi) 4.1. Cấu hình tối thiểu		
--	--	---	--	--

		- Cột lọc áp lực: 2 cái - Van điều khiển súc rửa tự động màn hình điện tử: 2 cái - Hạt trao đổi Cation: - Muối tinh khiết 99.55% dạng viên nén: - Bình nhựa PE: 1 cái - Đường ống nội tuyến (gồm ống, van, đầu ren, tê cắt...): 1 cụm - Bồn chứa nước làm mềm: 1 cái 4.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu Cột lọc áp lực Inox 304- Việt Nam, • Kích thước : D450x1650mm • Áp lực tối thiểu: 100PSI Autovan súc rửa vật liệu – TQ • Tự động rửa ngược • Tự động rửa xuôi • Tự động lọc • Lưu lượng lọc 4m³/h • Điện áp : 220V/50Hz • Chất liệu van : Nhựa Hạt nhựa trao đổi ion - Ấn Độ. • Tổng công suất trao đổi tối thiểu 1,8 meq/ml • Khả năng giữ ẩm 50 - 55% • Trọng lượng vận chuyển 810kg/m³ • Kích thước hạt 0.3 - 1.2mm Muối tinh khiết 99.55% dạng viên nén - Quy cách: 25kg/bao Bình nhựa PE - Chứa muối tái sinh hạt trao đổi 100L (bao gồm cả phụ kiện). - Bao gồm đường ống, van, phụ kiện chọn bộ bằng ống Inox 304 - Việt Nam Tank chứa nước sau hệ tiền lọc - Việt Nam - Loại bồn đứng - Dung tích : 1m³ Chất liệu Inox 304 - Co van đóng, mở, xả cạn 5. Hệ thống lọc Cartridge 5.1. Cấu hình tối thiểu - Bộ lõi lọc Cartridge 5 micromet: 5 cái - Vỏ phin lọc chứa 5 lõi 20inch: 1 cái 5.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu Bộ lõi lọc Cartridge 5 micromet Kích thước khoảng 20inch Vỏ phin lọc chứa 3 lõi 20inch		
--	--	--	--	--

		Chất liệu tối thiểu inox 304 6. Hệ thống lọc RO công suất 800L/h 6.1. Cấu hình tối thiểu - Bơm cấp trực đứng R.O: 1 cái - Vỏ màng RO loại đúc không mối hàn: 3 cái - Màng lọc thẩm thấu ngược RO 4040: 3 cái - Van điện từ điều khiển: 1 cụm - Đường ống nội tuyến (gồm ống, van, đầu ren, tê cắt...): 1 cụm 6.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu Bơm cấp trực đứng R.O • Moto bằng tối thiểu gang, thân và tầng cánh bơm tối thiểu bằng SUS304 • Công suất P=2.2Kw • Q=1-3.2m³/h, H= 161-91m • Mức độ bảo vệ tối thiểu IP 55 • Áp lực max 16 bar • Nhiệt độ nước tối đa +120°C • Nhiệt độ nước tối thiểu - 15°C Vỏ màng RO loại đúc không mối hàn • Xuất xứ : Việt Nam • Chất liệu tối thiểu SUS304 • Kích thước D=102mm, L=1087mm Màng thẩm thấu ngược R.O : 03 màng • Mã hiệu : LG BW4040 R • Xuất xứ : LG – Hàn Quốc • Lưu lượng: 9.5 m³/ngày • Áp lực test: 225 PSI (15.5bar) • Độ khử muối ổn định: 99.3 % • Độ khử muối tối thiểu: 99.6 % • Điều kiện kiểm tra: NaCl: 2000 ppm, áp lực 15.5 bar, nhiệt độ 25 oC • Độ khử muối tối thiểu: 99.6 % Hệ thống van điều khiển - Việt Nam Đồng hồ đo áp lực nước - Việt Nam Khung giá đỡ bằng inox 304 - Việt Nam. - Đường ống bằng ống Inox 7. Bồn chứa nước thành phẩm 7.1. Cấu hình tối thiểu - Bồn chứa nước thành phẩm: 1 bộ 7.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu - Dung tích: 2000 lít Vật liệu: Inox 304 phần thân bồn tiếp xúc với nước RO và Inox 304 phần chân bồn. Đường kính thân: 1200 mm		
--	--	--	--	--

		+ Chiều cao tổng thể: 2600 mm + Chiều dày: 2 mm + Điều khiển: Cảm biến đo mức + Nắp có Gioăng kín * Phin lọc khí: + Vỏ cốc lọc : Vật liệu Inox 304 + Cỡ lỗ: 0.2μm, Kích thước: 5 inch 8. Hệ thống diệt khuẩn 8.1. Cấu hình tối thiểu - Bộ đèn UV diệt khuẩn trên đường cấp: 1 bộ - Thiết bị lọc xác khuẩn: 1 bộ 8.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu Đèn UV C250 khử trùng Chiều dài tổng thể của bộ đèn khoảng. (A): 618 mm Không gian cần thiết để bảo dưỡng (B): 600 mm Trọng lượng bộ đèn (kg): 1,7 kg Áp suất vận hành max (bar): 10 bar Công suất đèn W: 52 watt Công suất UV-C W: 17 watt Số lượng bóng đèn (mỗi chiếc): 1 Tuổi thọ bóng đèn: 9000 giờ Bao gồm khung giá Inox 304, hộp 25x25 Thiết bị lọc xác khuẩn: + Cốc lọc khuẩn – Xuất xứ : Việt Nam + Phin lọc khuẩn, chất liệu polypropylene 0.2μm 20 inch – Xuất xứ : ePore Co.,Ltd – Hàn Quốc 9. Hệ thống bơm cấp sử dụng 9.1. Cấu hình tối thiểu - Hệ thống bơm cấp sử dụng: 2 cái 9.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu Bơm áp nước R/O vào máy thận - CNP - Trung Quốc • Công suất 0,75kW/220v/50Hz • Cột Áp : 31m • Lưu Lượng : 4,0 m³/h • Cấp Chống Nước : IP 55 Bơm Cấp nước cho máy thận 10. Khung và phụ kiện 10.1. Cấu hình tối thiểu - Đường ống nội tuyến (gồm ống, van, đầu ren, tê, cút...): 1 hệ thống - Tủ điện điều khiển tự động: 1 bộ		
--	--	---	--	--

		Hệ thống đường ống nhựa uPVC cấp cho máy thận - Đài Loan - Phụ kiện: keo dán, băng tan, gen hộp nhựa... - 01 đồng hồ áp. - Đường thải trong phòng bằng ống nhựa PVC - Tiền Phong - Việt Nam. Hệ thống tủ điều khiển - Việt Nam. Bao gồm attomat, khởi động từ hãng LS, bộ điều khiển báo mức hãng Omron và các thiết bị phụ như cầu nối, dây điện, đầu cos: Trọn gói.) 11. Các xét nghiệm cho mẫu nước - Chi phí xét nghiệm mẫu nước đầu vào theo QCVN 01/2009 - Chi phí xét nghiệm mẫu nước R.O đầu vào cho máy chạy thận theo tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 (E) đối với nước dùng trong lọc máu và các trị liệu liên quan		
2	Máy đo nhãn áp không tiếp xúc	I. Tiêu chuẩn chung - Chất lượng hàng hóa: Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi - Đạt một trong các tiêu chuẩn quốc tế sau: ISO 13485, CE - Điện áp sử dụng: Sử dụng được nguồn điện 220V / 50 Hz II. Cấu hình cung cấp - Máy chính: 01 chiếc - Tựa trán hoặc tỳ cằm : 01 chiếc - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Bạt chống bụi: 01 chiếc - Dây điện: 01 chiếc - Bộ dụng cụ vệ sinh máy thường quy : 01 bộ - Chân bàn hoặc giá đỡ điều khiển bằng động cơ điện: 01 chiếc III. Thông số kỹ thuật - Phạm vi đo: 7 - 60mmHg - Phương thức vận hành: Tự động - Chức năng: + Máy đo nhãn áp tự động kèm theo Công nghệ xử lý phản xạ giác mạc đưa các đặc tính cơ sinh học của giác mạc vào phân tích và đưa ra Chỉ số nhãn áp có bù trừ giác mạc IOPcc + Thiết bị chỉ ra kết quả tương quan với giá trị nhãn áp Goldmann (IOPg) và IOPcc giúp cho bác sỹ có thể so sánh và nhận định nhãn áp của bệnh nhân.	máy	01

		- Máy in: Máy in nhiệt tích hợp trong thân máy chính - Màn hình sử dụng: LCD cảm ứng - Chức năng bổ sung: + Có chế độ đo ba phép đo IOP liên tiếp chỉ bằng một nút nhấn + Phép đo thể hiện độ tin cậy của kết quả + Kiểm soát khí phụt theo thời gian thực - Hiện thị kết quả: Các phép đo được hiển thị rõ ràng trên màn hình màu LCD. Hiện thị đồng thời kết quả : - IOPg: giá trị nhãn áp Goldmann - IOPcc: giá trị nhãn áp bù trừ giác mạc - Score: giá trị thể hiện mức độ tin cậy của kết quả đo - Định vị bệnh nhân: Tựa trán hoặc tỳ cằm		
3	Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số	I. Tiêu chuẩn chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Tình trạng: Máy mới 100% II. Cấu hình tiêu chuẩn - Máy chính kèm máy in nhiệt lắp trong: 01 chiếc. Các phụ kiện chuẩn của máy bao gồm: - Dây nguồn: 1chiếc - Dây điện cực điện tim loại 3 dây: 1chiếc - Điện cực dán điện tim: 25chiếc - Ống nối đo huyết áp cho trẻ em người lớn: 1chiếc - Bao đo huyết áp trẻ em: 1chiếc - Bao đo huyết áp người lớn: 1chiếc - Dây nối và Đầu đo SpO2: 1 bộ - Đầu đo nhiệt độ qua da: 1chiếc - Ấc quy tự nạp, 1chiếc - Dây nối đo IBP kèm bộ đo IBP dùng 01 lần : 01 bộ - Bộ đo CO2 dòng chính : 01 bộ - Xe đẩy III. Tính năng kỹ thuật Tính năng chung Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, SpO2/mạch, NIBP, nhiệt độ, IBP, CO2 Có thể kết nối mạng và tạo thành hệ thống với máy trung tâm theo dõi Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau	Máy	02

		Màn hình màu, tinh thể lỏng, loại cảm ứng Màn hình số hiển thị lớn, có thể quan sát từ xa Có chức năng phát hiện loạn nhịp và gọi lại Hiển thị - Màn hình màu, cảm ứng, loại TFT LCD - Kích thước màn hình 10.4 inches, độ phân giải 800 x 600 điểm ảnh - Hiện thị sóng: nhịp tim, nhịp thở, sóng xung SpO2, - Số vết sóng tối đa: 6 vết - Hiện thị số: nhịp tim, VPC, ST, nhịp thở, NIBP, SpO2, nhịp xung, nhiệt độ, IBP, CO2 ... - Có thể đánh dấu đồng bộ với nhịp tim, nhịp thở và mạch - Có thể cài đặt 12 màu hiển thị số đo và dạng sóng trên màn hình - Tốc độ quét: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/giây Chức năng báo động Các mức báo động: khẩn cấp, cảnh báo và thông báo - Các mục báo động: tín hiệu sóng, loạn nhịp, kỹ thuật Các mục báo động: tín hiệu sóng, loạn nhịp, kỹ thuật - Chỉ thị báo động: Đèn báo động, tô đậm thông tin, âm báo - Khả năng lưu lịch sử báo động: 120h Chức năng an toàn - Tiêu chuẩn đáp ứng các điều khoản an toàn thuộc tiêu chuẩn IEC 60601 Máy in - Số kênh in: 3 kênh - Tốc độ giấy: có thể lựa chọn 12.5, 25 và 50 mm/s Ắc quy: - Ắc quy lắp trong máy, thời gian hoạt động 6 giờ Các thông số đo: ECG: - Nhiễu nội bộ: $\leq 30\mu Vp-p$ - Hệ số chống nhiễu đồng pha: $\geq 95dB$ - Trở kháng đầu vào: $\geq 5M\Omega$ (tại 10Hz) - Dòng phân cực đầu vào: $\leq 100 nA$ - Độ nhạy hiển thị: có thể lựa chọn tự động hoặc bằng tay		
--	--	--	--	--

		các giá trị 10mm/mV x 1/4, x 1/2, x1, x2, x4, hoặc tự động - Thời gian phục hồi sau khi sốc: 10giây Nhịp tim - Dải đo: 15 đến 300 nhịp/phút - Sai số: ± 2 nhịp/phút - Khoảng thời gian cập nhật số đo: không quá 3 giây hoặc khi có báo động Phân tích loạn nhịp - Số file loạn nhịp gọi lại: 120h - Thời gian lưu mỗi file: 10 giây Nhịp thở - Dải đo: 0-150 nhịp/phút - Sai số: ± 2 nhịp/phút - Nhiều nội bộ: $\leq 0.2 \Omega$ - Hiện thị độ nhạy: 5 giá trị 10mm/ 1Ω x 1/4 đến x4 - Thời gian phục hồi sau khi sốc: 10giây SpO2 - Dải hiển thị: 0-100% - Dải hiển thị: 70 đến 100% - Sai số: không quá $\pm 3\%$ - Khoảng thời gian cập nhật số đo: không quá 3 giây hoặc khi có báo động - Có âm thanh báo hiệu với âm sắc thay đổi theo sự thay đổi của trị số đo SpO2 - Độ nhạy dạng sóng: có thể lựa chọn tự động hoặc bằng tay các giá trị x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4 và x8 - Đo mạch: dải đo 30-300 nhịp/phút Nhiệt độ - Dải đo: $0^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C} \pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($0-25^{\circ}\text{C}$); $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($25-45^{\circ}\text{C}$) - Độ xê dịch: $\pm 0,005^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{C}$ Huyết áp không xâm nhập (NIBP) - Dải đo: 0-300 mmHg $\pm 3\text{mmHg}$ - Có giới hạn áp suất và thời gian khi bơm để đảm bảo an toàn - Thời gian phục hồi sau khi sốc: 10giây Huyết áp xâm nhập (IBP) - Dải đo: từ -50 tới 300mmHg - Nhiều nội bộ : $\pm 1\text{mmHg}$ - Cập nhật số đo: không quá 3 giây hoặc khi có báo động - Dải hiển thị : từ 0 tới 300 nhịp/phút		
--	--	--	--	--

		-Độ chính xác đếm: ± 2 nhịp/phút EtCO ₂ - Dải đo : 0 tới 100 mmHg - Thời gian khởi động: 5 giây - Dải đếm nhịp thở: từ 3 tới 150 nhịp/phút		
--	--	---	--	--

TÊN CÔNG TY BÁO GIÁ

Số:...../BG-....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

BÁO GIÁ

Kính gửi: (ghi rõ tên của chủ đầu tư yêu cầu báo giá)

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của .. (ghi rõ tên của chủ đầu tư yêu cầu báo giá) Chúng tôi (ghi tên địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một bản báo giá (goi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên) báo giá cho các thiết bị sau :

1 . Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí lệ phí nếu có	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu có liên quan của thiết bị y tế)

2 . Báo giá này có hiệu lực trong vòng:..ngày, kể từ ngày ...tháng...năm...(ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày) kể từ ngày...tháng...năm...(ghi ngày ...tháng...năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – yêu cầu báo giá)

3 . Chúng tôi cam kết

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác: Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực .

.....ngày.....tháng.....năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên đóng dấu)