

Si Ma Cai, ngày tháng 8 năm 2025

Số: /TM-BVSMC
V.v báo giá trang thiết bị y tế.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH 13 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ về
việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;

Bệnh viện rất mong các Quý công ty quan tâm gửi báo giá trang thiết bị y
tế:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai
- Địa chỉ: Đường Giàng Chăn Hùng, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
- Thông tin liên hệ báo giá: Ông Trương Văn Việt - Phòng KHTH; SĐT 0988.917.260; KTV Hoàng Quỳnh Trang - Phòng TCHC-KTTC; SĐT 0889.732.892

Email: truongvanviet190@gmail.com

II. CÁCH THỨC, THỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ

- Cách thức nhận:
 - Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai
 - Nhận bản mềm qua Email.
- Thời gian nhận báo giá:
 - Từ ngày 15 tháng 8 năm 2025 đến ngày 22 tháng 8 năm 2025.
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
 - Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

III. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Danh mục trang thiết bị
(Phụ lục 1)
- Bảng cung cấp thông tin trang thiết bị và chào giá
(Phụ lục 2)
- Địa điểm lắp đặt
Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai
- Thời gian chào hàng dự kiến: Không

5. Dự kiến về các điều kiện tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

6. Các thông tin khác

- Tình trạng hàng hóa: Mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất

- Gửi báo giá bao gồm các tài liệu minh chứng về thông số kỹ thuật (Catalog tiếng Anh hoặc tiếng Việt) phải được ký bởi Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện ủy quyền theo pháp luật phải ký tên, đóng dấu (nếu có) và phải đóng dấu treo hoặc giáp lai vào các trang cấu hình, thông số kỹ thuật. Trường hợp được ủy quyền phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.

- Mẫu báo giá: Phụ lục 2

Bệnh viện Đa khoa khu vực Sĩ Ma Cai rất mong nhận được báo giá, cấu hình, thông số kỹ thuật và các tài liệu hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở Y tế tỉnh Lào Cai (Công thông tin điện tử Sở Y tế)
- Lưu: VT, TCHC-KTTC

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Giàng Seo Văn

**DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ MUA SẴM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
CỦA BVĐK KHU VỰC SI MA CAI**

(Kèm theo Thư mời số /TM-BVSMC ngày /8/2025 của BVĐK Khu vực Si Ma Cai)

TT	Danh mục TTB	Mô tả, yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1.	Hệ thống lọc nước RO (Dùng cho máy thận nhân tạo)	- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Tiền xử lý: + Hệ thống lọc đa tầng; cột lọc than hoạt tính, làm mềm nước, lọc tinh - Hệ thống chính: + Bơm cao áp, Màng RO, vỏ màng RO + Hệ thống tiết trùng + Hệ thống phân phối - Thiết bị phụ trợ: Bộ điều khiển, van điện từ, cảm biến mực nước.... - Tiêu chuẩn: AAMI... - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt 01 bộ	Hệ thống	01
2.	Giường bệnh nhân 2 tay quay kèm tủ đầu giường	- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Chức năng tay quay (nâng hạ đầu, chân), tay quy bằng inox/thép có cơ cấu chống trượt, vận hành nhẹ nhàng - Khung thép sơn tĩnh điện hoặc Inox chống gỉ - Vạt giường: Tấm thép dập lỗ sơn tĩnh điện hoặc composite ABS, chịu lực tốt, thoáng khí - Lan can 2 bên: Lan can hợp kim nhôm hoặc nhựa ABS, gấp gọn dễ dàng - Bánh xe có khóa chống trượt - Tủ đầu giường: Nhựa ABS cao cấp hoặc thép sơn tĩnh điện, Gồm 1 ngăn kéo, 1 ngăn tủ lớn và hộc để chai nước/ly uống, Có thể dùng làm bàn ăn	Cái	150

		di động hoặc đặt đồ cá nhân, có bánh xe (nếu có), Xanh dương, xám, trắng – dễ vệ sinh, bền màu - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt 01 bộ		
3.	Giường bệnh nhân chạy điện (Giường hồi sức chỉnh điện)	- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Chức năng điều chỉnh: + Nâng – hạ lưng + Nâng – hạ chân + Nâng – hạ toàn bộ giường + Nghiêng trái – phải + Tư thế CPR (phục hồi tim phổi khẩn cấp) - Khung giường: Thép phủ sơn tĩnh điện hoặc hợp kim nhôm, chịu lực cao - Mặt giường: ABS cao cấp hoặc thép dập lỗ, chịu tải tốt, thông thoáng, dễ lau chùi - Lan can 2 bên: ABS hoặc hợp kim nhôm, gấp gọn, có khóa an toàn - Động cơ: Motor điện tuyến tính (linéar motor), độ ồn thấp, bền bỉ - Điều khiển: Tay điều khiển cầm tay (remote) hoặc bảng điều khiển tích hợp ở thành giường - CPR khẩn cấp: Nút CPR điện và tay gạt cơ CPR, giúp nhanh chóng đưa giường về tư thế nằm ngang khi có cấp cứu - Cọc truyền, đệm y tế, nguồn điện 220v, có bộ pin dự phòng (nếu có) - Tùy chọn nâng cao: (nếu có) - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt 01 bộ	Cái	03
4.	Máy sinh hiển vi khám bệnh (Máy sinh hiển vi khám mắt)	- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Có 2-3 kính; kết nối camera(nếu có) - Độ phóng đại: 5-6 mức	Máy	01

		- Khoảng cách đồng tử 52-78mm... - Chiều sáng khe sáng: điều chỉnh 0 mm-14mm - Đèn: Đèn halogen hoặc LED - Bộ lọc sáng - Nguồn: 220v, 50/60Hz - Chuyển động máy: trượt mượt trên bàn, có khóa - Bộ điều chỉnh chiều cao: nâng-hạ, có ngăn chứa vật tư nhỏ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt 01 bộ		
5.	Máy đo khúc xạ giác mạc	- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Chức năng chính: Auto Refraction, Keratometry - Phạm vi đo khúc xạ + Spherical: -25D đến +22D + Cylinder: 0 đến $\pm 10D$ + Axis: $0^{\circ} - 180^{\circ}$ - Đo giác mạc: + Radius: 5.0 – 10.2 mm + Dioptric: 33D – 67.5D - Độ chính xác: + Spherical/Cylinder: $\pm 0.12D$ hoặc $\pm 0.25D$ + Trục loạn: $\pm 1^{\circ}$ - Khoảng cách đồng tử, khoảng cách làm việc: 45-88mm, ~85mm - Màn hình: LCD... - Căn chỉnh mắt: tự động 3 chiều... - Có cổng kết nối máy in nhiệt hoặc USB kết nối máy in ngoài - Nguồn: 100-220V, 50/60HZ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt 01 bộ	Hệ thống	01
6.	Máy trị liệu sóng ngắn	- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%	Cái	01

		- Tần số hoạt động: 27.12 MHz $\pm$ 0.6 MHz - Công suất: 200W đến 1000W, điều chỉnh được, công suất liên tục hoặc xung - Chế độ: liên tục, xung - Thời gian điều trị: cài đặt được từ 0 – 30 p - Màn LED hoặc LCD cảm ứng - Chế độ an toàn - Nguồn 220V, 50/60HZ - Phụ kiện đi kèm - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt 01 bộ		
7.	Bộ đặt nội khí quản có camera	- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Chức năng: Đặt nội khí quản bằng hình ảnh video trực tiếp - Màn hình: LCD, độ phân giải $\geq$ 640x480 hoặc HD - Camera: góc rộng, độ phân giải cao, tích hợp đèn led, góc nhìn 60-90 độ, đầu dò kích cỡ 0,1-2,3-4, ghi hình, lưu thẻ nhớ... - Lưỡi đặt đi kèm - Nguồn: Pin lithium $\geq$ 2000mAh, thời gian sử dụng $\geq$ 2 giờ liên tục - Tiêu chuẩn chống nước IPX7 hoặc cao hơn - Kết nối: USB, HDMI hoặc Wifi - Các phụ kiện đi kèm - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt 01 bộ	Cái	02
8.	Máy xét nghiệm huyết học (Máy xét nghiệm huyết học tự động)	- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Impedance, photometry - Thông số: 19-29 thông số huyết học - Chế độ phân tích: 3 thành phần hoặc 5 thành phần - Lượng mẫu: 30-60 hoặc 60-90 - Thẻ tích mẫu: 9-20 μL - Đầu vào: open tube, closed tube	Cái	01

		- Công nghệ nhuộm và tách, hệ thống làm sạch, màn hình LCD, cảm ứng hiển thị rõ đồ thị và bảng kết quả - Lưu trữ dữ liệu, kết nối USB, RS232, LAN - Nguồn: 220v, 50/60Hz - Phần mềm quản lý tích hợp với LIS, QLDLBN - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt 01 bộ		
9.	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại (Máy xét nghiệm miễn dịch tự động)	- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Công suất chạy mẫu: Từ 80 – 300 test/giờ - Thông số xét nghiệm: hỗ trợ 100 – 150 test khác nha - Loại mẫu sử dụng: serum/plasma - Tự động hóa: hút, pha loãng... - Loại hiệu chuẩn & QC: Tự động, IQC - Lưu trữ dữ liệu, kết nối hệ thống: LIS / HIS / USB / LAN - Nguồn: 220v, 50/60Hz - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt 01 bộ	Cái	01
10.	Máy X Quang C Arm	- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Chế độ: radiography, fluoroscopy - Loại phát tia X: tia X liên tục, xung - Khối phát & phát tia X: công suất 2.5-20kW, điện áp ống tia 40-120kVp - Dòng tia, ống phát tia, làm mát ống tia.. - Càng C: góc quay +/- 180 độ hoặc >=135 độ, góc nghiêng +/- 30 đến 40 độ, chiều cao điều chỉnh bằng điện hoặc tay - Di chuyển: Di động bằng bánh xe, có khóa an toàn - Hệ thống thu & hiển thị: Detector, 1 hoặc 2 màn hình LED/LCD ≥ 19 inch, độ phân giải cao, ưu trữ dạng DICOM, hỗ trợ in phim - Phần mềm xử lý ảnh: Zoom, đo khoảng cách, quay – dừng khung hình, lọc nhiễu	Cái	01

		- Tùy chọn nâng cao/phần mềm mở rộng: Chế độ chỉnh hình, Chế độ tiết kiệm, Chế độ tim mạch, Kết nối PACS / DICOM - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt 01 bộ		
	Tổng:			162

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số /TM-BVSMC ngày /8/2025 của BVĐK khu vực Si Ma Cai)

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

II. NỘI DUNG BÁO GIÁ

(Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai)

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

TT	Tên SP	Tên thương mại (nếu có)	Ký mã hiệu, nhãn mác của SP	Thông số KT cơ bản	Số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc số phiếu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT loại A/B	Quy cách đóng gói	Hãng, nước chủ sở hữu	Hãng, nước sản xuất	Năm sản xuất	Mã HS (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (nếu có) VNĐ	Thuế phí, lệ phí (nếu có) VNĐ	Thành tiền VNĐ	Giá trúng thầu trong vòng 90 ngày gần nhất (nếu có)		
																	Giá trúng thầu	Số, ngày QĐ trúng thầu	Đơn vị trúng thầu

(Gửi kèm theo các tài liệu minh chứng về thông số kỹ thuật TTB)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng.....ngày, kể từ ngày.....tháng.....năm..... (Quy định tại khoản 2 mục II của thư mời)

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của Pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của thiết bị y tế nếu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))