

Số: 74 /TM-BVSN

Lào Cai, ngày 02 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Mua khí y tế của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai năm 2027-2028

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai, Số 01 Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Cam Đường, Tỉnh Lào Cai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Người nhận: Ông Hoàng Ngọc Long - Khoa dược - VTYT

Số điện thoại liên hệ: 02143.842.345

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị

(Theo phụ lục 1 đính kèm công văn)

2. Cách thức nhận báo giá:

2.1 Thông qua đường bưu chính viễn thông

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai (Số 01 đường Võ Nguyên Giáp, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai).

2.2 Gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đơn vị quan tâm kê khai thông tin và tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đầy đủ báo giá và các tài liệu quy định.

Báo giá và tài liệu kèm theo phải được gửi trên Hệ thống trước thời điểm kết thúc tiếp nhận báo giá. Việc kê khai, đính kèm, xác thực và gửi báo giá thực hiện theo chức năng, hướng dẫn của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

3. Nguyên tắc xem xét tính đầy đủ của hồ sơ báo giá

Trường hợp hồ sơ báo giá chưa đầy đủ hoặc có nội dung chưa rõ, Bệnh viện có thể đề nghị đơn vị báo giá bổ sung, làm rõ qua thông tin liên lạc được đơn vị cung cấp theo báo giá. Trường hợp sau khi bổ sung, làm rõ vẫn không đủ thông tin để xác định hàng hóa, cấu hình, thông số kỹ thuật, mức độ đáp ứng, khả năng

cung cấp hoặc giá trị báo giá, Bệnh viện không sử dụng báo giá đó làm căn cứ xây dựng yêu cầu kỹ thuật hoặc xác định giá gói thầu.

4. Thời hạn nhận báo giá:

Từ 10h ngày 02/10/2026 đến trước 17h ngày 16/10/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17/10/2026.

6. Báo giá theo mẫu báo giá đính kèm công văn

(Theo phụ lục 2 đính kèm công văn)

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai rất mong nhận được sự tham gia của Quý công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ BV;
- Website Bệnh viện và mạng đấu thầu;
- Lưu VT, VTYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đinh Công Mạnh

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo công văn số: 74 /TM-BVSN ngày 02/10/2026 của bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai)

Phụ lục 1

STT	Mã thầu	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
1	KYT2728-01	Khí Argon	Bình	1.400	Tương thích với máy chiếu tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương hiện có tại Bệnh viện. (Model: PlasmaMed- GAP; Hãng sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ Plasma Việt Nam). * Thành phần: - Bao gồm Argon độ tinh khiết $\geq 99\%$. - $H_2O < 3$ ppm; $N_2 < 5$ ppm; Oxygen < 2 ppm. * Bình chứa: Kích thước: $\geq 159 \times 8 \times 615$ (mm); - Kích thước bao gồm nắp: $\geq 159 \times 8 \times 730$ (mm); - Áp suất an toàn của bình chứa: ≥ 250 bar; - Áp suất khí nén khi đầy: ≥ 130 bar; - Thể tích khí trong bình (khi giải nén): ≥ 1.040 lít. * Chuẩn kết nối: - Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 - 6mm; - Giao diện kết nối điện tử: HDMI hoặc tương đương
2	KYT2728-02	Bình khí EO	Bình	480	Tương thích với máy hấp xấy tiệt trùng khí EO hiện có tại Bệnh viện. (Model: 8XL-P; Hãng sản xuất: 3M Steri-Vac). Chứa 100% ethylene oxide, cung cấp lượng ethylene oxide xác định trước cho mỗi chu trình tiệt trùng.

STT	Mã thầu	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
3	KYT2728-03	Khí Oxy hóa lỏng	Kg	180.000	Oxy hóa lỏng độ tinh khiết $\geq 99\%$
4	KYT2728-04	Khí Oxy loại đóng chai 10 lít	Bình	100	Khí oxy, độ tinh khiết $\geq 99\%$ Khí đóng trong bình dung tích: 10 lít
5	KYT2728-05	Khí CO2 loại đóng chai 10 lít	Bình	180	Khí CO2 độ tinh khiết $\geq 99\%$ Khí đóng trong bình dung tích: 10 lít
6	KYT2728-06	Khí CO2 loại đóng chai 40 lít	Bình	50	Độ tinh khiết CO2: $\geq 99,99\%$ Khí đóng trong bình dung tích: 40 lít Đựng trong vỏ bình đã được kiểm định và trong thời gian lưu hành. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.
7	KYT2728-07	Khí N2 tinh khiết cho IVF loại đóng chai 40 lít	Bình	420	Độ tinh khiết N2: $\geq 99,99\%$. Khí đóng trong bình dung tích: 40 lít Đựng trong vỏ bình đã được kiểm định và trong thời gian lưu hành. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.
8	KYT2728-08	N2 lỏng tinh khiết cho IVF	Bình	200	Độ tinh khiết N2: $\geq 99,99\%$. Nhiệt độ hoá hơi: - 196 độ C. Không màu, không mùi, không độc hại, vận chuyển và đóng trong bình chuyên dụng

PHỤ BIỂU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số: 74 /TM-BVSN ngày 02/10/2026 của bệnh viện Sản Nhi Lào Cai)

CÔNG TY.....

Phụ lục 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai, chúng tôi công ty xin gửi tới Quý Bệnh viện báo giá cung cấp hàng hoá tại bệnh viện như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Mã thầu (2)	Tên hàng hóa theo thư mời báo giá (3)	Tên thương mại(4)	Ký, mã, nhãn hiệu, model(5)	Hãng sản xuất(6)	Xuất xứ(7)	Thông số kỹ thuật(8)	Đơn vị tính(9)	Số lượng(10)	Đơn giá ⁽¹¹⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹²⁾ (VND)

Tổng số: xx sản phẩm

(Gửi kèm theo là các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan)

2. Báo giá có hiệu lực ngày, kể từ ngày tháng năm 2026

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Địa danh, ngày tháng năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)