

THÔNG BÁO
V/v yêu cầu báo giá máy siêu âm

Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng có nhu cầu khảo sát, tư vấn kỹ thuật và báo giá máy siêu âm của bệnh viện để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy siêu âm tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng, với nội dung cụ thể như sau.

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng
 - Địa chỉ: Ngõ 275 Đông Khê, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông Bùi Văn Khánh - Trưởng phòng Vật tư TBYT và CNTT
 - Điện thoại: 0225.3 246 117
 - Email: phongvttbytbvtthp@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản pdf có chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của đơn vị cùng bản mềm (word, excel) và bản scan các hồ sơ tài liệu có liên quan (cataloge, datasheet...).
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư TBYT và CNTT, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng.
 - Ngõ 275 Đông Khê, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng
 - Nhận qua email: phongvttbytbvtthp@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá
 - Từ 10h00 ngày 20 tháng 5 năm 2026 đến trước 10h00 ngày 30 tháng 5 năm 2026.
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2026.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục

Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy siêu âm	<ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE - Nguồn điện: 220V, 50/60 Hz - Công suất tối đa: 750 VA - Môi trường làm việc: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ: $\leq 40^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm: $\leq 75\%$ - Loại màn hình: LCD (có thể nghiêng và xoay được, có thể điều chỉnh độ cao) - Màn hình điều khiển cảm ứng TFT LCD - Bộ lựa chọn quét nhanh: các thông số hình ảnh có thể thay đổi (như độ khuếch đại, tần số, độ sâu) - Sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tăng cường hình ảnh - Lưu trữ trong bộ nhớ máy chính: Khoảng 500GB - Có thể hiển thị lại các báo cáo đo lường trong quá khứ - Phương pháp quét: <ul style="list-style-type: none"> + Điện tử convex - Convex + Điện tử tuyến tính – Linear + Điện tử theo pha, khu vực mảng – Phased / Sector + Điện tử Radial (2 mặt quét) - Các mode hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Chế độ B + Chế độ hai mặt phẳng BiPlane + Chế độ M + Chế độ Doppler phổ (PW, CW, HPRF-PW) + Chế độ Doppler cổng kép + Chế độ dòng màu + Chế độ Doppler năng lượng (Doppler năng lượng có hướng) + Chế độ eFLOW (eFLOW có hướng) năng lưu trữ, in ấn hình ảnh siêu âm 	1	Máy

Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiện thị: phổ năng lượng - Kích thước vùng màu: có thể thay đổi liên tục - Tự động điều chỉnh gain - Các đầu dò thăm khám: <ul style="list-style-type: none"> + Đầu dò thăm khám ổ bụng + Đầu dò thăm khám mạch + Đầu dò thăm khám tim + Đầu dò thăm khám sản phụ khoa 		

2. Địa điểm giao hàng, lắp đặt

- Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng (Ngõ 275 Đông Khê, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng).

3. Thời gian giao hàng dự kiến

- Quý 3/2026

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Thanh toán bằng phương thức chuyển khoản.

- Bên mua thanh toán cho bên bán 100% giá trị hợp đồng bằng chuyển khoản vào tài khoản do bên bán cung cấp sau khi bên mua nhận được đầy đủ hàng hóa và hóa đơn tài chính hợp lệ của bên bán.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam;
- Lưu: VT, VTTBYT&CNTT.



GIÁM ĐỐC

Đoàn Hồng Quang