

SỐ: 521/BVSKTTHP-VTTBYT-CNTT
V/v cung cấp báo giá
máy xét nghiệm điện giải

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với máy xét nghiệm điện giải, với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng

- Địa chỉ: Ngõ 275 Đông Khê, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng

- Số điện thoại: 0225 3246 117

2. Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Công nghệ thông tin - Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng.

- Ngõ 275 Đông Khê, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng

- Nhận qua email: benhviensuckhoetamthanhp@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp

Bản pdf có chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của đơn vị cùng bản mềm (word, excel) và bản scan các hồ sơ tài liệu có liên quan (cataloge, datasheet...).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá

- Từ ngày 29/04/2026 đến ngày 11/05/2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11/05/2026.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ: Như phụ lục đính kèm.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của các hãng sản xuất, nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ Tư vấn mua sắm;
- Lưu: VT, VTTBYT-CNTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phan Thị Yến



Phụ lục

**DANH MỤC SỐ LƯỢNG, TIÊU CHÍ
KỸ THUẬT MÁY XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI**

(Kèm theo Công văn số 521/BVSKTTHP-VTTBYT-CNTT
ngày 29/4/2026 của Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng)

I	YÊU CẦU CHUNG <ul style="list-style-type: none">- Chất lượng hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng. Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau.- Thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE hoặc tương đương.- Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất và nhà phân phối được ủy quyền chính thức bán hàng tại Việt Nam.- Nguồn điện sử dụng: 100-240V AC, 50-60Hz.- Môi trường hoạt động:<ul style="list-style-type: none">+ Nhiệt độ môi trường : (10 ~30) °C+ Độ ẩm tương đối: (20 ~85) %
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH <ul style="list-style-type: none">- Máy chính: 01 máy- Điện cực ≥ 3 thông số- Điện cực tham chiếu- Dây cáp nguồn
III	YÊU CẦU KỸ THUẬT <ul style="list-style-type: none">- Tốc độ xét nghiệm < 60s/bệnh phẩm- Hiệu chuẩn mỗi xét nghiệm để loại bỏ cặn điện cực.- Khởi động hệ thống nhanh, độ tái lập tốt, mức tiêu thụ thuốc thử thấp.- Lưu trữ và thống kê dữ liệu QC 30 ngày- Hỗ trợ chế độ nghỉ hoạt động liên tục để tiết kiệm thuốc thử.- Có thể kết nối với hệ thống LIS và PC để bàn.
IV	CÁC YÊU CẦU KHÁC <ul style="list-style-type: none">- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại đơn vị sử dụng.- Thời gian giao hàng: ≤ 60 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.- Cam kết cung ứng, lắp đặt, vận chuyển, đào tạo hướng dẫn sử dụng, vận hành chạy thử đến đơn vị, khoa sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ ngày ký biên bản bàn giao và nghiệm thu: ≥ 12 tháng.- Cam kết hỗ trợ khắc phục sự cố trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông tin từ đơn vị sử dụng.- Cam kết cung cấp đầy đủ: Chứng nhận xuất xứ (CO); Chứng nhận chất lượng (CQ);

Bộ từ khai hải quan nhập khẩu; Bản phân loại trang thiết bị y tế; Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thiết bị y tế khi giao hàng.

- Cam kết cung cấp và có bảng báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng, linh kiện thay thế và chi phí bảo trì thiết bị trong ≥ 08 năm sau khi hết thời gian bảo hành.