

Số: 1162/BVSKTTHP-VTTBYT-CNTT
V/v cung cấp báo giá máy điện não

Hải Phòng, ngày 25 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với máy điện não, với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng

- Địa chỉ: Ngõ 275 Đông Khê, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng

- Số điện thoại: 0225 3246 117

2. Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Công nghệ thông tin - Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng.

- Ngõ 275 Đông Khê, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng

- Nhận qua email: benhviensuckhoetamthanhp@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp

Bản pdf có chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của đơn vị cùng bản mềm (word, excel) và bản scan các hồ sơ tài liệu có liên quan (cataloge, datasheet...).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá

- Từ ngày 25/8/2026 đến ngày 04/9/2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04/9/2026.


II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ: Như phụ lục đính kèm.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của các hãng sản xuất, nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ Tư vấn mua sắm;
- Lưu: VT, HST.



GIÁM ĐỐC

Đoàn Hồng Quang



Phụ lục
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, TIÊU CHÍ KỸ THUẬT MÁY ĐIỆN NÃO
 (Kèm theo Công văn số 1162/BVSKTTHP-VTTBYT-CNTT
 ngày 25/8/2026 của Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng)

I	YÊU CẦU CHUNG - Chất lượng hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng. Năm sản xuất: 2026 - Thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE hoặc tương đương. - Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất và nhà phân phối được ủy quyền chính thức bán hàng tại Việt Nam. - Xuất xứ: G7/Châu Âu
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH 01 Máy chính với bộ khuếch đại ≥ 26 kênh 01 Phần mềm ghi, đánh giá thăm khám bao gồm: + Cấu hình điện cực được xác định trước, đo trở kháng, chương trình cho HV và kích thích quang + Đo biên độ và tần số tự động từng phần, Chức năng DSA, Phóng to cửa sổ tối đa 100 lần, biên độ MAP, tần số MAP và phân tích, in EEG, phân tích và tìm kiếm + Cơ sở dữ liệu SQL cho quản lý bệnh nhân và thăm khám, sao lưu, lưu trữ dữ liệu
III	YÊU CẦU KỸ THUẬT - Kênh EEG: ≥ 26 - Bộ kích (trigger) kỹ thuật số: ra (Trigger Out): 01, vào (Trigger In): 09. - Đèn kích thích thị giác - Bộ kích thích thị giác sử dụng nguồn sáng LED - Đo trở kháng: Dải đo trở kháng: 0 - 200 k Ω
IV	CÁC YÊU CẦU KHÁC - Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại đơn vị sử dụng. - Thời gian giao hàng: ≤ 60 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. - Cam kết cung ứng, lắp đặt, vận chuyển, đào tạo hướng dẫn sử dụng, vận hành chạy thử đến đơn vị, khoa sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư. - Thời gian bảo hành thiết bị kể từ ngày ký biên bản bàn giao và nghiệm thu: ≥ 12 tháng. - Cam kết hỗ trợ khắc phục sự cố trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông tin từ đơn vị sử dụng. - Cam kết cung cấp đầy đủ: Chứng nhận xuất xứ (CO); Chứng nhận chất lượng (CQ); Bộ tờ khai hải quan nhập khẩu; Bản phân loại trang thiết bị y tế; Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thiết bị y tế khi giao hàng. - Cam kết cung cấp và có bảng báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng, linh kiện thay thế và chi phí bảo trì thiết bị trong ≥ 05 năm sau khi hết thời gian bảo hành.