

**SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN HP**

Số: 902/BVSKTTHP-VTTBYT-CNTT
V/v cung cấp báo giá máy xét nghiệm
HbA1c

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với máy xét nghiệm HbA1c, với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng

- Địa chỉ: Ngõ 275 Đông Khê, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng

- Số điện thoại: 0225 3246 117

2. Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Công nghệ thông tin - Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng.

- Ngõ 275 Đông Khê, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng

- Nhận qua email: benhviensuckhoetamthanhp@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp

Bản pdf có chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của đơn vị cùng bản mềm (word, excel) và bản scan các hồ sơ tài liệu có liên quan (cataloge, datasheet...).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá

- Từ ngày 10/7/2026 đến ngày 20/7/2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20/7/2026.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ: Như phụ lục đính kèm.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của các hãng sản xuất, nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ Tư vấn mua sắm;
- Lưu: VT, VTTBYT-CNTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



***Phan Thị Yến**



3

Phụ lục
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, TIÊU CHÍ
KỸ THUẬT MÁY XÉT NGHIỆM HbA1c

(Kèm theo Công văn số 902/BVSKTTHP-VTTBYT-CNTT
ngày 10/7/2026 của Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng)

I	YÊU CẦU CHUNG - Chất lượng hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng. Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau. - Thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE hoặc tương đương. - Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất và nhà phân phối được ủy quyền chính thức bán hàng tại Việt Nam. - Nguồn điện sử dụng: 100 - 240V AC - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ môi trường: (15 ~ 35°C) °C + Độ ẩm tương đối: (15 ~ 75) %
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH - Máy chính: 01 chiếc - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ. - Que test đi kèm: ≥ 10 test
III	YÊU CẦU KỸ THUẬT - Hệ thống đo HbA1c một bước. - Hiệu chuẩn: Quang phổ. - Vật liệu mẫu: Máu toàn phần mao mạch, Máu tĩnh mạch có chất chống đông máu. - Khối lượng mẫu: 3μL. - Dung tích hồng cầu: 25 ~ 60 % - Thời gian xét nghiệm: Trong vòng 5 phút. - Phạm vi đo lường 4.0 ~ 15.0 % (9 ~ 140 mmol/mol). - Đơn vị đo lường: % hoặc mmol/mol. - Cung cấp kết quả định lượng HbA1c chính xác. Chứng nhận NGSP và IFCC CV nhỏ hơn 3%. - Lưu trữ và vận hành bộ xét nghiệm ở nhiệt độ phòng. - Kích thước: 205(W) $\times$ 200(L) $\times$ 150(H)mm. - Nguồn điện: 100/240VAC 12VDC, 3.33A. - Màn hình: 4.3" LCD Resolution (480 x 272 pixel). - Bộ nhớ: ≥ 400 xét nghiệm. - Máy in: Máy in nhiệt.

	- Chức năng bổ sung: USB x2, Ethernet, Giao tiếp LIS, Đầu đọc mã vạch bên ngoài.
IV	CÁC YÊU CẦU KHÁC - Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại đơn vị sử dụng. - Thời gian giao hàng: ≤ 60 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. - Cam kết cung ứng, lắp đặt, vận chuyển, đào tạo hướng dẫn sử dụng, vận hành chạy thử đến đơn vị, khoa sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư. - Thời gian bảo hành thiết bị kể từ ngày ký biên bản bàn giao và nghiệm thu: ≥ 12 tháng. - Cam kết hỗ trợ khắc phục sự cố trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông tin từ đơn vị sử dụng. - Cung cấp đầy đủ: Chứng nhận xuất xứ (CO); Chứng nhận chất lượng (CQ); Bộ tờ khai hải quan nhập khẩu; Bản phân loại trang thiết bị y tế; Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thiết bị y tế khi giao hàng. - Cam kết cung cấp và có bảng báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng, linh kiện thay thế và chi phí bảo trì thiết bị trong ≥ 08 năm sau khi hết thời gian bảo hành.