

Số: 26 /TB-BVNQ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Máy móc, thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối tại Việt Nam.

Hiện tại Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm máy móc, thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông: Nguyễn Minh Kha – PTK Dược – Phụ trách TTB Bệnh viện.
 - Địa chỉ email: minhkhadnq@gmail.com
 - Điện thoại liên hệ : 0919.975.957

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận qua trực tiếp qua văn thư Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền – địa chỉ: Số 21 Lê Lợi – P Gia Viên – TP Hải Phòng.

4. Thời gian tiếp nhận: Từ 07 giờ ngày 30/7/2025 đến trước 17h ngày 11/8/2025

(Báo giá nhận sau thời điểm này sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11/8/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Tên máy móc, thiết bị y tế:

- Tên thiết bị: Ghế nha khoa kèm phụ kiện.
- Đơn vị tính: Cái.
- Số lượng: 01.

- Giá gói thầu: Dưới 100 triệu VNĐ.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, vận chuyển, bảo quản máy móc, thiết bị:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền – Địa chỉ: Số 21 Lê Lợi – P Gia Viên – TP Hải Phòng.

- Vận chuyển, bảo quản máy móc, thiết bị: Nhà thầu cung cấp máy móc, thiết bị y tế bảo đảm thực hiện.

- Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 3/2025.




4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Theo quy định hiện hành.
- Thanh toán hợp đồng: Sau khi bàn giao, nghiệm thu thiết bị y tế; Bàn giao các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc mua sắm đầu thầu và hóa đơn tài chính hợp lệ.

5. Các thông tin khác: Cung cấp các thông tin theo phụ lục 01,02 gửi kèm. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ IT (để đăng thông tin lên trang web Bệnh viện);
- Lưu: VT, Dược, TCKT.



BSC.11. Trần Thị Thu Hương





PHỤ LỤC 01

YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỐI VỚI MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Gửi kèm theo Thông báo số 26/TB-BCNQ ngày 29/7/2025 của BVĐK Ngô Quyền)

1. Yêu cầu chung: Năm sản xuất 2025 trở về sau, mới 100%, tiêu chuẩn của thiết bị, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO 13485, ISO 9001...), môi trường hoạt động của thiết bị (nhiệt độ, độ ẩm), nguồn điện sử dụng.

2. Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật

- Ghi rõ hệ thống/ máy.... (tên máy móc, trang thiết bị y tế chuyên dùng) kèm phụ kiện tiêu chuẩn và nêu rõ, đầy đủ các thành phần chính cấu thành của máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng, số lượng, đơn vị tính.

- Nêu các yêu cầu về mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ của trang thiết bị y tế;

- Nêu các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật (nêu các chỉ tiêu kỹ thuật theo thứ tự đã nêu tại mục yêu cầu cấu hình của thiết bị y tế);

- Nêu các yêu cầu kỹ thuật thể hiện chức năng của thiết bị, ngoài ra nêu các yêu cầu chi tiết của thiết bị (nếu có):

+ Yêu cầu về cấu tạo: cảm biến, vật liệu chế tạo, thiết kế...

+ Yêu cầu về điều khiển: Nguyên lý điều khiển (kỹ thuật số, cơ học...), phương pháp, cách thức (bằng máy tính, nút bấm trên máy, bàn điều khiển...), các chức năng điều khiển (bằng phần mềm...)

+ Yêu cầu về hiển thị: Hiển thị bằng chỉ báo cơ học, bằng đèn LED, màn hình: nêu loại màn hình, kích thước, độ sáng (nếu có), độ phân giải (nếu có) ...

+ Yêu cầu về các chức năng an toàn, cảnh báo an toàn.

+ Yêu cầu về kiểm định, hiệu chuẩn.

+ Yêu cầu về phần mềm ứng dụng, phần mềm điều khiển.

+ Yêu cầu về khả năng kết nối giữa các thành phần của thiết bị, kết nối với thiết bị khác.

+ Yêu cầu về khả năng nâng cấp, cập nhật phần mềm, công nghệ của thiết bị.

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt.

3. Yêu cầu khác:

- Nêu các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, thời gian cung cấp, lắp đặt, kiểm định, hướng dẫn sử dụng, đào tạo, cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao, các điều kiện thương mại.

- Cung cấp các hồ sơ tài liệu có liên quan: Catalog, Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương, Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)....



PHỤ LỤC 02

Cấu hình yêu cầu

(Gửi kèm theo Thông báo số 26 /TB-BCNQ ngày 29/7/2025 của BVĐK Ngô Quyền)

Ghế nha khoa:

- Ghế bệnh nhân điện 24V DC :1 bộ
- Hệ thống tự động xả đờm và súc miệng cấp nước định lượng: 1 bộ
- Hệ thống điều khiển có bộ nhớ (bảng mạch tích hợp): 1 bộ
- Khay đựng dụng cụ treo dưới :1 bộ
- Thiết bị chuyển mạch chính nước/khí/điện: 1 bộ
- Thiết bị móc treo điện thoại: 1 bộ
- Thiết bị kết hợp khung phụ trợ: 1 bộ
- Ống nhỏ thủy tinh: 1 bộ
- Tựa đầu gấp đôi, khớp đôi: 1 bộ
- Đệm ghế liền: 1 bộ
- Điều khiển bàn đạp tròn: 1 bộ
- Thiết bị điều khiển chân : 1 bộ
- Dụng cụ hút nước bọt mạnh/yếu: 1 bộ
- Bình chứa nước ngoài: 1 bộ
- LED xem phim: 1 bộ
- Đèn nha khoa LED (cảm ứng) : 1 bộ
- Súng phun đa năng (lạnh/nóng): 2 cái
- Hộp sần ngoài: 1 bộ
- Ghế xoay bác sĩ 603: 1 cái
- Máy nén khí:
 - Điện áp /điện nguồn: 220V±10%
 - Điện nguồn tần xuất: 50 ±1Hz
 - Công xuất: 1100W trở lên
 - Độ ồn: =<60 dB
 - Dung tích bình hơi: >=50L
 - Nhiệt độ làm việc của máy: Nhiệt độ thường