

ĐIỀU CHỈNH YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Ngày 27/02/2025, Trung tâm Y tế quận Kiến An đã đăng tải Yêu cầu báo giá số 34/TTYT-TMS gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. Trung tâm Y tế quận Kiến An điều chỉnh một số nội dung tại văn bản số 34/TTYT-TMS như sau

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động thường xuyên tại Trung tâm Y tế quận Kiến An năm 2025

(Chi tiết tại Phụ lục 1 đi kèm)

Các nội dung còn lại tại văn bản số 34/TTYT-TMS không thay đổi.

Xin trân trọng thông báo./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Hữu Thùy



DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO DỰ KIẾN MUA SẮM 2025

STT	Tên vật tư tiêu hao	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Băng dính lụa 2,5cm x 5m	Chất liệu Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate. Xuất xứ nguyên liệu: Các nước G7. - Kích thước 2,5cm x 5m. - Keo hỗn hợp keo nóng chảy: Zinc oxide, Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. - Độ nhớt 8.100-12.700 cP - Trọng lượng khối phủ: 55 ± 10 gsm, lực dính 1,8-5,5 N/cm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 hoặc tương đương.	Cuộn	418	
2	Bông y tế	100% bông xơ tự nhiên thấm hút tốt - Đóng gói tối thiểu 1kg - Hạn dùng 36 tháng hoặc tốt hơn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, 9001 hoặc tương đương	Kg	99	
3	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Thành phần tối thiểu: - Chlorhexidine Digluconate 0,5% v/v - Ethanol 75% v/v - Isopropyl alcohol (Isopropanol) 8% v/v - Đóng gói chai có vòi xịt, tối thiểu 500ml - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.	Chai	217	
4	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme	Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme - Hiệu quả sau 1 phút hoặc nhanh hơn; - pH: 7.8-8.8, không gây ăn mòn dụng cụ; - Thành phần: protease subtilisin 0,5%, có chất tạo mùi dễ chịu và các nguyên phụ liệu khác. - Không để lại tồn lưu, làm sạch hiệu quả các chất béo, xâm nhập và làm sạch các vị trí khó tiếp cận. - Tương thích với nhiều loại vật liệu. Vật liệu phi kim loại như silicone, E@ Cao su EPDM, PTFE, polyurethane, cao su viton... Vật liệu kim loại như thép không gỉ E@ thép 304-2B, thép không gỉ 410, thép không gỉ 420 và nhôm anodized... - Tiêu chuẩn chất lượng: EC, ISO, CFS hoặc tương đương.	Chai	2	Năm 2025 khoa ngoại tổng hợp dự kiến tăng cường sử dụng, nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn
5	Giấy điện tim 6 cần	Giấy in có dòng kẻ, tương thích máy điện tim 6 cần ECG-1250K - Kích thước 110mm x 140mm - Đóng gói: Tập tối thiểu 142 tờ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.	Tập	639	

STT	Tên vật tư tiêu hao	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
6	Kim châm cứu số 5	Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần. - Cán kim cuốn bằng sợi thép. Thân kim chất liệu thép không gỉ. - Kích thước 0.30x25mm - Được tiệt trùng bằng khí EO. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 hoặc tương đương.	Cái	108.000	
7	Nước cất 2 lần	Nước cất 2 lần vô khuẩn, dùng trong y tế. - pH: 6,0-7,2 - Độ dẫn điện $\leq 1,12 \mu\text{S/cm}$ - Đóng gói: Can tối thiểu 10 lít. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.	Lít	2.600	
8	Nước Gia ven	Thành phần: Sodium Hypochlorid, Sodium Hydroxide, nước và các phụ liệu, Đóng gói: Can tối thiểu 20 lít	Lít	1.060	
9	Ống nghiệm EDTA	Ống nghiệm lấy máu sử dụng cho xét nghiệm huyết học. - Chất liệu: Ống làm từ nhựa y tế polypropylene (Nhựa PP). Nắp ống làm từ nhựa LDPE màu xanh. - Kích thước 12x75mm - Hóa chất sử dụng trong ống: Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) nồng độ tiêu chuẩn. - Thời gian giữ tế bào máu ở trạng thái tách rời tối đa: 6-8h hoặc tốt hơn - Thể tích lấy máu: 2ml - Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485, CE hoặc tương đương	Ống	11.500	
10	Ống nghiệm Heparin	Ống nghiệm lấy máu sử dụng cho xét nghiệm sinh hóa, điện giải đồ, khí máu. - Chất liệu: Ống làm từ nhựa y tế polypropylene (Nhựa PP). Nắp ống làm từ nhựa LDPE màu đen. - Kích thước 12x75mm - Hóa chất sử dụng trong ống: Heparine Lithium - Thể tích lấy máu: 2ml - Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485, CE hoặc tương đương	Ống	18.000	
11	Phim X Quang DI-HL 25x30cm	Phim khô laser cỡ 25x30 cm tương thích máy in phim khô laser Fujifilm DRYPIX - Sử dụng công nghệ Eco Dry thân thiện môi trường. - Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ trên, lớp nhạy sáng, lớp nền phim, lớp bảo vệ dưới. - Mật độ quang tối đa 3.3 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.	Tờ	7.800	