

Số: 62/TTYT-TMS

Kiến An, ngày 26 tháng 03 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế quận Kiến An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế: Nồi hấp tiệt trùng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế quận Kiến An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Vũ Hồng Ngọc Hưng - Trưởng khoa Dược, Trang thiết bị, Vật tư y tế.

- Số điện thoại: 094 111 4668

- Địa chỉ email: hung.ttyka@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, Trang thiết bị, Vật tư y tế; Trung tâm Y tế quận Kiến An (Số 360 Trần Thành Ngọ, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng);

- Nhận qua email: hung.ttyka@gmail.com;

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 27 tháng 03 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 05 tháng 04 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế:

- Tên thiết bị y tế: Nồi hấp tiệt trùng

- Đơn vị tính: Máy/ Bộ/Cái/Chiếc

- Số lượng: 01

- Yêu cầu kỹ thuật: *Chi tiết tại phụ lục đi kèm*

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược, Trang thiết bị, Vật tư y tế; Trung tâm Y tế quận Kiến An (Số 360 Trần Thành Ngọ, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng).

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Bắt đầu từ Quý II năm 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Điều kiện tạm ứng: Không.

- Điều kiện thanh toán: Theo tiến độ giao hàng, sau khi nhận đầy đủ chứng từ.

5. Các thông tin khác:

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo Mẫu báo giá Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế.

(Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm)./q

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KD.

 **GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Hữu Thùy

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Văn bản số 62 /TTYT-TMS ngày 26/03/2025 của Trung tâm Y tế quận Kiến An)

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chi tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.



PHỤ LỤC I
YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Văn bản số 62/TTYT-TMS ngày 26/03/2025 của Trung tâm Y tế quận Kiến An)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu
1	Nồi Hấp Tiệt Trùng Sấy Khô	YÊU CẦU CHUNG - Nguồn cung cấp: AC220V.50Hz - Điều kiện hoạt động: Phù hợp với khí hậu Việt Nam. - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. YÊU CẦU CUNG CẤP CHO MỘT ĐƠN VỊ TÍNH: - 01 Nồi hấp - Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh -Tiếng Việt THÔNG SỐ KỸ THUẬT 1. Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật tối thiểu:- - Dung tích buồng hấp: 50 lít - Kích thước buồng hấp Ø340 x 550 mm - Áp suất làm việc định mức: 0.22 Mpa - Nhiệt độ làm việc định mức: 134 0C - Áp suất làm việc max: 0.23 Mpa - Sai số nhiệt độ trung bình $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ - Dải cài đặt thời gian: 0- 99 phút hoặc 0 – 99 giờ 59 phút - Dải cài đặt nhiệt độ: 105 - 134°C - Công suất/ điện áp nguồn: 3 kW - Điện áp: 220V/50Hz - Kích thước ngoài: 510 x 470 x 1130 mm - Kích thước vận chuyển (WxDxH): 590×590×1280mm - Trọng lượng: 88Kg/68Kg 2. Công năng, đặc tính nồi hấp - Nồi hấp đứng, gia nhiệt bằng điện - Ứng dụng: Sử dụng hơi bão hòa để tiệt trùng, dùng trong các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trạm y tế, phòng khám, nhà máy, viện nghiên cứu... để tiệt trùng các dụng cụ, thiết bị y tế, quần áo phẫu thuật, dung dịch, môi trường nuôi cấy - Bộ điều khiển áp suất – nhiệt độ hoàn toàn tự động, với van an toàn, van xả. Tự động đuổi khí 2 lần, xả khí khi kết thúc chu trình. - Sau khi hấp xong sẽ có âm thanh báo và nồi sẽ tự động ngắt gia nhiệt. - Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ - Dung lượng bộ nhớ: Tương đương 7.000 kết quả hoặc tốt hơn - Đơn vị đo hỗ trợ: % DCCT, IFCC mmol/mol, eAG mg/dl hoặc eAG mmol/l 3. Yêu cầu khác - Bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng - Lắp đặt, chạy thử hoàn chỉnh, hướng dẫn cho người sử dụng đến khi thành thạo tại

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN KIẾN AN

		đơn vị sử dụng. - Cam kết thay thế phụ tùng, linh kiện, vật tư tiêu hao tối thiểu 5 năm kể từ khi hết hạn bảo hành. - Cam kết khắc phục sự cố trong vòng 48 giờ khi có yêu cầu - Cung cấp Chứng nhận xuất xứ (CO); Chứng nhận chất lượng (CQ) đối với hàng nhập khẩu; Chứng nhận xuất xưởng đối với hàng trong nước.
--	--	---

12/2020