

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Cung cấp thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm y tế Kiến Thuy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Kiến Thuy
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Dương Văn Duy, Phó trưởng khoa Dược TTB VTYT, số điện thoại: 0983.867.114,
Email: Cntvanduy@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược TTB-VTYT

Địa chỉ: Khu Thợ Xuân – xã Kiến Thuy - TP. Hải Phòng

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng thư mời.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: theo phụ lục 01
2. Mẫu báo giá: theo phụ lục 02

Trung tâm y tế Kiến Thuy rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Dược TTBVTYT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



BSCKI. TRẦN THỊ THÀNH

Phụ lục 01: Danh mục hàng hóa

(Kèm theo Thư mời báo giá số: 19/TM-TTYTKT ngày 21/ 05/2026)

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng
1	Máy in Siêu âm Yêu cầu chung Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp (Direct Thermal Printing). Độ phân giải: 325 dpi. Thang xám: 256 mức xám (8-bit). Tốc độ in: Chế độ nhanh: khoảng 1,9 giây/ảnh. Chế độ thường: khoảng 3,3 giây/ảnh. Khổ giấy: 110 mm. Loại giấy tương thích: UPP-110HG (High Gloss) UPP-110HD UPP-110S Giao tiếp: USB 2.0 Video In/Out (BNC) hỗ trợ tín hiệu NTSC/PAL Cổng điều khiển từ xa (Remote). Bộ nhớ: Lưu tối đa 10 khung hình khi in từ tín hiệu video. Nguồn điện: 100–240 V AC, 50/60 Hz. Kích thước: 154 × 88 × 240 mm. Khối lượng: khoảng 2,5–2,6 kg	Máy	01
2	Giấy in ảnh Sony Yêu cầu chung chuyên dụng, không dùng mục. Kích thước: Phải đúng với quy cách của máy in (ví dụ 110 mm × 20 m hoặc 110 mm × 18 m tùy loại). Độ nhạy nhiệt: Lớp phủ nhiệt phải tương thích với đầu in Sony để cho hình ảnh rõ nét, độ tương phản cao. Chất lượng hình ảnh: In được thang xám (grayscale) rõ ràng.	Cuộn	05

Không có sọc, đốm, nhòe hoặc mất chi tiết. Độ bền: Hình ảnh không phai nhanh khi bảo quản đúng điều kiện. Giấy không cong, không cuộn mép, không để lại nhiều bụi giấy gây mòn đầu in. An toàn cho thiết bị: Không làm trầy xước đầu in nhiệt. Không để lại cặn bám trên đầu in. Điều kiện bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ khoảng 15–30°C, độ ẩm 30–70%. Tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao và hóa chất.		
---	--	--

PHỤ LỤC 2: Mẫu báo giá

(Kèm theo Thư mời báo giá số: 19/TM-TTYTKT ngày 21/05/2026)

BÁO GIÁ Gói thầu mua sắm thiết bị y tế

Kính gửi: Trung tâm Y tế Kiên Thụy

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi
... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp hàng hóa.

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã SH	Năm sản xuất	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Thiết bị A								
2	Thiết bị B								
n	...								

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm 2026

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngàythángnăm 2026

Đại diện hợp pháp của đơn vị cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)