

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Cung cấp thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm y tế Kiến Thuy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Kiến Thuy
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Dương Văn Duy, Phó trưởng khoa Dược TTB VTYT, số điện thoại: 0983.867.114,
Email: Cntvanduy@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược TTB-VTYT

Địa chỉ: Khu Thọ Xuân – xã Kiến Thuy - TP. Hải Phòng

- Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng thư mời.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa: theo phụ lục 01
- Mẫu báo giá: theo phụ lục 02

Trung tâm y tế Kiến Thuy rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Dược TTBVTYT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



BSCKI. TRẦN THỊ THÀNH



Phụ lục 01: Danh mục hàng hóa

(Kèm theo Thư mời báo giá số: 26/TM-TTYTKT ngày 17/ 08/2026)

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng
1	MÁY ĐIỆN NÃO Thông số kỹ thuật - 16 kênh điện não đồ - Tốc độ lấy mẫu: 100Hz/kênh - Độ chính xác việc lấy mẫu: 12 bit - Trở kháng vào $\geq 10M\Omega$ - Độ ồn: $\leq 5 \mu V V_{p-p}$ - Tỷ lệ loại bỏ chế độ chung: ≥ 90 dB - Bội số phóng to: 10000 - Hàng số lọc: Cài đặt miễn phí ở chế độ kỹ thuật số tự động - Hiện thị tốc độ: 15, 30, 60mm/s - Hiện thị biên độ: 1, 2, 5, 10, 12, 15, 20mm/50 μV - Tốc độ phát lại: 1, 2, 3, 10, 20, 40, 60 - Tỷ lệ loại bỏ nhiễu: ≥ 30 dB - Chức năng tùy chọn: Bảng hình, ECG 2 chuyển đạo - Cấu hình - Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy chính - Bộ khuếch đại chuẩn: 01 Cái - Đèn flash: 01 Cái - Chân đỡ bộ khuếch đại: 01 Cái - Chân đỡ đèn flash: 01 Cái - Cáp nối điện cực EEG: 01 Bộ - Mũ đội: 02 Cái - Điện cực: 01 Bộ - Dây tiếp đất: 01 Cái - Cáp USB: 02 Cái - Nguồn đèn Flash: 01 Cái - Đĩa phần mềm: 01 Cái - HDSD: 01 Bộ	Máy	01



PHỤ LỤC 2: Mẫu báo giá

(Kèm theo Thư mời báo giá số 26/TM-TTYTKT ngày 17/08/2026)

BÁO GIÁ Gói thầu mua sắm thiết bị y tế

Kính gửi: Trung tâm Y tế Kiến Thụy

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp hàng hóa.

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã SH	Năm sản xuất	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Thiết bị A								
2	Thiết bị B								
n	...								

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm 2026

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngàythángnăm 2026

Đại diện hợp pháp của đơn vị cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)