

Số: 359/TTYTTL-KD
“V/v chào giá đối với Vật tư y tế”

Tiên Lãng, ngày 08 tháng 9 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Áp dụng đối với gói thầu Mua sắm bổ sung vật tư y tế năm 2025
của Trung tâm y tế huyện Tiên Lãng.**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm bổ sung Vật tư y tế năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Trung tâm Y tế Tiên Lãng
- Địa chỉ: Số 130 , thôn 8, xã Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng;

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Yên, chức vụ: Trưởng khoa Dược – trang thiết bị - vật tư y tế.
- Số điện thoại: 0369.320.978
- Địa chỉ email: Yen081282@gmail.com

3. Cách thức nhận báo giá: Theo địa chỉ nhận trực tiếp:

Nguyễn Thị Yên, chức vụ: trưởng khoa Dược – trang thiết bị - vật tư y tế; Trung tâm Y tế Tiên Lãng.

Địa chỉ: Số 130 , thôn 8, xã Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng;

Số điện thoại: 0369.320.978

4. Thời gian nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin thành công trên trang Website của Trung tâm Y tế Tiên Lãng và trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá có hiệu lực.



II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa mua sắm bao gồm:

Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Băng dính nhựa	Màng nylon: được làm từ PE mỏng, có đặc tính dẻo dai, mềm và có độ co giãn cao. Màu sắc của màng nylon là trắng trong, dễ dàng nhìn thấy phần được che phủ	480	Cuộn
2	Gia ven	Hóa chất khử khuẩn	600	Lít
3	Hi - chlon 70	Nisso Hi-chlon 70G (Ca(CLO)2)	200	Kg
4	Fuji 9 (Extra A3)	Độ bền nén và độ bền uốn cao. Chịu độ ẩm tốt.	15	Gam
5	Keo 3M	Keo dán nền ethanol/nước Chai nhỏ giọt độc đáo, dễ sử dụng, cho phép nhìn thấy một cách chính xác lượng keo còn lại trong chai	06	Gam
6	Nhộng Composit đặc	Composite đặc dạng nhộng. Độ bóng cao, màu sắc tự nhiên, tính ổn định cao và bền màu.	20	Cái
7	Nhộng Composit lỏng	Composite lỏng dạng nhộng. Dùng để trám lót, trám bít hố rãnh, trám xoang nhỏ và thành bên các xoang II, xoang V	20	Cái
8	Găng hộ lý	Chất liệu: Cao su thiên nhiên Màu sắc: Nhiều màu	200	Đôi
9	Điện cực dán điện tim	Bề mặt tiếp xúc dạng gel, tiếp xúc ổn định. Đầu giắc nối với máy: kim loại phủ bạc. Kích thước: hình tròn . Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016.	180	Miếng
10	Kim châm cứu số 5	Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, được cuộn xoắn ốc đồng đều, bằng 1 sợi thép y tế, có màu đồng nhất, không có nếp nhăn. - Thân kim được làm từ thép không gỉ có khả năng chống gỉ, chống ăn mòn, không có vết nứt, vết gãy hoặc tách thành các lớp - Kích thước của kim: Đường kính x Chiều dài: (0,18 - 0,40)mm x (8 – 150) mm - Độ cứng của kim: 450~650 HV (theo thang độ cứng Vicke), tương ứng với đường kính kim $0,3 \leq d < 0,45$ - Đầu kim được mài sắc, đánh bóng sắc nét và không có vết nhám, gờ, rìa gai hoặc móc - Đầu kim không bị cong hoặc rạn nứt sau khi bị tác động áp lực và lực châm tiêu chuẩn - Áp lực chịu tác động của kim: 0,5 N (đường kính $0,25 < d \leq 0,35$) - Lực châm của kim: 0,8 N (đường kính $0,25 < d \leq 0,35$) - Bề mặt kim nhẵn và sạch: Độ nhám bề mặt trung bình (giá trị Ra) $\leq 0,63 \mu\text{m}$. - Kim được đóng gói vô trùng, mỗi kim là khuôn riêng biệt. Vì được làm từ nhựa và giấy, dễ xé trong quá trình sử dụng, đảm bảo vô khuẩn. Vì được tạo đường rãnh xé giữa các kim, C50 dễ dàng xé từng kim khi sử dụng mà không ảnh hưởng đến các kim còn lại. - Thiết kế an toàn, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian. - Chứng nhận: ISO 13485:2016 - Hạn dùng: 36 tháng - Đơn vị: Cái - Quy cách đóng gói: 5 cái/vi, 100 cái/hộp"	70.000	Cái


11	Lam kính mài	- Làm bằng thủy tinh trong suốt một đầu mài nhám. - Kích thước: 25,4 x 76,2mm, độ dày 1,0-1,2mm. - FSC 2018YB863 - Đóng gói: Bằng túi nhựa PE hút chân không kín khí không mốc, hộp 72cái/ hộp/ 50 hộp/ kiện.	1.440	Cái
12	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml	- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Pít tông có khía bề gãy để hút, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam	80.000	Cái
13	Ống đặt nội khí quản các số	Các số từ 3.5 đến 7.0	10	Cái
14	Dây nối bơm tiêm điện ECO 140cm	được làm từ nhựa PVC y tế an toàn, không chứa DEHP độc hại. Có đầu khóa kết nối Luer lock tương thích với bơm tiêm điện, thiết kế chống xoắn gấp, chống rò rỉ.	10	Cái
Tổng khoản: 14				

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược – trang thiết bị - vật tư y tế; Trung tâm Y tế Tiên Lãng. Địa chỉ: Số 130, thôn 8, xã Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng;

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Phù hợp với các điều khoản hợp đồng.
Các yêu cầu về giao hàng, vận chuyển theo yêu cầu của nhà sản xuất và quy định hiện hành.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng từ thanh toán thuộc trách nhiệm của nhà thầu theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT

 **GIÁM ĐỐC**

Phạm Tiến Thành