

Số: 372a/TTYT-KD
“V/v chào giá đối với thiết bị y tế”

Tiên Lãng, ngày 21 tháng 07 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Áp dụng đối với gói thầu mua sắm thiết bị y tế
cho Khoa RHM - Mắt - TMH của Trung tâm Y tế Tiên Lãng.**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Tiên Lãng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế cho Khoa RHM - Mắt - TMH của Trung tâm Y tế Tiên Lãng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Trung tâm Y tế Tiên Lãng
- Địa chỉ: Số 130 Phạm Ngọc đa, thôn Phú kê, Xã Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng;

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Yến, chức vụ: Trưởng khoa Dược – trang thiết bị - vật tư y tế.
- Số điện thoại: 0369.320.978
- Địa chỉ email: Yen081282@gmail.com (file báo giá được gửi dưới dạng bản PDF và chữ ký, có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định)

3. Cách thức nhận báo giá: Theo địa chỉ nhận trực tiếp:

Nguyễn Thị Yến, chức vụ: trưởng khoa Dược – trang thiết bị - vật tư y tế; Trung tâm Y tế Tiên Lãng.

Địa chỉ: Số 130 Phạm Ngọc đa, thôn Phú kê, Xã Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng;

Số điện thoại: 0369.320.978

4. Thời gian nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin thành công trên hệ thống đấu thầu mạng Quốc gia.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa mua sắm bao gồm:

Stt	Danh mục	Thông số kỹ thuật dự kiến	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống Nội soi tai mũi họng	CameraFull HD - Cảm biến 1/2.8" SONY CMOS - Độ phân giải:1920 x 1080 pixels - Cáp kết nối: 2m. - Độ sáng 1-30 bước . - Tín hiệu đầu vào 1080P. - Camera có chức năng dừng hình . - Chức năng phóng to thu nhỏ hình ảnh và chụp 1 hình - Độ phân giải: 1080p cho ra hình ảnh chất lượng cao. - Tỷ lệ màn hình: 16:9 (1920 x 1080) – 5:4 (1280 x 1024) - Có nút bấm trên thân camera: Nút zoom và chụp hình. Nguồn sáng LED: - Nguồn điện 220V/50Hz - Công suất tiêu thụ: 100W - Kiểu bóng: LED - Nhiệt độ màu: 6500K - Chức năng hiển thị cường độ sáng - Chức năng điều chỉnh cường độ sáng - Chức năng hiển thị mức 80% sáng khi bật - Tuổi thọ bóng: 50.000 – 60.000 giờ - Chuẩn đầu cắm sáng: Storz / Wolf Màn hình chuyên dụng: - Kích thước màn hình:27" - Công nghệ IPS - Độ phân giải : 1920 x 1080 pixels - Góc nhìn: 178 độ - Thời gian phản hồi: 5 ms - Độ sáng: 350 cd/m2 - Tín hiệu tương thích: tương thích với cổng trên bộ xử lý hình ảnh. - Độ tương phản: 1000:1 - Video out: 2 HDMI, 1 AV - Chức năng cân bằng trắng. - Chức năng chụp hình - Chức năng phóng to, thu nhỏ hình ảnh. - Chức năng điều chỉnh tăng màu	HT	01

		- Tín hiệu độ phân giải đầu ra: Full HD: 1920 x 1080 - Chắc năng lấy nét theo điểm hoặc toàn vùng Soi Dây sáng: - Chiều dài 2m, dây dẫn camera có bọc lưới nhựa bảo vệ. - Đường kính ống dẫn 4mm - Đường kính ngoài 10mm - Miếng chống nóng - Chuẩn kết nối: Storz / Wolf Ống nội soi: - Ống nội soi 70 độ: + Kích thước: $\Phi 4\text{mm} \times 175\text{mm}$ + Hệ thống quang học len xoay, truyền sáng qua sợi cáp quang tích hợp. + Có thể khử trùng bằng máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp. - Ống nội soi 0 độ: + Kích thước: $\Phi 4\text{mm} \times 175\text{mm}$ + Hệ thống quang học len xoay, truyền sáng qua sợi cáp quang tích hợp. + Có thể khử trùng bằng máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Xe đẩy chuyên dụng.		
2	Que thử nồng độ dung dịch Cidex	Là chỉ thị hóa học được thiết kế đặc biệt để kiểm tra, xác định xem nồng độ hoạt chất (ortho-phthalaldehyde hoặc glutaraldehyde) còn nằm trên mức tối thiểu an toàn để tiêu diệt vi sinh vật hay không, từ đó cho phép tái sử dụng dung dịch một cách an toàn	Cái	150
3	Canuyn	Được làm từ nhựa y tế cao cấp (như polyethylene không độc hại, silicon) Có thiết kế hình vòm cong theo vòm miệng. Một số loại có lõi cứng ở giữa giúp ngăn bệnh nhân cắn phải lưỡi. Giữ cho đường thở không bị cản trở (chống tụt lưỡi) ở bệnh nhân bất tỉnh, hôn mê, hoặc co giật.	Cái	03
4	Xe đẩy bệnh nhân có đệm	Cấu hình: Khung cáng: 01 cái; Cáng khênh tay: 01 cái; Khung chân: 02 bộ; Giường chân: 01 cái; Cọc truyền: 01 cái; Đệm mút: 01 cái; Bánh xe: 01 bộ - Kích thước (mm): D1900xR600xC750 mm - Chất liệu: inox 201 - Mặt Cáng inox kt: 2100 x 600 x 200mm - Yêu cầu: Xe có thể tháo lắp. + Cáng khênh tay có thể nhấc khỏi xe trong trường hợp cần thiết. + Phần đầu, lưng có thể nâng lên từ $0^\circ - \geq 30^\circ$ theo cơ cấu thanh chống, điều khiển bằng tay. + Hai lan can bằng inox hai bên có thể xếp gọn lên xuống khi không sử dụng.	Cái	01

ANH
RUNG
Y TẾ
ÊN LÃN

		+ Cọc truyền dịch bằng inox ống có móc treo. + Có 4 bánh xe, trong đó có 2 bánh xe có phanh hãm. + Đệm mút dày 50mm được bọc bên ngoài bằng vải giả da không thấm nước, chịu được các hóa chất tẩy rửa thông thường. + Toàn bộ bề mặt bằng inox được xử lý đạt độ sáng bóng BA + Tải trọng của xe 250 kg - Đệm mút được bọc bên ngoài bằng vải giả da. - Bánh xe bằng cao su đặc Ø150, càng bằng thép mạ chịu lực.+ Cản treo dây máy 01 cái - 4 chân bánh xe phi 60, 2 bánh có chốt khóa, dễ dàng di chuyển		
5	Đèn soi đáy mắt (máy soi đáy mắt)	- Hệ thống quang học: Chùm sáng góc rộng và tấm gương đặc biệt đảm bảo rằng bất kể kích thước đồng tử nào của bệnh nhân cũng đều có thể nhìn thấy võng mạc rõ ràng nhất - Hệ thống quang học riêng biệt làm giảm ảnh hưởng của phản xạ giác mạc và cung cấp hình ảnh võng mạc rõ ràng hơn - Nhiệt độ màu: 3000K - Sử dụng công nghệ LED mới nhất. - Bộ phận thấu kính và bộ lọc đều có thể được sử dụng bằng cách dùng đầu ngón tay mà không cần phải đưa ra khỏi bệnh nhân - Công suất thấu kính rộng từ +29D đến -30D đảm bảo dễ dàng kiểm tra tất cả các cấu trúc mắt - Có thể chuyển nhanh 1 bước $\pm 20D$ giúp tăng tốc độ chẩn đoán - Bộ lọc đỏ để kiểm tra mạch máu có thể được sử dụng cùng với bất kỳ chùm sáng chẩn đoán nào - Phần tỷ chân mày mềm cho phép định vị dễ dàng và bảo vệ mắt kính nếu là người đeo kính cận - Có thể sạc nhanh trong vòng 2 giờ và sử dụng liên tục trong 2 giờ giúp thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng sử dụng - Bộ sạc Lithium-ion Mini: Bộ sạc có thể kết nối nhanh, đơn giản vào tay cầm. Thiết bị có thể sử dụng ngay cả khi đang sạc	Cái	01
	Tổng khoản: 05			

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược – trang thiết bị - vật tư y tế; Trung tâm Y tế Tiên Lãng. Địa chỉ: Số 130 Phạm Ngọc đa, thôn Phú kê, Xã Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng;

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng. Các yêu cầu về giao hàng, vận chuyển theo yêu cầu của nhà sản xuất và quy định hiện hành.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng từ thanh toán thuộc trách nhiệm của nhà thầu theo quy định của pháp luật.

5. Các yêu cầu khác Nhà cung cấp báo giá xin gửi kèm theo: Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hàng hóa chào giá trong vòng 12 tháng liền trước đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia (nếu có).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Phạm Tiến Thành

