

Số: 50/TTYTTTL-KD
“V/v chào giá đối với dụng cụ y tế”

Tiên Lãng, ngày 15 tháng 12 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm Thiết bị, dụng cụ y tế trang bị cho các Trạm y tế xã thuộc Trung tâm Y tế Tiên Lãng năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm Thiết bị y tế trang bị cho các Trạm y tế xã thuộc Trung tâm Y tế Tiên Lãng năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Trung tâm Y tế Tiên Lãng
- Địa chỉ: Số 130 Thôn 8, xã Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng;

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Yên, chức vụ: Trưởng khoa Dược – trang thiết bị - vật tư y tế.

- Số điện thoại: 0369.320.978

- Địa chỉ email: Yen081282@gmail.com

3. Cách thức nhận báo giá: Theo địa chỉ nhận trực tiếp:

Nguyễn Thị Yên, chức vụ: trưởng khoa Dược – trang thiết bị - vật tư y tế; Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng.

Địa chỉ: Số 130 Thôn 8, xã Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng;

Số điện thoại: 0369,320.978

4. Thời gian nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin thành công trên hệ thống đấu thầu mạng Quốc gia hoặc trên trang Website của Trung tâm Y tế Tiên Lãng.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa mua sắm bao gồm:



Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Huyết áp điện tử người lớn	<ul style="list-style-type: none"> - Loại máy: Điện tử bấp tay - Phạm vi đo: <ul style="list-style-type: none"> + Huyết áp: từ 0 đến 299 mmHg + Nhịp tim: từ 40 đến 180 nhịp/phút - Độ chính xác: <ul style="list-style-type: none"> + Huyết áp: ± 3 mmHg + Nhịp tim: ± 5 % - Cơ chế hoạt động: Bơm điện tự động - Nguồn năng lượng: Sử dụng 4 pin AA 1,5V - Trọng lượng máy: Khoảng 250g (không bao gồm pin) - Trọng lượng vòng bít: Khoảng 110g - Kích thước máy: 140 (dài) x 103 (rộng) x 82 (cao) mm - Kích thước vòng bít: 146 mm (rộng) x 466 mm (dài) 	30	Cái
2	Huyết áp điện tử trẻ em	<ul style="list-style-type: none"> - Màn hình: Màn hình số LCD - Phương pháp đo: Đo dao động - Phạm vi đo: <ul style="list-style-type: none"> + Áp suất: 0-299mmHg + HA: 20-280 mmHg - Nhịp tim: 40-200 nhịp/phút - Độ chính xác: <ul style="list-style-type: none"> + HA: ± 3 mmHg + Nhịp tim: ± 5% kết quả đo - Bộ nhớ: 30 lần đo gần nhất - Nguồn điện: 4 pin AA 1.5V hoặc bộ đổi nguồn DC6V/600mA - Trọng lượng máy: ~340 g (bao gồm pin) - Kích thước máy: 136 x 82 x 57 mm 	19	Cái

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược – trang thiết bị - vật tư y tế; Trung tâm Y tế Tiên Lãng. Địa chỉ: Số 130 Thôn 8, xã Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng;

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng từ thanh toán thuộc trách nhiệm của nhà thầu theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT



GIÁM ĐỐC

Phạm Tiến Thành

