

Số: /YCBG-BVĐK

Nậm Tăm, ngày 28 tháng 05 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Pa Há có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị Y tế, máy giặt công nghiệp cho đơn vị theo quy định với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Pa Há

Địa chỉ: Bản Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên người nhận: Nguyễn Hùng Mạnh

- Địa chỉ: Bản Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu.

- Điện thoại: 0376419117

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

* Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng KH-TC-ĐD

- Họ tên người nhận: Nguyễn Hùng Mạnh

- Địa chỉ: Bản Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu.

- Điện thoại: 0376419117

* Nhận qua Email: phongtchctckt2024@gmail.com

Ngoài ra trước khi gửi bản gốc báo giá đề nghị các đơn vị cung cấp báo giá gửi file Scan báo giá qua địa chỉ Email: phongtchctckt2024@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 29 tháng 05 năm 2026 đến trước 08h00 phút ngày 08 tháng 06 năm 2026

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 05 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết

bị y tế (gọi chung là thiết bị).

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế, máy giặt:

Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về vận chuyển	Bảo quản thiết bị y tế	Lắp đặt	Cung cấp
Bệnh viện Đa khoa Pa Há	Vận chuyển thiết bị phải đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định.	Thiết bị phải được bảo quản trong thùng, tránh bị va đập gây hỏng, bị trầy xước hoặc bị thấm nước	Bàn giao lắp đặt tại bộ phận sử dụng thuộc Bệnh viện Đa khoa Pa Há	Cung cấp thiết bị đúng theo hợp đồng được ký kết

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Trong Quý III năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

5. Các thông tin khác (nếu có).

Kính đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm gửi hồ sơ báo giá về Bệnh viện Đa khoa Pa Há theo địa chỉ trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công TTĐT-(BVĐKPH; HTMĐTQG);
- Ban giám đốc;
- Lưu VT, KH-TC-ĐD.

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Phi

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo yêu cầu báo giá số ... /YCBG-BVĐK ngày .../.../2026 của BVĐK Pa Há)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Xe tiêm 3 tầng	<p>BÀN TIÊM-THAY BĂNG 3 TẦNG Model: B3/0230 Năm sản xuất: 2025 trở lại Hãng sản xuất: Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 ARMEPHACO Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>1. Cấu hình đồng bộ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bàn chính: 01 cái- Bánh xe: 01 bộ <p>2. Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>a. Kích thước (mm): (DxRxC) 675x450x950mm ±3%</p> <p>b. Kết cấu chung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kích thước khay: dài, rộng, sâu (650x425x20) mm.- Bàn có 3 tầng khay, các tầng đều có thanh lan can 4 phía cao 50±5mm.- Khay bằng inox tấm được dập liền tấm trên máy thủy lực, bốn góc khay tròn, nhẵn, không có khe, kẽ, được bo tròn, dễ vệ sinh, tiệt trùng; khay được hàn liền với khung xe chắc chắn. Chân khay được xử lý ép mép vừa làm tăng cứng vững cho sản phẩm vừa khử ba vĩa cạnh sắc.- Bốn bánh xe $\text{Æ}100$ mm, cangk thép, trong đó 2 bánh có phanh- Sản phẩm chắc chắn, cân đối, không xiên lệch, cong vênh.- Các chi tiết được làm sạch hết ba vĩa, cạnh sắc. Mỗi hàn được mài nhẵn, mịn <p>c. Vật liệu:</p> <ul style="list-style-type: none">-Toàn bộ làm bằng inox SUS201.+ Khung chính tay đẩy làm bằng inox $\square 25.4 \times 1$ mm+ Lan can làm bằng inox ống $\text{Ø} 12,7 \times 0,8$mm+ Mặt bàn làm bằng inox tấm dày 0.8 mm.+ Bánh xe cao su $\text{Ø} 100$ <p>d. Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bảo hành: 12 tháng- Sản phẩm mới 100%.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 13485:2016. Hoặc tương đương- Cam kết cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam.	Cái	05	
2	Bộ đặt nội khí quản người lớn	<p>Bộ đặt nội khí quản người lớn Mã sản phẩm: 3-150 Năm sản xuất: 2025 trở lại Hãng sản xuất: Frienfa</p>	Bộ	01	

		<p>Xuất xứ: Pakistan</p> <p>1.1. Yêu cầu chung</p> <p>Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100%</p> <p>Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$. (hoặc tương đương)</p> <p>Sai số kích thước: $\geq 5\%$"</p> <p>1.2. Yêu cầu cấu hình</p> <p>Bộ đặt nội khí quản 3 lưới thẳng được sử dụng ánh sáng LED và các bó sợi quan</p> <p>Cấu hình cơ bản gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lưới thẳng 1, 65mm: 01 cái - Lưới thẳng 2, 100mm: 01 cái - Lưới thẳng 3, 150mm: 01 cái <p>+ Cán đèn : 01 cái</p> <p>+ Hộp đựng: 01 cái</p> <p>Chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <p>Được làm bằng thép dùng trong y tế, thép đức (Germany stainless steel). Có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao 273°F (134°C):10-15 phút ; 250°F (121°C): 20- 30 phút.</p> <p>Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$.</p> <p>Bóng đèn LED 2.5V cho ánh sáng trắng, tuổi thọ cao từ 8.000 đến 10.000 giờ.</p> <p>Bóng đèn Được lắp vào Cán nên Lưới đèn Có thể hấp sấy sau mỗi lần sử dụng</p> <p>1.1. Yêu cầu chung</p> <p>Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100%</p> <p>Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$.</p> <p>Sai số kích thước: $\geq 5\%$</p> <p>1.2. Yêu cầu cấu hình:</p> <p>Bộ đặt nội khí quản 3 lưới McIntosh F.O được sử dụng ánh sáng LED và các bó sợi quan</p> <p>Cấu hình cơ bản gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Lưới cong McIntosh 00, 80mm: 01 cái + Lưới cong McIntosh 1, 95 mm: 01 cái + Lưới cong McIntosh 2, 110mm: 01 cái + Lưới cong McIntosh 3, 135mm : 01 cái <p>+ Cán đèn : 01 cái</p> <p>+ Hộp đựng: 01 cái</p> <p>1.3. Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo hành: 12 tháng - Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001 - Cam kết cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam. 			
3	Bộ đặt nội khí quản trẻ em	<p>Bộ đặt nội khí quản trẻ em</p> <p>Mã sản phẩm: 3-160</p> <p>Năm sản xuất: 2025 trở lại</p> <p>Hãng sản xuất: Frienfa</p>	Bộ	01	

		<p>Xuất xứ: Pakistan</p> <p>1.1. Yêu cầu chung</p> <p>Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100%</p> <p>Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$. (hoặc tương đương)</p> <p>Sai số kích thước: $\geq 5\%$"</p> <p>1.2. Yêu cầu cấu hình</p> <p>Bộ đặt nội khí quản 3 lưới thẳng được sử dụng ánh sáng LED và các bó sợi quang</p> <p>Cấu hình cơ bản gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lưới thẳng 1, 65mm: 01 cái - Lưới thẳng 2, 100mm: 01 cái - Lưới thẳng 3, 150mm: 01 cái <p>+ Cán đèn : 01 cái</p> <p>+ Hộp đựng: 01 cái</p> <p>Chi tiêu kỹ thuật:</p> <p>Được làm bằng thép dùng trong y tế, thép đức (Germany stainless steel). Có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao 273°F (134°C):10-15 phút ; 250°F (121°C): 20- 30 phút.</p> <p>Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$.</p> <p>Bóng đèn LED 2.5V cho ánh sáng trắng, tuổi thọ cao từ 8.000 đến 10.000 giờ.</p> <p>Bóng đèn Được lắp vào Cán nên Lưới đèn Có thể hấp sấy sau mỗi lần sử dụng</p> <p>1.3. Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo hành: 12 tháng - Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001 (hoặc tương đương) - Cam kết cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam. 			
4	Giường cấp cứu	<p>GIƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG 2 TAY QUAY SẮT SƠN</p> <p>Model: G4-0027</p> <p>Năm sản xuất: 2025 trở lại</p> <p>Hãng sản xuất: Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 ARMEPHACO</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>1. Cấu hình đồng bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giường chính hai tay quay kèm phụ kiện đồng bộ: 01 bộ - Đầu giường nhựa ABS: 02 cái - Lan can chắn 2 bên thành giường: 02 cái - Đệm mút bọc vải giả da: 01 cái - Cọc truyền: 01 cái - Bánh xe: 01 bộ <p>2. Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>a. Kích thước (mm): D2130xR950xC500 $\pm 5\%$</p> <p>b. Kết cấu chung:</p> <p>+ Mặt giường thiết kế 4 khúc, kết nối nhau bằng khớp bản lề gồm: Tấm đỡ lưng, tấm đỡ hông, tấm đỡ đùi và tấm đỡ chân. Trong đó tấm đỡ hông được hàn liền với khung giường, ba tấm còn lại có thể tháo rời.</p> <p>+ Đầu giường và đuôi giường bằng nhựa ABS, có thể tháo lắp dễ dàng khỏi khung giường thông qua chốt cài.</p>	Cái	03	

		<ul style="list-style-type: none"> + Hai bên thành giường có lan can, kết cấu chắc chắn, có thể gấp xuống dễ dàng bằng cơ cấu cò chốt bấm. + Đệm giường thiết kế 4 khúc tương ứng với mặt giường. + Hai tay quay ở cuối giường sử dụng để nâng hạ tấm đỡ lưng và tấm đỡ đùi, đỡ chân; có thể gấp lại khi không sử dụng. + Chân giường có 4 bánh xe ốp nhựa, đường kính Ø125mm có hệ thống phanh hãm trung tâm bảo đảm giường di chuyển nhẹ nhàng đồng thời khoá cố định giường khi cần. + Thành giường có thể lắp cọc truyền dịch với 2 móc treo và chiều cao có thể thay đổi trong khoảng 750 – 1400 mm. + Các tính năng giường: Nâng đầu: 00 - 800. Nâng đùi: 00 - 400. + Tải trọng sử dụng: ≥ 250kg. <p>c. Vật liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Toàn bộ khung, mặt giường, khung chịu lực lan can được làm bằng sắt sơn tĩnh điện màu trắng sữa. + Đầu giường bằng nhựa ABS đúc. + Tay vịn lan can bằng hợp kim Nhôm, ống dẫn hướng bằng Inox/nhôm đường kính Ø20 dày 1mm, các đầu mút bọc nhựa để loại bỏ cạnh sắc nhọn. Tay khóa bằng thép sơn tĩnh điện, đảm bảo không bị gãy trong quá trình sử dụng. + Đệm mút dày 50mm bọc vải giả da không thấm nước và chịu được các hóa chất tẩy rửa thông thường. + Cọc truyền bằng vật liệu inox SUS201. + 4 bánh xe đường kính Ø125mm, có ốp nhựa, bánh xe bằng cao su đặc, có hệ thống phanh hãm trung tâm. <p>d. Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo hành: 12 tháng - Sản phẩm mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 13485:2016. - Cam kết cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam. 			
5	Máy hút đờm	<p>Máy hút dịch 1 bình Model: NIHOPHAWA-ES1000 Nhãn hiệu: NIHOPHAWA Hãng sản xuất, lắp ráp: HONG PHAT TECH Co., LTD Nước sản xuất: Việt Nam</p> <p>A. Thông tin chung: Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100% Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 (Hoặc tương đương)</p> <p>B. Cấu hình và chỉ tiêu kỹ thuật</p> <p>1. Cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Bình chứa dịch: 01 cái - Ống dẫn Silicol dài từ 180 - 200 cm: 01 ống - Cầu trị dự phòng: 01 cái - Bộ lọc khuẩn: 01 cái 	Cái	02	

		<ul style="list-style-type: none"> - Đầu hút: 01 cái 2. Kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị có một bộ lọc tiêu chuẩn làm từ PTFE - Có giá đỡ ống thông làm từ nhựa để đặt ống thông hoặc ống nối bệnh nhân, đồng thời thiết bị cũng có rãnh móc để cố định ống nối bệnh nhân. - Có đồng hồ hiển thị áp lực hút lắp bên trong. - Bơm hút: loại pít-tông với động cơ cảm ứng; bơm pít-tông là loại bơm không dầu. - Chức năng bảo vệ chống tràn: bằng van an toàn lắp trong bình chứa. - Áp lực hút chân không: 0 – 650 mmHg. - Dải điều chỉnh: 0 – 650 mmhg. - Lưu tốc hút: 60 Lít/min. - Độ ồn khoảng: 60 dB (Với khoảng cách 1m). - Bình chứa dịch: <ul style="list-style-type: none"> + Dung tích: tổng dung tích 3300 ml, dung tích làm việc 2600 ml - Nguồn điện áp cung cấp: 220 V/50Hz ± 10% - Công suất lớn nhất: 150W - Vỏ làm bằng nhựa ABS - Kích thước: Dài x Rộng x Cao (45 x 22 x 39 cm) - Môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ trong phòng: -10 đến 50 oC + Độ ẩm tối đa: 90% (Không ngưng tụ) - Dải nhiệt độ lưu kho: Nhiệt độ trong phòng: -10 đến 50 oC. C. Yêu cầu khác: <ul style="list-style-type: none"> - Bảo hành: 12 tháng. - Cam kết cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam. 			
6	Máy khí dung	<p>Máy khí dung Model: Professional Hãng sản xuất/ xuất xứ: Globalcare Medical Technology Co., Ltd/Trung Quốc</p> <p>A. Thông tin chung Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100%</p> <p>B. Cấu hình và chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <p>1. Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 Chiếc - Dây nguồn: 01 Cái - Bầu xông: 01 Cái - Ống ngậm miệng: 01 Cái - Dây dẫn khí: 01 Cái - Mặt nạ người lớn: 01 Cái - Mặt nạ trẻ em: 01 Cái - Miếng lọc khí: 01 Cái - Ống xông mũi: 01 Cái - Ngôn ngữ Tiếng Việt: 01 Bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 Bộ - Nguồn cấp: 220V, 50/60Hz <p>2. Chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dòng khí: 5,1 L/min. - Lưu lượng khí ra: 0,45ml. - Tốc độ khí: 0,02 ml/min. 	Cái	03	

		<ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ xông: 0,3 ml/min. - Kích thước hạt (MMAD): 3,5 μm. - Phần trăm hạt mịn (FPF): \geq 57%. - Áp lực nén tối đa: 2,2 bar. - Độ ồn: \leq 52 dBA. - Thể tích tối thiểu: 2 ml, Thể tích tối đa: 8 ml. - Chế độ hoạt động: Liên tục. - Khối lượng: 2,2 kg. - Kích thước đóng gói: 21 x 22 x 20,5 cm. - Chu kỳ dịch vụ: 2000 giờ. - Nguồn cấp: 220V, 50/60Hz. - Điều kiện môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa \geq 30 độ C. + Độ ẩm tối đa \geq 75%. C. Yêu cầu khác: <ul style="list-style-type: none"> - Bảo hành: 12 tháng. - Cam kết cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam. 			
7	Nồi luộc dụng cụ y tế	<p>Nồi luộc dụng cụ Model VMNL- 6 Hãng sản xuất: Công ty TNHH Thiết bị Y tế chuẩn Viettromed Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>A. Thông tin chung Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100%</p> <p>B. Cấu hình và chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính : 01 Máy - Phụ kiện tiêu chuẩn: <p>Khay đựng dụng cụ : 01 Cái Dây nối đất : 01 Cái Phiếu bảo hành : 01 Phiếu Hướng dẫn sử dụng : 01 Bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT Dung tích: 6 lít Điện áp sử dụng: 1 pha 220VAC, 50Hz Công suất tiêu thụ: 1 KW Điện trở cách điện: \geq 10 MΩ Chức năng hẹn giờ: 0-60 phút Thiết bị an toàn: Tự động cắt điện khi hết nước Môi trường làm việc: Nhiệt độ - 10 độ C ÷ 45 độ C ; Độ ẩm: \leq 90% Ứng dụng: khử trùng dụng cụ y tế Vật liệu ruột nồi: inox SUS 304 Vật liệu vỏ nồi: inox 201 Kích thước ruột nồi: 340x190x85 Trọng lượng: 10 kg</p> <p>C. Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo hành: 12 tháng. - Cam kết cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam. 	Cái	01	
8	Bồn đun parafin trị	<p>Nồi nấu Parafin - Model : NDPTĐ</p>	Cái	01	

	liệu	<ul style="list-style-type: none"> - Hãng sản xuất: Tiên Đạt - Nước sản xuất: Việt Nam <p>A. Thông tin chung</p> <p>Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100%</p> <p>B. Cấu hình và chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <p>Cấu hình cung cấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thân nồi đun: 01 chiếc - Số lượng khay Inox dài 320 x rộng 220 x sâu 48mm: 10 khay - Paraffin có sẵn trong nồi: 4-5Kg - Hệ thống cài đặt nhiệt độ: 01 chiếc - Hệ thống cài đặt thời gian: 01 chiếc - Cáp nối đất: 01 chiếc - Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ <p>Cấu hình thông số kỹ thuật :</p> <p>Tất cả làm bằng Inox 304 ngoại nhập chuyên dùng trong y tế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất tiêu thụ của nồi: 4Kw - Công suất nồi khi duy trì nhiệt độ : 1 Kw - Nhiệt độ làm việc: 20 đến 95 độ C; - Thời gian nấu: 60 đến 80 phút - Thời gian làm nguội: 20 đến 35 phút - Cài đặt thời gian nấu: 0 đến 99 giờ - Kích thước tổng thể của nồi: Dài 640 x Rộng 480 x Cao 560 mm. - Kích thước khoang nấu Paraffin: Dài 500 x Rộng 300 x Cao 350 mm (50 lít) - Kiểu dáng nồi đun để trên bàn, chế độ mức Paraffin ra khay. - Nguồn điện: 220V, 50-60 Hz - Có hệ thống điện thông minh: Tự động bật tắt nồi đun theo lịch trình cài đặt theo ý muốn hoặc có thể điều khiển nồi đun ở vị trí cách rất xa (Ở nhà cũng điều khiển được nồi đun tại bệnh viện hoặc phòng khám). Do đó sẽ chủ động được Paraffin để phục vụ bệnh nhân. Khác hoàn toàn với các loại trên thị trường là phải đến tận nơi để bật máy rồi chờ để paraffin tan ra mới dùng được. - Thiết bị an toàn: Cảm biến nhiệt độ cắt công suất gia nhiệt khi nhiệt độ trong nồi đạt đến nhiệt độ cài đặt. - Thiết bị an toàn: Cảm biến cắt toàn mạch điện khi nhiệt độ trong nồi đun vượt quá 10% nhiệt độ cài đặt hoặc cạn nước bên trong buồng đốt. <p>C. Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo hành:: 12 tháng - Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 và ISO 9001 (hoặc tương đương) - Cam kết cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam. <p>Bảo hành: 12 tháng.</p>			
9	Kính soi đáy mắt	<p>ĐÈN SOI ĐÁY MẮT</p> <p>Code: F1.416.114</p> <p>Hãng sản xuất: Luxamed</p> <p>Nước sản xuất: Đức</p> <p>A. Thông tin chung</p> <p>Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100%</p> <p>B. Cấu hình và chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <p>Cấu cung cấp:</p>	Cái	01	

		<ul style="list-style-type: none"> • 01 Đèn chính • 01 Cán pin trung • 02 Pin Alkaline AAA <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đèn khám mắt cải tiến dạng bỏ túi • Cán bằng khúc xạ: +20 bis -20D ($\pm 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 8\ 10\ 15\ 20\ D$) • Có 5 vòng khâu độ: tròn lớn, tròn nhỏ, bán nguyệt, sao và bộ lọc xanh lá. • Nguồn sáng: LED • Có thể điều chỉnh độ sáng để nguồn sáng không bị lóa • Tự động tắt sau 3 phút • Tuổi thọ của bóng LEDs: khoảng 50.000 giờ nếu vận hành bằng nguồn điện ổn định • Nhiệt độ màu: khoảng 4.200 K • Đầu đèn được thiết kế tối ưu nhất. • Cán tay cầm cấu tạo bởi 2 phần (nhôm/sợi thủy tinh gia cố) . • Có nút On/OFF • Nguồn cung cấp: 2x AAA pinAlkaline <p>C. Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo hành: 12 tháng. - Cam kết cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam. 			
10	Bộ dụng cụ khám thai	<p>Bộ dụng cụ khám thai Mã sp: 06-27 Hãng sản xuất/ xuất xứ: Frienfa - Pakistan</p> <p>1.1. Yêu cầu chung Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100% Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}C$, độ ẩm $\geq 80\%$. (hoặc tương đương) Phân nhóm theo TT14: Nhóm 6 Sai số $\pm 5\ %$</p> <p>1.2. Yêu cầu cấu hình Thước đo khung chậu Martin 34 cm: 01 Cái Ống nghe tim thai , bằng nhựa hoặc tương đương, hàng Việt Nam Thước dây đo vòng bụng, dài 150 cm, chất liệu nhựa hoặc tương đương, hàng Việt Nam Banh mổ vịt Grave 95x35 mm: 01 Cái Bảng tính tuổi thai (Mua tại Việt nam): 01 Cái Hộp đựng dụng cụ có nắp đậy , kích thước (D x R x C) 320 x160 x70 cm.</p> <p>1.3. Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo hành: 12 tháng. - Cam kết cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam. 	Bộ	02	
11	Bộ cắt khâu tầng sinh môn	<p>Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn Mã sp: 06-08 Hãng sản xuất/Xuất xứ: Frienfa - Pakistan</p> <p>1.1. Yêu cầu chung Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100% Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO</p>	Bộ	04	

		<p>13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$. (hoặc tương đương) Phân nhóm theo TT14: Nhóm 6 Sai số $\pm 5\%$ 1.2. Yêu cầu cấu hình - Kéo phẫu thuật hai đầu nhọn, dài khoảng 16cm: 01 cái - Kéo cắt tầng sinh môn Busch, thẳng, dài khoảng 18cm - Kẹp Korcher hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưa dài khoảng 16 cm: 01 cái - Kim khâu cong - Hộp đựng dụng cụ có nắp đậy, kích thước (D x R x C) 320 x160 x70 cm. 1.3. Yêu cầu khác: - Bảo hành: 12 tháng. - Cam kết cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam.</p>			
12	Bộ dụng cụ khám phụ khoa	<p>Bộ dụng cụ khám phụ khoa Mã sp: 06-09 Hãng sản xuất/ xuất xứ: Frienfa- Pakistan 1.1. Yêu cầu chung Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100% Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$. (hoặc tương đương) Phân nhóm theo TT14: Nhóm 6 Sai số $\pm 5\%$ 1.2. Yêu cầu cấu hình Bánh mỏ vịt Grave hoặc tương đương, lưỡii khoảng 75x20 cm : 01 chiếc Bánh mỏ vịt Grave hoặc tương đương, lưỡii khoảng 95x 35 cm : 01 chiếc Bánh mỏ vịt Grave hoặc tương đương, lưỡii khoảng 115 x 35 cm : 01 chiếc Van âm đạo Kristeller 70*27mm, số 1: 01 Cái Kẹp bông phẫu thuật Foerster không răng, thẳng 25cm: 01 Cái Thước đo cổ tử cung Sims cứng 32cm: 01 Cái Hộp đựng dụng cụ có nắp đậy, kích thước (D x R x C) 320 x160 x70 cm. 1.3. Yêu cầu khác: - Bảo hành: 12 tháng. - Cam kết cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam.</p>	Bộ	03	
13	Bộ kiểm tra tử cung	<p>Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung Mã sp: 06-10 Hãng sản xuất/Xuất xứ: Frienfa - Pakistan 1.1. Yêu cầu chung Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100% Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$. (hoặc tương đương) Phân nhóm theo TT14: Nhóm 6 Sai số $\pm 5\%$ 1.2. Yêu cầu cấu hình Kẹp bông phẫu thuật Maier có răng, thẳng 25cm: 01 Cái</p>	Bộ	02	

		<p>Banh mỏ vệt Grave hoặc tương đương, lưỡi khoảng 75x20 cm : 01 chiếc Banh mỏ vệt Grave hoặc tương đương, lưỡi khoảng 95x 35 cm : 01 chiếc Van âm đạo Kristeller 70*27mm, số 1: 01 Cái Thước đo cổ tử cung Sims 32cm: 01 Cái Hộp đựng dụng cụ có nắp đậy , kích thước (D x R x C) 320 x160 x70 cm. 1.3. Yêu cầu khác: - Bảo hành: 12 tháng. - Cam kết cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam.</p>			
14	Bộ đồ đẻ	<p>Bộ dụng cụ đỡ đẻ Mã sp: 06-06 Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Frienfa - Pakistan 1.1. Yêu cầu chung Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100% Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$. (hoặc tương đương) Phân nhóm theo TT14: Nhóm 6 Sai số $\pm 5\%$ 1.2. Yêu cầu cấu hình: Kéo cắt tầng sinh môn Busch, thẳng hai đầu tù dài khoảng 18cm: 01 cái Kẹp Korcher hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưa, có mẫu dài khoảng 20 cm: 01 cái Kẹp bông sản Bozeman dài khoảng 25 cm: 02 cái Kẹp buzi 25cm: 02 cái- Kéo thẳng nhọn 16cm: 01 cái- Thông tiêu nữ: 01 cái Kẹp sãng 13cm: 02 cái Kim mang kim 16cm : 02 cái Panh thẳng không mẫu 18cm: 02 cái Kéo cắt sinh môn 22 cm: 01 cái Kéo cắt rốn: 01 cái Hộp đựng dụng cụ có nắp đậy , kích thước (D x R x C) 320 x160 x70 cm 1.3. Yêu cầu khác: - Bảo hành: 12 tháng. - Cam kết cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam.</p>	Bộ	02	
15	Bộ đặt dụng cụ tử cung	<p>Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai Mã sp: 06-11 Hãng sản xuất/Xuất xứ: Frienfa - Pakistan 1.1. Yêu cầu chung Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100% Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$. (hoặc tương đương) Phân nhóm theo TT14: Nhóm 6 Sai số $\pm 5\%$ 1.2. Yêu cầu cấu hình Kẹp bông phẫu thuật Maier có răng, thẳng 25cm: 02 Cái Kẹp cổ tử cung Pozzi 25cm: 02 Cái</p>	Bộ	05	

		<p>Van âm đạo Kristeller 70*27mm, số 1: 01 Cái</p> <p>Thước đo cổ tử cung Sims 32cm: 01 Cái</p> <p>Hộp đựng dụng cụ có nắp đậy, kích thước (D x R x C) 320 x160 x70 cm.</p> <p>Kìm kẹp kim Mayo-Hegar hoặc tương đương, dài khoảng 18 cm: 02 cái</p> <p>Banh mổ vệt Grave hoặc tương đương, lưỡi khoảng 75x20 cm : 02 chiếc</p> <p>Banh mổ vệt Grave hoặc tương đương, lưỡi khoảng 95x 35 cm : 02 chiếc</p> <p>Kéo phẫu thuật hai đầu nhọn, dài khoảng 18cm: 01 cái</p> <p>Kéo cắt tầng sinh môn Busch, thẳng, dài khoảng 18cm</p> <p>Kẹp Korcher hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưa dài khoảng 16 cm: 02 cái</p> <p>Kẹp bông sản Bozeman dài khoảng 25 cm: 02 cái</p> <p>Banh mổ vệt Grave hoặc tương đương, lưỡi khoảng 115 x 35 cm : 02 chiếc</p> <p>Kẹp cầm máu Rochester hoặc tương đương, cong, ngàm răng cưa dài khoảng 16 cm: 02 cái</p> <p>1.3. Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo hành: 12 tháng. - Cam kết cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam. 			
16	Monitor theo dõi bệnh nhân	<p>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ (MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN)</p> <p>Model máy chính: OMNI II</p> <p>Chủng loại: OMNI II Patient Monitor</p> <p>Hãng sản xuất máy chính: Infinium Medical, Inc - Mỹ</p> <p>Xuất xứ máy chính: Mỹ</p> <p>1. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau - Thiết bị mới 100% - Tiêu chuẩn chất lượng (áp dụng cho hãng sản xuất của máy chính): ISO 13485, FDA (hoặc tương đương) <p>Điều kiện hoạt động:</p> <p>Nhiệt độ hoạt động : 5~40oC</p> <p>Dải độ ẩm hoạt động : ≤80%</p> <p>2. Yêu cầu cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính màn hình cảm ứng màu 12.1 inch: 01 chiếc - Cáp điện tim ECG: 01 chiếc - Bao đo huyết áp dùng nhiều lần: 01 chiếc - Cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần: 01 chiếc - Cảm biến nhiệt độ qua da: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 chiếc - Xe đẩy máy/ giá treo tường (mua trong nước): 01 cái - Tài liệu HDSD tiếng Anh + Tiếng Việt : 01 bộ <p>3. Chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <p>Ứng dụng</p> <p>Bệnh nhân: người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh</p> <p>Thông số chung:</p> <p>Màn hình: Màn hình cảm ứng màu 12,1 inch</p> <p>Dạng sóng: 3, 6 hoặc 8 sóng</p> <p>Thời gian xu hướng: 1-120 giờ</p> <p>Điện tim</p> <p>Đầu vào: Cáp ECG 5 điện cực</p> <p>Chọn điện cực: I, II, III, aVR, aVF, aVL, V, V1-V6, TEST</p>	Cái	02	

	<p> Chọn độ khuếch đại : x0.5, x1, x2, x4 Đặc tính tần số 0.05 ~ 35 HZ (+3dB) Dạng sóng ECG: 7 kênh Điện áp xuyên thấu: 4000VAC 50/60Hz Tốc độ quét: 12,5, 25, 50 và 100 mm/giây (từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái) Phạm vi hiển thị nhịp tim: 30 ~ 300 nhịp/phút Độ chính xác: ± 1 nhịp/phút hoặc $\pm 1\%$, tùy theo giá trị nào lớn hơn. "Cài đặt phạm vi giới hạn báo động: + Giới hạn trên 100 ~ 200 nhịp/phút + Giới hạn dưới 30 ~ 100 nhịp/phút" Nhịp thở: Phương pháp đo: Trở kháng RA-LL Phạm vi: 0 ~ 120 nhịp/phút Độ chính xác: ± 3 nhịp/phút "Giới hạn cảnh báo: + Giới hạn trên 6 ~ 120 nhịp/phút + Giới hạn dưới 3 ~ 120 nhịp/phút" Tốc độ quét: 6,25, 12,5, 25 mm/giây (từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái) Huyết áp không xâm nhập Công nghệ đo lường: đo dao động tự động Thời gian bơm hơi vòng hít: <30 giây Thời gian đo: Trung bình < 40 giây Chế độ: Thủ công, Tự động Khoảng thời gian đo: Chế độ tự động 2 phút ~ 4 giờ Nhịp tim bình thường: 30 ~ 250 nhịp/ phút "Phạm vi đo: Chế độ người lớn/trẻ em: SYS: 40 ~ 250 (mmHg), DIA :15 ~ 200 (mmHg) Chế độ sơ sinh: SYS: 40 ~ 135 (mmHg), DIA : 15 ~ 100 (mmHg)" "Độ chính xác: + Sai số trung bình tối đa: ± 5mmHg + Độ lệch chuẩn tối đa: 8mmHg" Độ phân giải: 1 mmHg "Bảo vệ quá áp: + Chế độ người lớn: 300 (mmHg) + Chế độ sơ sinh: 160 (mmHg)" Cài đặt giới hạn cảnh báo: SYS: 50 ~ 240 mmHg, DIA: 15 ~ 180 mmHg Nhiệt độ Dải nhiệt độ: 25 ~ 50 (°C) "Độ chính xác: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (25.0 ~ 34.9°C) $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (35.0 ~ 39.9°C) $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (40.0 ~ 44.9°C) $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (45.0 ~ 50.0°C)" Độ phân giải màn hình: 0,1°C Cài đặt giới hạn cảnh báo: giới hạn trên 0 ~ 50°C, giới hạn dưới 0 ~ 50°C Kênh: 2 kênh Nồng độ oxy trong máu (SpO2) SpO2: SpO2 chống chuyển động Dải SpO2% : 0-100% </p>			
--	---	--	--	--

		<p>"Độ chính xác SpO2: $\pm 2\%$ (70 ~ 100%, không chuyển động) $\pm 3\%$ (70 ~ 100%, chuyển động)" Phạm vi nhịp tim: 30-250 nhịp/ phút "Độ chính xác của nhịp tim: ± 2 bpm (không chuyển động) ± 3 bpm (chuyển động)" "Độ chính xác của nhịp tim: ± 2 bpm (không chuyển động) ± 3 bpm (chuyển động)" "Đầu dò SpO2: Đèn LED ánh sáng đỏ có bước sóng: 660nm\pm5nm Đèn LED hồng ngoại có bước sóng: 940nm\pm10nm" Kết nối mạng Mạng không dây tiêu chuẩn công nghiệp 802.11b/g Nguồn cấp 4. Yêu cầu khác: - Đầy đủ phụ kiện đi kèm theo quy định của nhà sản xuất - Lắp đặt hoàn thiện, hướng dẫn sử dụng cho đến khi thành thạo - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết. - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong vòng 8 năm. - Bảo hành: 12 tháng. - Cam kết cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam.</p>			
17	Máy giặt công nghiệp	<p>MÁY GIẶT LÔNG TREO 50KG/MỀ Model: XGQ-50F Thương hiệu: FLYING FISH Xuất xứ: Trung Quốc 1.1. Yêu cầu chung Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100% Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$. (hoặc tương đương) Phân nhóm theo TT14: Nhóm 6 Sai số $\pm 5\%$ 1.2. Yêu cầu cấu hình Kệ bông phẫu thuật Maier có răng, thẳng 25cm: 02 Cái Kệ cổ tử cung Pozzi 25cm: 02 Cái Van âm đạo Kristeller 70*27mm, số 1: 01 Cái Thước đo cổ tử cung Sims 32cm: 01 Cái Hộp đựng dụng cụ có nắp đậy, kích thước (D x R x C) 320 x 160 x 70 cm. Kìm kẹp kim Mayo-Hegar hoặc tương đương, dài khoảng 18 cm: 02 cái Banh mổ vệt Grave hoặc tương đương, lưới khoảng 75x20 cm : 02 chiếc Banh mổ vệt Grave hoặc tương đương, lưới khoảng 95x 35 cm : 02 chiếc Kéo phẫu thuật hai đầu nhọn, dài khoảng 18cm: 01 cái Kéo cắt tăng sinh môn Busch, thẳng, dài khoảng 18cm Kẹp Korcher hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cửa dài khoảng 16 cm: 02 cái Kẹp bông sản Bozeman dài khoảng 25 cm: 02 cái Banh mổ vệt Grave hoặc tương đương, lưới khoảng 115 x 35 cm : 02 chiếc Kẹp cầm máu Rochester hoặc tương đương, cong, ngàm răng cửa dài khoảng 16 cm: 02 cái</p>	Cái	01	

		<p>1.3. Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bảo hành: 12 tháng.- Cam kết cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam.			
--	--	---	--	--	--

PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Pa Há

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Pa Há tỉnh Lai Châu, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:

1. Báo giá cho các mặt hàng và dịch vụ liên quan

STT	Tên hàng hóa theo thư chào giá	Tên Thương mại	Ký mã hiệu hàng hóa	Thông số kỹ thuật cơ bản	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu.	Quy cách đóng gói	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Phân loại trang thiết bị y tế	Số công bố hoặc số lưu hành hoặc số GPNK	Đơn vị tính	Đơn giá (đã bao gồm thuế, lệ phí, chi phí dịch vụ liên quan)	Thành tiền
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													

(Gửi kèm các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan)

Ghi chú: (13) là giá trọn gói đã bao gồm các loại thuế, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng và cài đặt hóa chất theo máy tại Trung tâm Y tế Lai Châu

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...

2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))