

Số: 87./TM-TTYTĐK

V/v Thư mời chào giá mua sắm vật tư tiêu hao
phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2025-
2026 của Trung tâm y tế quận Dương Kinh

Dương Kinh, ngày 09 tháng 06 năm 2025

**Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh cung cấp Vật tư y tế,
Hóa chất, Sinh phẩm, trang thiết bị y tế tại Việt Nam**

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm y tế Quận Dương Kinh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu
mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2025 - 2026 của
Trung tâm y tế quận Dương Kinh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Quận Dương Kinh;
- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Văn thư - Trung tâm y tế Quận
Dương Kinh, điện thoại: 02253.981.366; Gmail: ttytdkhaiphong@gmail.com;
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Báo giá bằng văn bản, có chữ ký họ tên, chức danh của người đại diện và
đóng dấu công ty;
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư - Khu hành chính quận Dương
Kinh, Tổ dân phố Ninh Hải 1, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành
phố Hải Phòng;
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 09 tháng 06 năm 2025 đến trước
17h ngày 18 tháng 06 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng
06 năm 2025



II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa tại phụ lục đính kèm thư mời này;
2. Địa điểm giao hàng: Tại kho của khoa Dược Trung tâm y tế Quận Dương Kinh;
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III năm 2025
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán từng đợt theo số lượng thực tế giao nhận và đơn giá hàng hóa quy định tại hợp đồng;
5. Trung tâm y tế Quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng kính mời các Công ty/Nhà cung cấp/Đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi 01 báo giá bản cứng để tài liệu chứng minh các nội dung theo mẫu báo giá quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023, điện thoại/Email đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Trung tâm cần liên lạc.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý các công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Doan

TRUNG
TÂM
Y
TẾ
QUẬN
DƯƠNG KINH

PL DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2025 - 2026 CỦA TTYT QUẬN DƯƠNG KINH
(Kèm thư mời số :37/TM-TTYTĐK ngày 09 tháng 06 năm 2025 của TTYT Quận Dương Kinh)

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bơm tiêm 10ml	Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml - Pít tông có khía bẻ gãy dễ hủy, không có ba vĩa. - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương	Cái	12,000
2	Ống nghiệm Heparin	* Ống nghiệm nhựa PP, kích thước đường kính 13 x 75 (mm) hoặc 12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đen. * Bên trong chứa chất kháng đông Lithium Heparin, chỉ có 1 vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. * Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn (có phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị kiểm chứng). * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, 2 CFS Châu Âu hoặc tương đương.	Ống	16,000
3	Ống EDTA	* Ống nghiệm nhựa PP, kích thước đường kính 13 x 75 (mm) hoặc 12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml , nắp nhựa màu xanh dương. * Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate (EDTA K2), chỉ có 1 vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. * Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn (có phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị kiểm chứng). * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, 2 CFS Châu Âu hoặc tương đương.	Ống	16,000

4	Ống nghiệm nhựa trắng	*Kích thước đường kính 13 x 75 (mm) hoặc 12 x 75 (mm), nhựa PS trắng trong, nắp nhựa ấn trong màu trắng, có nhãn. * Độ pH trung tính, có độ trơn láng cao. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Cái	13,000
5	Efendovi 1,5ml	* Ống nghiệm nhựa PP, độ pH trung tính. * Thể tích 1.5 ml, thân ống có chia vạch chỉ thể tích. * Thành trơn láng chống sự bám dính của mẫu bệnh phẩm. * Dùng lưu mẫu và vận chuyển mẫu. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Cái	2,500
6	Phim X quang 20x25	Phim khô laser cỡ 20x25 cm tương thích máy in phim khô laser Fujifilm, hộp 150 tờ, sử dụng công nghệ Eco Dry thân thiện môi trường, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Mật độ tối đa 3.3 Xuất xứ G7 hoặc tương đương	Tờ	15,000
7	Băng cuộn	Kích thước: 7cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố.	Cuộn	600
8	Băng thun 3 móc	Nguyên liệu: sợi Polyester và sợi cao su Kích thước 0.1m x 4.5m.	Cuộn	100
9	Dây thở oxy	- Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Dây dẫn có chiều dài ≥ 2.3 m, lòng ống có khía chống gập. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 hoặc tương đương	Bộ	130
10	Gel siêu âm	Gel bôi trơn gốc nước Gel trong suốt, không màu hoặc màu xanh, không mùi. Chỉ tiêu PH: $6,5 \pm 0,75$ Độ nhớt: 260.000-360.000 mPa.s	Can	100

11	Giấy in siêu âm	Kích thước: 100mm x 20m Sử dụng cho máy in siêu âm đen trắng.	Cuộn	200
12	Giấy in nhiệt	Kích thước: 57mm x 30m, dùng cho máy in nhiệt nước tiểu. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	Cuộn	60
13	Kim châm cứu	Thân kim được làm bằng thép không gỉ. Được tiệt trùng bằng khí EO. Kích thước: 0.35*75mm; 0.35*60mm; 0.35*50mm; 0.30*40mm; 0.30x25mm Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương.	Cái	100,000
14	Kim lấy thuốc	Kim các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 23Gx1", Vi định kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương	Cái	20,000
15	Giấy ghi điện tâm đồ 3 cân	Kích thước: 63mmx30mmx17mm Đạt ISO 13485 hoặc tương đương.	Cuộn	300
16	Lưỡi dao mổ	Chất liệu thép các bon, tiệt trùng bằng tia gamma, các số 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22.	Cái	300
17	Trâm gai	Chất liệu thép không gỉ, quy cách ≥ 6 cái/hộp.	Hộp	200
18	Mũi khoan kim cương các số	Chất liệu thép không gỉ, đầu phủ kim cương, quy cách ≥ 5 cái/hộp.	Hộp	80
19	Nong ống tủy các số	Chất liệu thép không gỉ quy cách ≥ 6 cái/hộp.	Hộp	200
20	Dũa ống tủy	Chất liệu thép không gỉ, quy cách ≥ 6 cái/hộp.	Hộp	400
21	Kim nha khoa	Cỡ kim: 27G- Chiều dài kim: 21mm. Đầu kim sắc, Chỉ báo mặt vát kim, đóng gói riêng biệt. Tiệt trùng bằng etylen dioxit. - Vật liệu: Kim: không gỉ, ống: nhựa PP. Nước sản xuất tại G7 hoặc tương đương	Cái	2,000

22	Nhộng	Tetric N-Ceram: bao gồm dimethacrylate (19-20% trọng lượng). Chất độn tinh bari, ytterbium trifluoride, oxit hỗn hợp và copolymer (80-81% trọng lượng). Các chất phụ gia, chất kích thích, chất ổn định và bột màu là các thành phần bổ sung (< 1% trọng lượng). Tổng hàm lượng chất độn vô cơ là 55-57% thể tích. Kích thước hạt của chất độn vô cơ nằm trong khoảng từ 40 nm đến 3000 nm	Con	650
23	Vật liệu dán hàn răng	Keo dán dùng trong phục hình, hạt độn nano tạo thành lớp đồng nhất. Dung môi là Ethenol. Lọ ≥ 6g	Lọ	7
24	Bơm tiêm nhựa tự khóa 0,1ml liền kim 27Gx3/8"	Bơm tiêm làm bằng nhựa sử dụng một lần Dung tích bơm tiêm là 0,1ml Cỡ kim là 27Gx3/8" Bơm tiêm phải có tính năng tự khóa Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Cái	600
Tổng cộng: 24 loại				