

Số: 94 /TM-TTYTĐK

V/v Thư mời chào giá mua sắm trang thiết
bị phục vụ hoạt động khám chữa bệnh tại
TTYT Dương Kinh

Dương Kinh, ngày 22 tháng 9 năm 2025

**Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh cung cấp Vật tư y tế,
Hóa chất, Sinh phẩm, trang thiết bị y tế tại Việt Nam**

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm y tế Dương Kinh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo,
xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua
sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động khám chữa bệnh tại TTYT Dương Kinh
với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Dương Kinh;
- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Văn thư - Trung tâm y tế
Dương Kinh, điện thoại: 02253.981.366; Gmail: ttytdkhaiphong@gmail.com;
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Báo giá bằng văn bản, có chữ ký họ tên, chức danh của người đại diện và
đóng dấu công ty;
 - Nhận qua email ttytdkhaiphong@gmail.com hoặc Nhận trực tiếp qua Phòng
văn thư Trung tâm y tế Dương Kinh (Địa chỉ: Tổ dân phố Ninh Hải 1, Phường
Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng);
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 22 tháng 09 năm 2025 đến trước
17h ngày 01 tháng 10 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng
09 năm 2025



II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục trang thiết bị:

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng
1	Ghế răng	Chiếc	01

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, vận chuyển, bảo quản máy móc, thiết bị

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại Trung tâm y tế Dương Kinh

- Vận chuyển, bảo quản máy móc, thiết bị: Nhà thầu cung cấp máy móc, thiết bị bảo đảm thực hiện;

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III, quý IV năm 2025;

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán từng đợt theo số lượng thực tế giao nhận và đơn giá hàng hóa quy định tại hợp đồng;

5. Các thông tin khác: cung cấp các thông tin theo Phụ lục 01,02 gửi kèm;

6. Trung tâm y tế Dương Kinh thành phố Hải Phòng kính mời các Công ty/Nhà cung cấp/Đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi 01 báo giá bản cứng để làm tài liệu chứng minh, điện thoại/Email đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Trung tâm cần liên lạc.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý các công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT, KD.



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Đoàn



GIAM SÓC
Đoàn Văn Sơn



PHỤ LỤC 01

YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ

(Gửi kèm theo Thư mời số: / TM-TTYTĐK ngày 22 tháng 09 năm 2025)

1. Yêu cầu chung

Năm sản xuất 2024 trở về sau, mới 100%, tiêu chuẩn của thiết bị, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO 13485, ISO 9001...), môi trường hoạt động của thiết bị (nhiệt độ, độ ẩm), nguồn điện sử dụng.

2. Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật

- Ghi rõ hệ thống/ máy... (tên máy móc, trang thiết bị y tế) kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn và nêu rõ, đầy đủ các thành phần chính cấu thành của máy móc, thiết bị y tế, số lượng, đơn vị tính.
- Nêu các yêu cầu về mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ của trang thiết bị y tế;
- Nêu các yêu cầu kỹ thuật thể hiện chức năng của thiết bị, ngoài ra nêu các yêu cầu chi tiết của thiết bị (nếu có) :
 - + Yêu cầu về cấu tạo: Cảm biến, vật liệu chế tạo, thiết kế...
 - + Yêu cầu về điều khiển: Nguyên lý điều khiển (kỹ thuật số, cơ học...), phương pháp, cách thức (bằng máy tính, nút bấm trên máy, bàn điều khiển...), các chức năng điều khiển(bằng phần mềm...)
 - + Yêu cầu về hiển thị: Hiện thị bằng chỉ báo cơ học, bằng LED, màn hình: nêu loại màn hình, kích thước, độ sáng (nếu có), độ phân giải (nếu có)...
 - + Yêu cầu về các chức năng an toàn, cảnh báo an toàn.
 - + Yêu cầu về kiểm định, hiệu chuẩn.
 - + Yêu cầu về phần mềm ứng dụng, phần mềm điều khiển.
 - + Yêu cầu về khả năng kết nối giữa các thành phần của thiết bị, kết nối với các thiết bị khác
 - + Yêu cầu về khả năng kết nối giữa các thành phần của thiết bị, kết nối với thiết bị khác.
 - + Yêu cầu về khả năng nâng cấp, cập nhật phần mềm, công nghệ của thiết bị
- Hướng dẫn sử dụng tiếng anh + tiếng việt.

3. Yêu cầu khác

- Nêu các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, thời gian cung cấp, lắp đặt, kiểm định, hướng dẫn sử dụng, đào tạo, cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao, các điều kiện thương mại.
- Cung cấp các hồ sơ tài liệu có liên quan: Catalog, Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ), giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISP 13485 hoặc tương đương, Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)...





PHỤ LỤC 02
MẪU BÁO GIÁ

(Gởi kèm theo Thư mời số: / TM-TTYYTDK ngày 22 tháng 09 năm 2025 của TTYT Dương Kinh)

Tên đơn vị cung cấp

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm y tế Dương Kinh

Trên cơ sở thư mời báo giá của Trung tâm y tế Dương Kinh, chúng tôi: (ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cung cấp máy móc, trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp máy móc, trang thiết bị.

STT	Tên thiết bị	Nhãn hiệu/Model/xuất xứ	Cấu hình và tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (Triệu đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
	Tổng cộng						

2. Đơn vị cung cấp cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
- 3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày 22/09/2025.

....., ngày tháng năm 2025
Đại diện hợp pháp của đơn vị cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 03

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

(Gửi kèm theo Thư mời số: /TM-TTYYTDK ngày 22 tháng 09 năm 2025 của TTYT Dương Kinh)



STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu chung về cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật cơ bản
1	Ghế răng.	Máy	01	<p>* Thông tin chung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hàng mới 100%, sản xuất 2024 trở về sau- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương- Nguồn cung cấp: AC220V/50HZ <p>* Cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật:</p> <p>+ Cấu hình chuẩn</p> <ul style="list-style-type: none">- Ghế máy nha khoa: + điện 24V DC cảm (bảo vệ an toàn): 1 bộ- Hệ thống tự động xả đờm và súc miệng cấp nước định lượng: 1 bộ- Hệ thống điều khiển 9 bit bộ nhớ (bảng mạch tích hợp): 1 bộ- Khay đựng dụng cụ treo dưới (thiết bị phanh khí/ khóa liên động): 1 bộ- Thiết bị chuyển mạch chính nước/khí/điện: 1 bộ- Thiết bị bị móc treo điện thoại: 1 bộ- Thiết bị kết hợp khung phụ trợ: 1 bộ- Ống nhỏ thủy tinh (có thể tháo rời): 1 bộ- Tựa đầu gập đôi, khớp đôi: 1 bộ- Đệm ghế liên (da bảo vệ môi trường) : 1 bộ- Điều khiển bàn đạp tròn: 1 bộ- Thiết bị điều khiển chân (Điều khiển ghế điện lên xuống/nắm ngửa): 1 bộ- Dụng cụ hút nước bọt mạnh/yếu: 1 bộ- Bình chứa nước ngoài: 1 bộ- LED xem phim: 1 bộ- Đèn nha khoa LED-9(cảm ứng) (Có thể điều chỉnh nhiệt độ màu/ độ sáng): 1 bộ- Súng phun đa năng (lạnh/nóng): 2 cái- Hộp sản ngoài: 1 bộ- Ghế xoay bác sĩ 603: 1 cái <p>+ Các thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none">- Điện áp nguồn: AC220V/50HZ- Áp lực nguồn nước: ~ 0,2MPa-0,4MPa- Áp suất nguồn khí: ~ 0,5MPa-0,8MPa- Độ dịch chuyển nguồn khí: > 50L/phút.

