

Số: /BVYDCT-VTTBYT-CNTT
V/v Yêu cầu báo giá

Sơn La, ngày tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Quyết định số: 16/QĐ-BVYDCT ngày 09/01/2026 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt mua sắm máy điện phân trị liệu.

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy điện phân trị liệu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La; địa chỉ: Tổ 6 Chiềng Lề, Phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nguyễn Hùng

- Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế - Công nghệ thông tin;

- SĐT: 0946155466

- Email: hungyhct@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp; Email.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La; địa chỉ: Tổ 6, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 01 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 20 tháng 01 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2026;

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Máy điện phân trị liệu (có phụ lục kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La; địa chỉ: Tổ 6 Chiềng Lề, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày, sau khi hợp đồng được ký.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán một lần (có phiếu xuất kho, biên bản kiểm nhập, biên bản giao nhận, hóa đơn).

5. Mẫu báo giá: Đề nghị các đơn vị gửi báo giá theo mẫu báo giá Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Mọi thông tin cần giải đáp xin liên hệ: Nguyễn Hùng, Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế - Công nghệ thông tin; SĐT: 0946155466

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Hồng Thái

Danh mục yêu cầu báo giá

(Kèm theo Công văn số /BVYDCT-VTTBYT-CNTT ngày /01/2026 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền Sơn La)

STT	Danh mục thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Máy điện phân trị liệu	Thông số kỹ thuật: – Điều kiện hoạt động: ▪ Nhiệt độ xung quanh từ +10°C đến +30 °C ▪ Độ ẩm từ 30% đến 75% ▪ Áp suất không khí từ 700 hPa đến 1060 hPa – Điện áp nguồn: sử dụng adaptor ▪ Công suất ngõ vào: 60W – Phân loại sản phẩm: Loại bộ phận được áp dụng: BF – Phân cấp theo MDD 93/42/EEC: IIb - Số kênh điện trị liệu: 02 kênh - Loại vận hành: Liên tục - Điện áp ngõ vào: 24 V/ 2.5A - Nguồn điện cung cấp: 100 – 240VAC - Tần số: 50/60Hz Tính năng chính – Có thể cài đặt password bảo mật cho máy. – Có ngôn ngữ tiếng Việt giúp quá trình sử dụng được dễ dàng. – Có nhóm dòng điều trị tối thiểu bao gồm :Dòng giao thoa 2 cực , Dòng giao thoa 4 cực, Dòng kích thích kiểu Nga,	Cái	6	

		TENS, Trabert, NPHV, Neofaradic, Galvanic, Diadynamic, Xung hình chữ nhật, Xung hình tam giác. – Có thể xem lại các chương trình đã sử dụng gần nhất. <u>Thông số mạch phát điện:</u> – Số kênh điện trị liệu: 02 kênh độc lập. – Cường độ dòng ngõ ra chế độ CC: Max 140 mA (giá trị cực đại tức thời) – Áp ngõ ra chế độ CC: Max 200 V (giá trị cực đại tức thời) – Trở kháng: 500 -750 Ω – Thời gian điều trị: 0 – 100 phút.			
--	--	--	--	--	--