

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Hiện tại Bệnh viện Phổi Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: **“Mua sắm và thay thế bộ tạo ẩm và điều chỉnh lưu lượng oxy”** tại Bệnh viện Phổi Tây Ninh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. **Đơn vị yêu cầu báo giá:** Bệnh viện Phổi Tây Ninh.

2. **Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

- Họ và tên: DS. Phan Lâm Tuấn Dũng

- Số Điện thoại : 0909880789

3. **Cách thức tiếp nhận báo giá:**

- Nhận trực tiếp bằng giấy tại Bệnh viện Phổi Tây Ninh địa chỉ:

+ Đường 781, ấp Bình Long, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

+ Gửi file qua địa chỉ email: bvphoitayninh@gmail.com.

4. **Thời hạn tiếp nhận báo giá:**

- Từ ngày đăng tải thông báo đến 15 giờ 00 phút ngày 10 tháng 8 năm 2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. **Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ghi nhận trên báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá:(Đính kèm phụ lục danh mục hàng hóa)

2. Bảng báo giá: Theo phụ lục đính kèm



3. Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (bằng tiếng Việt) (nếu có)

4. Các thông tin khác (nếu có)

Bệnh viện Phổi Tây Ninh kính mời Quý Công ty/ Đơn vị/ Nhà cung ứng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website BVPTN;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC



Đặng Thanh Phong





Phụ lục 1

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

(Kèm theo thông báo số 864/TB-BVPTN ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện Phổi Tây Ninh)

STT	Tên thiết bị, thông số kỹ thuật, cấu hình, mô tả	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Bộ tạo ẩm và điều chỉnh lưu lượng oxy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc IOS 9001, CE. - Tiêu chuẩn lắp đặt: HTM 2022, ISO 7396-1. - Xuất xứ: các nước G7 hoặc Châu Âu. - Chuẩn đầu cắm: cùng chuẩn với ngõ ra hiện hữu tại Bệnh viện. - Thông số kỹ thuật: + Lưu lượng kế oxy Loại 0-15 l/phút. + Bình tạo ẩm $\geq$ 200 ml bình được làm từ Polycacbonat khó vỡ, hấp tiệt trùng.	Bộ	15		
TỔNG CỘNG:			15		

Tên đơn vị báo giá:

Địa chỉ:

SĐT/Fax:

Email:



BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: **BỆNH VIỆN PHỔI TÂY NINH**

Căn cứ vào nội dung của Thông báo số /TB-BVPTN, ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Phổi Tây Ninh, chúng tôi (ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên doanh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá dịch vụ hàng hóa, với nội dung cụ thể như sau:

1. Báo giá cho các dịch vụ hàng hóa

STT	Tên dịch vụ	Tên thiết bị y tế	Kiểu máy/ Model	Nước sản xuất	Số sê-ri	Yêu cầu thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền
1										
1										
3...										
Tổng cộng:										

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ngày, kể từ ngày tháng năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.



....., ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP (2)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật uỷ quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp uỷ quyền, phải gửi kèm theo giấy uỷ quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp

của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

