

THÔNG BÁO

V/v Tiếp nhận báo giá cho gói thầu “Mua sắm hóa chất, vật tư sử dụng cho máy khí máu động mạch trong thời gian chờ thầu năm 2025”

Kính gửi: Các Công ty/Nhà cung cấp hoá chất, vật tư sử dụng cho máy theo dõi khí máu động mạch OPTI CCA TS-2 (Hãng: OPTI Medical);

Hiện tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **“Mua sắm hoá chất, vật tư sử dụng cho máy khí máu động mạch trong thời gian chờ thầu năm 2025”** với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Họ và tên: DS. Phan Lâm Tuấn Dũng;

- Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược – VTYT – CLS;

- SĐT liên hệ: 0909880789.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận bản giấy (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) tại địa chỉ: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh – Đường 781, ấp Bình Long, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và file mềm qua địa chỉ e-mail: bvlaobenhphoitrn@gmail.com.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá

Từ 10 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 08 năm 2025 đến 10 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 08 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ghi nhận trên báo giá.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

Quý Công ty, Nhà cung cấp vui lòng báo giá, trong đó giá đã bao gồm tất cả chi phí liên quan như thuế GTGT, chi phí vận chuyển, ... theo danh mục yêu cầu báo giá, cụ thể như sau:

1. Danh mục yêu cầu báo giá (Đính kèm *Phụ lục 1: Danh mục yêu cầu báo giá*);
2. Bảng báo giá (Theo *Phụ lục 2* đính kèm);
3. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm;
4. Tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hoá;
5. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh rất mong nhận được sự quan tâm và báo giá từ các Quý Công ty/Nhà cung cấp trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Website BVLBP;
- Lưu: TC-HC, Dược-VTYT-CLS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lưu Nam



DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 44/TB-BVLBP ngày 07 tháng 08 năm 2025 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh)

STT	Danh mục hàng hóa	Tính năng kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dây bơm	- Mục đích sử dụng: Dùng để định lượng và vận chuyển chất lỏng và khí. - Tất cả chất lỏng thì được chứa trong cassette, không đi vào thiết bị; - Sử dụng được cho máy OPTI CCA-TS2 (hãng SX: OPTIMedical); - Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương.	Cái	1
2	Bình khí chuẩn dùng cho máy xét nghiệm khí máu (Calibration Gas)	- Mục đích sử dụng: Dùng để xác định lượng CO₂, O₂ trong máu; - Sử dụng được cho máy OPTI CCA-TS2 (hãng SX: OPTIMedical); - Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương.	Hộp	2
3	Cassette Calibration	- Mục đích sử dụng: Được dùng để kiểm tra chất lượng và hiệu chuẩn máy xét nghiệm khí máu; - Sử dụng được cho máy OPTI CCA-TS2 (hãng SX: OPTIMedical); - Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương.	Cái	1
4	Cassette chuẩn máy (SRC)	- Mục đích sử dụng: Được dùng để kiểm tra chất lượng và hiệu chuẩn máy xét nghiệm khí máu; - Sử dụng được cho máy OPTI CCA-TS2 (hãng SX: OPTIMedical); - Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương.	Cái	1
5	Control (OPTI Check 3 levels)	- Mục đích sử dụng: Được sử dụng như là chất chuẩn để theo dõi đo lường pH, PCO₂, PO₂, sodium, potassium, ionized calcium, chloride, lactate, hemoglobin tổng và oxygen bão hòa; - Sử dụng được cho máy OPTI CCA-TS2 (hãng SX: OPTIMedical); - Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương.	Hộp	1

STT	Danh mục hàng hóa	Tính năng kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
6	Cassette E-Ca	- Mục đích sử dụng: Dùng để xác định lượng pH, pCO₂, pO₂, tHb, sO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺ trong máu, serum, plasma và mẫu chất lỏng; - Sử dụng được cho máy OPTI CCA-TS2 (hãng SX: OPTIMedical); - Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương.	Cái	150
TỔNG CỘNG: 06 KHOẢN				

— *Quang*



BẢNG BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh

Căn cứ vào nội dung của Thông báo số 47/TB-BVLBP ngày 07 tháng 08 năm 2025 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá hoá chất, vật tư sử dụng cho máy khí máu động mạch OPTI CCA TS-2 (Hãng: OPTI Medical), với nội dung cụ thể như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại	Ký, mã hiệu, nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Nước SX	Tính năng kỹ thuật của hàng hóa báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Dây bơm						Cái	1		
2	Bình khí chuẩn dùng cho máy xét nghiệm khí máu (Calibration Gas)						Hộp	2		
3	Cassette Calibration						Cái	1		
4	Cassette chuẩn máy (SRC)						Cái	1		
5	Control (OPTI Check 3 levels)						Hộp	1		
6	Cassette E-Ca						Cái	150		
TỔNG CỘNG (VNĐ):										

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ngày, kể từ ngày tháng năm 2025.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

TỈNH TÂY NINH

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2025
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP⁽²⁾
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

