

Số: 274/TB-BVPTN

Tây Ninh, ngày 16 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện tại Bệnh viện Phổi Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: “Oxy Y tế của Bệnh viện Phổi Tây Ninh” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Tây Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: DS. Phan Lâm Tuấn Dũng

- Số Điện thoại : 0909880789

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp bằng giấy tại địa chỉ: Bệnh viện Phổi Tây Ninh. Đường 781, Ấp Bình Long, Xã Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh và file mềm qua địa chỉ email: bvphoitayninh@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 03 năm 2026 đến 09 giờ 00 phút ngày 27 tháng 03 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ghi nhận trên báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: (Đính kèm phụ lục danh mục hàng hóa)

2. Bảng báo giá: Theo phụ lục đính kèm

3. Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (bằng tiếng Việt) (nếu có)

4. Các thông tin khác (nếu có)


Bệnh viện Phổi Tây Ninh kính mời Quý Công ty/ Đơn vị/ Nhà cung ứng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P. TC-HC, K. Dược-VTYT-CLS.

GIÁM ĐỐC



Đặng Thanh Phong



PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo thông báo yêu cầu báo giá số 274/TB-BVPTN ngày 16 tháng 03 năm 2026)

Stt	Tên hàng hóa	Mô tả, tính năng, đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Oxy lớn	Chất lượng sản phẩm: Hàm lượng $\geq 99,5\%$ - Quy cách: đóng gói trong chai thép không hàn, áp suất $\geq 150\text{kg/cm}^2$, dung tích chai 40 lít, chứa được 6m^3 oxy lít - Chai được kiểm định theo danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (Danh mục kèm theo thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội)	Chai/Bình	80	
2	Oxy nhỏ	Chất lượng sản phẩm: Hàm lượng $\geq 99,5\%$ - Quy cách: đóng gói trong chai thép không hàn, áp suất $\geq 150\text{kg/cm}^2$, dung tích chai 14 lít, chứa được 2m^3 oxy lít - Chai được kiểm định theo danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (Danh mục kèm theo thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội)	Chai/Bình	80	
3	Oxy y tế dạng lỏng	- Chất lượng sản phẩm: Hàm lượng $\geq 99,5\%$ - Không màu, không mùi, không vị, không độc. - Chứa trong các thiết bị chứa đã được kiểm định.	Kg	160.000	
Tổng cộng: 03 khoản					



BÁO GIÁ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phổi Tây Ninh chúng tôi [ghi tên của hãng sản xuất, nhà cung cấp] báo giá cho các hàng hóa như sau:

STT	Danh mục	Tên thương mại	Ký mã hiệu, nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Nước SX	Tính năng kỹ thuật của hàng hóa báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1										
2										
...										

1. Bảng báo giá này có hiệu lực trong vòng ngày, [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm
2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh.

....., ngày ... tháng ... năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))