

Số: /TTYT-KD

Vĩnh Yên, ngày tháng 8 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hoá chất xét nghiệm điện giải đồ tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá gói mua sắm hoá chất xét nghiệm điện giải đồ cho máy Auto ISE500 để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu mua sắm hoá chất xét nghiệm điện giải đồ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Yên
- Địa chỉ: Số 2 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Yên, Tỉnh Phú Thọ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông : Nguyễn Thành Hưng
- Chức vụ: Trưởng khoa Dược-VTTBYT
- Số điện thoại: 0983009890
- Email: nguyenthanhhung1971@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-VTTBYT, địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Yên, Số 2 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Yên, Tỉnh Phú Thọ
- Nhận qua email: nguyenthanhhung1971@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15/8/2026 đến trước 17h ngày 19/8/2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19/8/2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Yêu cầu báo giá gồm: Danh mục và quy cách, đặc tính năng kỹ thuật hàng hoá các đơn vị báo giá.

(Theo danh mục đính kèm)

III. Các điều khoản kèm theo

- Hàng hóa cung cấp phải mới 100%, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tiêu chuẩn về chất lượng, có đủ giấy tờ phù hợp kèm theo.
- Hạn dùng: Tối thiểu 06 tháng từ ngày bàn giao.

IV. Địa điểm thực hiện

Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Yên, địa chỉ: Số 2 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ.

Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Yên rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng (báo giá) tốt nhất của các quý Công ty/đơn vị, Trung tâm sẽ đánh giá báo giá để xây dựng giá gói thầu và làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BGĐ TTYT (đ/b);
- Lưu: VT, TCKT, KD.

GIÁM ĐỐC

Trương Bá Dương

DANH MỤC HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI ĐỒ

(Kèm theo văn mời báo giá số /TTYT-KD ngày /8/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Yên)

STT	Danh mục thiết bị y tế	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Quy cách	Thông số kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng
1	Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH)	2025 trở đi	Hộp	Cal A: 650ml Cal B: 200ml	Thuốc thử ISE Fluid pack (Na, K, Cl, Ca, pH) - Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl₂, đệm pH, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. - Giá trị hiệu chuẩn: Calibration A: K⁺ 4 mmol/L, Na⁺ 140 mmol/L, Cl⁻ 100 mmol/L, Ca²⁺ 1.25 mmol/L, pH 7.4 Calibration B: K⁺ 8 mmol/L, Na⁺ 110 mmol/L, Cl⁻ 70 mmol/L, Ca²⁺ 2.5 mmol/L, pH 7 - Nồng độ: Ammonium molybdate 0.4 mmol/l Sulphuric acid 100 mmol/l Hydrochloric acid 100 mmol/l - Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh người - Tương quan tuyến tính hệ số r: K⁺ ≥0.99, Na⁺ ≥0.99, Cl⁻ ≥0.99, Ca²⁺ ≥0.99 - Độ lệch tuyến tính D: K⁺ ≤3%, Na⁺ ≤1%, Cl⁻ ≤2%, Ca²⁺ ≤5% - Độ nhạy của phép phân tích K⁺ ≤0.2mmol/L, Na⁺ ≤6.7mmol/L, Cl⁻ ≤6.2mmol/L, Ca²⁺ ≤0.1mmol/L - Độ thiên lệch chính xác: K⁺ ≤2%, Na⁺ ≤1.5%, Cl⁻ ≤2%, Ca²⁺ ≤5%, pH ≤ 1% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	4
2	Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng (K, Na, Cl, Ca, pH)	2025 trở đi	Hộp	10x1ml	Vật liệu kiểm soát QC Solution- Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl₂, LiCl, pH buffer, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản.- Đặc tính hiệu suất: + Trong khoảng CV: K⁺ ≤1.5%, Na⁺ ≤1.5%, Cl⁻ ≤1.5%, Ca⁺⁺ ≤1.5%, pH ≤1.0% + Giữa khoảng CV: K⁺ ≤3.0%, Na⁺ ≤3.0%, Cl⁻ ≤3.0%, Ca⁺⁺ ≤5.0%, pH ≤1.0% + Độ thiên lệch chính xác: K⁺ ≤2.0%, Na⁺ ≤1.5%, Cl⁻ ≤3.0%, Ca⁺⁺ ≤5.0%, pH ≤1.0% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	1
3	IVD là dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm điện giải	2025 trở đi	Hộp	10x5ml	Thuốc thử Probe Cleaning solution Thành phần chính: Sodium hypochlorite (NaClO) 0.4% - 0.5% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7	1

