

Số: 61 /TM-TTYT

Lập Thạch, ngày 20 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua máy điện tim 6 cần của Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch.

Địa chỉ: Thôn Phú Lâm, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Văn Quyết, chức vụ: Trưởng khoa Dược –VTYT-KSNK, Số điện thoại: 0987921789.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản cứng và bản mềm PDF (đã đóng dấu và gửi qua email).

+ Bản cứng: Khoa Dược – VTYT-KSNK - Trung tâm Y tế khu vực Lập thạch, Thôn Phú Lâm, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ.

+ Bản mềm PDF nhận tại địa chỉ Email: khoaduocbvlt@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h30 ngày 20 tháng 8 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 30 tháng 8 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Theo Danh mục chi tiết kèm theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Dược-VTYT-KSNK.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hải Châu

Phụ lục 01: Danh mục yêu cầu báo giá

(Kèm theo thư mời báo giá số 61/TM-TTYT ngày 20/ 8/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch tỉnh Phú Thọ)

STT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy điện tim 6 cần	Máy điện tim 6 cần - Máy chính kèm theo các phụ kiện tiêu chuẩn sau: - 01c Dây nguồn - 01 Dây cáp điện tim - 06 quả Điện cực trước ngực - 04c Điện cực chi - 01 tập Giấy ghi - 01c ắc quy II. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: Thu nhận tín hiệu điện tim: - Mạch vào: được cách ly và bảo vệ để tránh sốc điện tim - Đạo trình điện tim: 12 đạo trình - Độ nhạy: 10 mm/mV $\pm 2\%$ - Điện trở vào: $\geq 20 \text{ M}\Omega$ - Hệ số lọc nhiễu: $\geq 100 \text{ dB}$ - Điện áp bù: $\geq \pm 550 \text{ mV}$ - Tần số đáp ứng: 0.05 Hz đến 150 Hz (-3 dB) - Thời gian thu nhận tín hiệu điện tim (khi ghi tự động): 10 đến 24 giây - Kiểm tra điện cực. Xử lý tín hiệu:	Cái	01

		- Tốc độ lấy mẫu phân tích: 500 mẫu/giây - Tốc độ thu thập mẫu: 8.000 mẫu/giây - Bộ lọc nhiễu xoay chiều: 50/60 Hz - Hằng số thời gian: $\geq 3.2s$ - Bộ lọc cao tần: 75, 100, 150 Hz - Bộ lọc nhiễu điện cơ: 25, 35 Hz - Điện thế phát hiện nhỏ nhất: $\leq 20 \mu V_{p-p}$ - Bộ lọc chống trôi: yếu 0.1 Hz (-20dB) mạnh 0.1 Hz (-34dB) Hiển thị: - Màn hình màu tinh thể lỏng - Kích thước: 5.7 inch - Độ phân giải: 320 x 240 điểm - Dạng sóng điện tim: 12 đạo trình - Hiển thị dữ liệu: 12 đạo trình sóng điện tim thông tin bệnh nhân, đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, phức hợp QRS, thông báo lỗi, tiếp xúc điện cực và độ nhiễu. Ghi: - Phương pháp: đầu in nhiệt - Mật độ in: 200 dpi (8dots/mm) - Khổ giấy: 110 mm - Số kênh: 3, 4, 6 - Tốc độ giấy: 10, 12.5, 25, 50 mm/giây - Độ nhạy: 5, 10, 20 mm/mV - Dữ liệu ghi: ghi loại chương trình, ngày tháng và thời gian, tốc độ giấy, độ nhạy, tên đạo trình, bộ lọc, tên bệnh viện, thông tin bệnh nhân (số ID, tên, giới tính, tuổi), đánh dấu thời gian, đánh dấu sự kiện, tuột điện cực và độ nhiễu.		
--	--	--	--	--

		Phân tích điện tim: - áp dụng cho bệnh nhân: khoảng từ 3 tuổi trở lên - Thời gian phân tích: 5 giây - Mục tìm ra kết quả điện tim: 200. Nguồn điện, AC và DC: - AC: 220 V 50 Hz - DC: ắc quy trong có thời gian hoạt động 1 giờ. An toàn: - Phù hợp với tiêu chuẩn IEC.		
Tổng cộng: 01 khoản				

Phụ lục 02: Mẫu báo giá dự thầu

(Kèm theo thư mời chào giá số 61/TM-TTYT ngày 20 /8/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch tỉnh Phú Thọ)

TÊN CÔNG TY

Địa chỉ.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa danh, ngày tháng năm 2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ vào thư mời chào giá ngày tháng năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch và khả năng cung ứng của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý Trung tâm bản báo giá cung cấp hàng hóa tại Trung tâm Y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá(VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1									

(Gửi các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:.... ngày, kể từ ngày....tháng ...năm.....(ghi cụ thể số ngày nhưng không ghi nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày....tháng ...năm.....(ghi ngày....tháng ...năm.....kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1-Yêu cầu báo giá).

3.Chúng tôi cam kết:

- Không trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

CÔNG TY.....

GIÁM ĐỐC

