

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy khoan xương cho khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức để phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Hoàng Bảo Sơn – Tổ Quản lý trang thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên. SĐT: 0368811656. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh tới Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên (Địa chỉ: Cửa Tràng, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) hoặc có thể gửi qua địa chỉ email: Hoangbaosonvn@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06 tháng 11 năm 2025 đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: *chi tiết theo phụ lục đính kèm*

- Thư chào giá

- Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa các TTBYT có tính chất tương tự (nếu có);

- Catalog hoặc tài liệu mô tả cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật của linh kiện, phụ kiện vật tư thay thế (nếu có);

2. Địa điểm cung cấp: Tổ Quản lý trang thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên.

3. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày đủ hồ sơ thanh toán.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHNV (đăng tải Trang TTĐT);
- Lưu: VT, TTVMS - 02.

Hàn



GIÁM ĐỐC

Đinh Thị Lan Oanh

Đinh Thị Lan Oanh

PHỤ LỤC I
DANH MỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Thông báo số 46/TB-TTYT ngày 06/11/2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực
Quảng Yên)

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Máy khoan xương <i>I. Cấu hình cung cấp:</i> + 01 tay khoan (thân khoan màu đen) + 02 pin NI-MH + 01 sạc pin + 01 ống dẫn pin + 01 khóa + 01 đầu kẹp Jacob + 05 mũi khoan xương (size: 0.8, 2.7, 3.2, 3.5, 3.7) Thông số kỹ thuật: - Công suất đầu ra : $\geq 85w$ - Tốc độ (r.p.m): 0-1000 - Mô- men xoắn (Nm): ≥ 3.0 - Điện áp (v): 14.4 (1800mAh) - Nhiệt độ khử trùng: $\geq 135^{\circ}C$ - Tiếng ồn (db): ≤ 40 - Nguồn điện cung cấp: Pin NI-MH - Máy khoan rỗng lòng, có thể xuyên đinh hoặc mũi khoan từ đường kính 0 - 4.2mm - Đường kính đầu Jacob (đầu kẹp 3 chấu) từ 0.6mm-8mm. - Đầu Jacob và máy khoan kết nối theo tiêu chuẩn Stryker . - Máy có chế độ đảo chiều thuận nghịch. Máy khoan xương này dùng cho phẫu thuật kết hợp xương, phẫu thuật đinh nội tủy, phẫu thuật khoan	Máy	01	
01 danh mục				