

Số: 1104/TB-BVQY

Quảng Yên, ngày 31 tháng 7 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư y tế, y dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên trong tháng 8 năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

DS.Nguyễn Đức Hiếu – Nhân viên khoa Dược-VTTBYT

(Điện thoại: 0936.983.936). Email: nguyenducduy2011qn@gmail.com).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh đến Khoa Dược-VTTBYT Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên (Địa chỉ: Khu phố Tiền An 1, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) và gửi qua địa chỉ email: khoaduocvttbytqy2025@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00' ngày 31 tháng 7 năm 2026 đến trước 10h30' ngày 04 tháng 8 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Sonde foley 2 nhánh	Thành phần 100% cao su tự nhiên, Phủ Silicon, không chứa DEHP gây ung thư. Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều. Lỗ thông tiểu lớn và trơn, tráng silicon trong lòng ống, được tiệt trùng. Sonde Foley 2 nhánh số 12-20 Fr. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	200
2	Túi đựng nước tiểu	Thành phần: Nhựa y tế tráng Silicon. Thể tích ≥ 2000 ml. Kích thước túi $\geq$ (dài 28cm x rộng 20cm), có lỗ treo túi và băng ghi thông tin bệnh nhân. Van xả thoát đáy chữ T, dây dẫn dài ≥ 90 cm có van chống trào ngược và có nắp đậy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	200
3	Túi bóp tăng áp lực truyền	Túi chất liệu Vải phủ PU + vải lưới poyamide - Dung tích 500cc - Kích thước: 250x162mm Vải lưới trong suốt giúp nhìn rõ lượng dịch trong túi - Có móc để treo trên cọc truyền	Cái	4

STT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Đồng hồ áp kế chất liệu ABS + glass plexiglass - Bảo vệ đồng hồ áp kế chất liệu Silicon - Van chỉnh của bóng bóp chất liệu Aluminium + brass - Bóng bóp chất liệu PVC		
4	Băng keo thử nhiệt hấp ướt	Băng chỉ thị nhiệt dùng trong tiết khuẩn hơi nước - Cố định các gói được bọc bằng vải dệt chưa qua xử lý và vải không dệt, giấy và giấy/ nhựa dùng một lần. - Phân biệt gói dụng cụ đã qua tiết khuẩn hay chưa - Cấu tạo: + Chất kết dính mạnh mẽ, phù hợp với nhiều loại màng bọc khác nhau bao gồm vật liệu như vải dệt chưa qua xử lý (nghĩa là 100% cotton có thể tái sử dụng và hỗn hợp cotton / poly) và vải không dệt dùng một lần, giấy và giấy / bao bì nhựa. + Lớp nền là một loại giấy crepe màu be và cung cấp độ giãn cần thiết khi gói giãn nở trong quá trình tiết khuẩn. - Vạch chỉ thị hóa chất sẽ hiển thị sự thay đổi màu sắc trực quan từ trắng / nâu nhạt sang nâu sẫm / đen khi tiếp xúc với quy trình tiết khuẩn bằng hơi nước. - Kích thước: 24mm x 55m - Chỉ báo sẽ không thay đổi trực quan trong vòng 6 tháng khi được bảo quản ở các điều kiện theo hướng dẫn. - Thành phần: Giấy Crepe bảo hoà 40-50%, Chất kết dính 10-20%, Acrylic Polymer 2-5%, Mực chỉ thị hơi nước 0.5-2%. - Không chứa mù cao su tự nhiên. - Sản phẩm không chứa chì. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO 13485-2016	Cuộn	40
5	Cidex OPA	Thành phần tối thiểu gồm: glutaraldehyde $\geq 2\%$ + pH ≥ 6 , là dung dịch pha sẵn không cần hoạt hóa. Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao ≤ 10 phút, sử dụng trong vòng ≥ 30 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Can	20
6	Bộ đo huyết áp cơ	Gồm 1 đồng hồ đo và 1 tai nghe, khoảng đo từ 20 đến 300mmHg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Bộ	2
7	Bộ lưu lượng cảm nhanh oxy hệ DIN	Cụm oxy gắn tường gồm: cột đo lưu lượng và bình tạo ẩm oxy gắn tường	Bộ	2

2. Địa điểm cung cấp: Tại Khoa Dược-VTTBYT Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 8 năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày đủ hồ sơ thanh toán.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTVMS - 01.

GIÁM ĐỐC



Đinh Thị Lan Oanh