

Số: 991/TB-BVQY

Quảng Yên, ngày 08 tháng 7 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư y tế, y dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên trong tháng 7 năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

DSCKI. Đỗ Đức Huy – Trưởng khoa Dược-VTTBYT

(Điện thoại: 0987777484). Email: Duchuy121@gmail.com).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh đến Khoa Dược-VTTBYT Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên (Địa chỉ: Cửa Tràng, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) và gửi qua địa chỉ email: Khoaduocvttby@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00' ngày 08 tháng 7 năm 2026 đến trước 08h00' ngày 13 tháng 7 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ gây tê ngoài màng cứng	"Kim touhy có đánh dấu độ sâu rõ ràng giúp đâm kim chính xác, cạnh vát bên trong của kim được làm nhẵn để giảm thiểu nguy cơ làm đứt ống thông. Ống thông gây tê ngoài màng cứng: Đầu ống tròn kín với 3 mắt bên. - Xy lanh "giảm kháng lực" được thiết kế đặc biệt phù hợp với kỹ thuật sử dụng khí hoặc nước muối: giúp xác định rõ khoang ngoài màng cứng. - Đầu dẫn: Vừa vận với kim ngoài màng cứng và hỗ trợ đưa ống thông vào dễ dàng. - Đầu nối có thể tháo rời: đầu nối khoá xoắn riêng biệt - Bộ lọc 0,2 micron thêm an toàn và kiểm soát chống nhiễm khuẩn. - Đế cán bộ lọc: để cố định bộ lọc."	Bộ	10

STT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
2	Gạc phẫu thuật không dệt 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp, vô trùng	Thành phần: Sản phẩm được làm từ chất liệu vải không dệt. Không có hóa chất tẩy trắng, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ pH: trung tính. Độ ẩm: $\leq 8\%$. Độ trắng: $\geq 80\%$. Được tiệt trùng. Kích thước 7,5cmx7,5cmx6 lớp (± 2 mm). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Gói	100
3	Gạc thận nhân tạo 3.5cm x 4.5cm x 80 lớp	Thành phần 100% cotton tẩy trắng, đã được giặt sạch, mềm mại, độ thấm hút cao, không độc tố và không gây dị ứng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Gói	250
4	Túi bọc camera	Được sản xuất từ nhựa PE, trong suốt, dùng để bao che thiết bị trong phẫu thuật nội soi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	200
5	Lam kính đầu mờ	Lam kính mài mờ, dùng để quan sát kính hiển vi.	Hộp	150
6	Ống nghiệm nhựa có nắp 5ml, 12x75mm	Chất liệu nhựa PP, có nắp đậy, kích thước 12x75mm. Đạt tiêu chuẩn ISO	Cái	20.000
7	Bộ đo huyết áp điện tử	Thiết bị đo huyết áp điện tử, có đèn hướng dẫn quấn vòng bít, phát hiện nhịp tim bất thường. Đạt tiêu chuẩn ISO	Bộ	1
8	Cân sức khỏe có thước đo chiều cao	Cân dạng đứng, hiển thị bằng đồng hồ cơ. Thước đo chiều cao tích hợp có thể thu gọn. Trọng lượng cân tối đa 120kg. Chiều cao đo từ 70cm đến 190cm.	Bộ	1
9	Bộ đo huyết áp cơ	Gồm 1 đồng hồ đo và 1 tai nghe, khoảng đo từ 20 đến 300mmHg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Bộ	3
10	Bộ lưu lượng cảm nhanh oxy hệ DIN	Cụm oxy gắn tường gồm: cột đo lưu lượng và bình tạo ẩm oxy gắn tường	Bộ	6

2. Địa điểm cung cấp: Tại Khoa Dược-VTTBYT Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 7 năm 2026.


4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày đủ hồ sơ thanh toán.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTVMS - 01. 

GIÁM ĐỐC

Đinh Thị Lan Oanh