

Quảng Yên, ngày 11 tháng 06 năm 2026

Số: 832/TB-BVQY

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.**

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Bảo dưỡng định kỳ kính hiển vi và tủ trữ máu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên năm 2026 để phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Hoàng Bảo Sơn – Tổ Quản lý trang thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên. SĐT: 0368811656. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên (Địa chỉ: Cửa Tràng, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) hoặc có thể gửi qua địa chỉ email: [Hoangbaoson@bvqy.com](mailto:Hoangbaoson@bvqy.com)

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 11 tháng 06 năm 2026 đến hết ngày 22 tháng 06 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục hàng hóa: *chi tiết theo phụ lục đính kèm*

- Thư chào giá

- Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa các TTBYT có tính chất tương tự (nếu có);

- Catalog hoặc tài liệu mô tả cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật của linh kiện, phụ kiện vật tư thay thế (nếu có);


2. Địa điểm cung cấp: Tổ Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

3. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày đủ hồ sơ thanh toán.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng KHNV (đăng tải Trang TTĐT);
- Lưu: VT, TTVMS - 02.



**GIÁM ĐỐC**



**Đinh Thị Lan Oanh**

**DANH MỤC CHI TIẾT**

(Kèm theo Thông báo số 832/TB-BKQY ngày 11/06/2026 của Bệnh viện Đa khoa khu vực  
Quảng Yên)



STT	Danh mục thiết bị	Số lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
1	<p><b>Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng kính hiển vi 2 mắt</b>                      Model: CX-23                      Hãng sản xuất : Olympus  <b>Nội dung bảo dưỡng:</b>                      1. Kiểm tra vệ sinh toàn bộ vật kính, thị kính, hộp tụ quang, phin lọc chuyển đổi ánh sáng và các thấu kính cố định nằm trong thân kính.                      2. Vệ sinh các thấu kính của Trinocular.                      3. Chỉnh lại tâm hộp tụ quang so với trục sáng của kính .                      4. Chỉnh lại tâm nguồn đèn.                      5. Kiểm tra căn chỉnh lại các bánh răng focus thô và tinh, bánh răng ăn khớp điều chỉnh bàn di mẫu, mâm xoay vật kính.                      6. Chạy thử, kiểm tra chất lượng cuối cùng.</p>	02	Máy	
2	<p><b>Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng kính hiển vi 2 mắt có gắn camera</b>                      Model: E200                      Hãng sản xuất : Nikon/ Nhật bản  <b>Nội dung bảo dưỡng:</b>                      1. Kiểm tra vệ sinh toàn bộ vật kính, thị kính, hộp tụ quang, phin lọc chuyển đổi ánh sáng và các thấu kính cố định nằm trong thân kính.                      2. Vệ sinh các thấu kính của Trinocular.                      3. Chỉnh lại tâm hộp tụ quang so với trục sáng của kính .                      4. Chỉnh lại tâm nguồn đèn.                      5. Kiểm tra căn chỉnh lại các bánh răng focus thô và tinh, bánh răng ăn khớp điều chỉnh bàn di mẫu, mâm xoay vật kính.                      6. Chạy thử, kiểm tra chất lượng cuối cùng.</p>	01	Máy	
3	<p><b>Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng kính hiển vi 2 mắt</b>                      Model: CX-21                      Hãng sản xuất : Olympus  <b>Nội dung bảo dưỡng:</b>                      1. Kiểm tra vệ sinh toàn bộ vật kính, thị kính, hộp tụ quang, phin lọc chuyển đổi ánh sáng và các thấu kính cố định nằm trong thân kính.                      2. Vệ sinh các thấu kính của Trinocular.                      3. Chỉnh lại tâm hộp tụ quang so với trục sáng của kính .                      4. Chỉnh lại tâm nguồn đèn.</p>	02	Máy	