

Số: 26/TM-BVTC
V/v Mời chào giá Thủy tinh thể nhân
tạo và vật tư dùng trong phẫu thuật mắt.

Tân Châu, ngày 16 tháng 07 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tân Châu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua Thủy tinh thể nhân tạo và vật tư dùng trong phẫu thuật mắt để đảm bảo đơn vị có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị báo giá:

1. Tên đơn vị báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tân Châu, Địa chỉ số 485, Đường Nguyễn Tri Phương, phường Tân Châu, tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- DS. Lê Thị Mỹ : 0949770085

- DS. Phạm Đặng Ngọc Ni : 0965627901

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Các đơn vị báo giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về: Phòng VT-TBYT - Bệnh viện Đa khoa Tân Châu. Địa chỉ: số 485, Đường Nguyễn Tri Phương, phường Tân Châu, tỉnh An Giang, gồm 02 bản chính.

- Và đồng thời gửi bản mềm file exel theo địa chỉ email: phongvattuthietbiytebvtc@gmail.com

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ 16h 00 phút ngày 16 tháng 07 năm 2025 đến trước 16h 00 phút ngày 30 tháng 07 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian và hiệu lực của báo giá: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2025

6. Thông báo Yêu cầu báo giá được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Tân Châu.

II. Nội dung của yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

STT	TÊN HÀNG HOÁ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kỵ nước, 1 mảnh, phi cầu, trong suốt, lắp sẵn.	- Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Hydrophobic Acrylic) , mềm, đơn tiêu, phi cầu, trong suốt. - Càng dạng: Chữ C - Optic thiết kế bờ cạnh vuông - Đường kính optic: 6,0 mm. - Đường kính tổng: $\geq 13,0$ mm - Lọc tia UV, không lọc ánh sáng xanh. - Dải công suất: từ +6,00D đến +30,00D (bước nhảy 0.5D) - Chỉ số khúc xạ : ≥ 1.54 - Chỉ số ABBE ≥ 37 - Kính Thiết kế phi cầu, chỉ số SA từ -0,15 đến -0,20 μm. - Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge kiểu xoay - Tiêu chuẩn: ISO, CE.	600	
2	Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kỵ nước, 1 mảnh, phi cầu, nhuộm vàng, lắp sẵn, lọc ánh sang xanh	- Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Hydrophobic Acrylic), mềm, đơn tiêu, phi cầu, nhuộm vàng. - Càng dạng: Chữ C - Thiết kế Optic: Bờ vuông - Đường kính optic: 6.0 mm - Đường kính tổng: ≥ 13.0 mm - Lọc tia UV, Lọc ánh sáng xanh. - Dải công suất: từ +0.0D đến +35.0D (bước nhảy 0.5D) - Chỉ số khúc xạ : ≥ 1.52 - Kính Thiết kế phi cầu, chỉ số SA từ -0.16 đến -0.22 μm - Chỉ số ABBE: từ 46 đến 48 - Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge kiểu xoay - Tiêu chuẩn: ISO, CE.	200	
3	Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, chất liệu kỵ nước, lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh.	- Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh - Chất liệu: copolymer không ngấm nước (hydrophobic copolymer) - Thiết kế phi cầu, cầu sai trung tính, chống chói - Lọc ánh sáng xanh, chống tia cực tím (UV) - Thiết kế optic: bờ vuông - Đường kính optic 6 mm - Đường kính tổng thể 13 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.48-1.50; ABBE : 52-55 - Dải công suất: -5D đến +40D - Càng chữ C, chống dính - Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge dùng 1 lần - Tiêu chuẩn: ISO, CE.	100	

4	Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, chất liệu kỵ nước, lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh.	- Chất liệu Acrylic không ngâm nước bề mặt phủ heparin hoặc tương đương - Optic: thiết kế phi cầu, bù trừ cầu sai thay đổi theo độ cong giác mạc - Càng: thiết kế 2 càng, càng chữ C. - Đường kính Optic: 5,5 mm đến 6.0 mm - Chiều dài tổng: ≥ 13.0 mm - Lọc ánh sáng xanh, lọc UV. - Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.49 - Chỉ số ABBE ≥ 51. - Dải công suất từ +0.00 đến +34.0 D bước nhảy 0.5D - Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge dùng 1 lần - Tiêu chuẩn: ISO, CE hoặc FDA	600	
5	Dao phẫu thuật phaco các kích cỡ	- Hình dạng, cấu trúc và thành phần: + Dao được trang bị nắp đậy an toàn. + Nguyên liệu chính: Tay cầm: Polycarbonate; Lưỡi dao: Thép không gỉ. Nắp: Polycarbonate. + Kích cỡ: 2.2mm; 2.4mm; 2.6mm; 2.8mm	300	
6	Dao phẫu thuật phaco 15 độ	- Hình dạng, cấu trúc và thành phần: + Dao được trang bị nắp đậy an toàn. + Nguyên liệu chính: Tay cầm: Polycarbonate; Lưỡi dao: Thép không gỉ. Nắp: Polycarbonate.	300	
7	Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật phaco	- Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa - Thành phần chính: Sodium Hyaluronate (1.6% hoặc 2%) - Thể tích 1ml hoặc 1.5ml - Tiêu chuẩn ISO 13485/CE hoặc tương đương	750	
8	Chất nhuộm bao dùng trong phẫu thuật Phaco	- Chất nhuộm bao Trypan Blue Ophthalmic Solution 0,06% khối lượng/ thể tích. Dung dịch vô trùng, đẳng trương.	120	

2. Báo giá hợp lệ: Báo giá ghi rõ đơn vị ký và đóng dấu, giá đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển, giao nhận, bảo hành và các chi phí khác (nếu có).

3. Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2025

Bệnh viện Đa khoa Tân Châu trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng KHTH đăng website bệnh viện;
- Lưu: VT, Phòng VT-TBYT.



BSC KIL. Nguyễn Văn Nơ

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm Thư mời chào giá số

/TM-BVTC ngày 16 tháng 07 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Tân Châu)

[Thông tin Công ty...]

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Tân Châu.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Tân Châu, Công ty...hân hạnh gửi đến Quý Bệnh viện bảng báo giá, cụ thể như sau:

1. Báo giá cho mặt hàng, gồm:

ST T	STT theo Phụ lục hàng hóa mời chào giá	Danh mục vật tư y tế	Tên thương mại	Ký hiệu, mã hàng hóa	GPLH hoặc GPNK hoặc PTN, HSCB TIÊU CHUẨN TTBYT	Thông số, tính năng kỹ thuật hoặc tương đương	Hạn dùng/ Ngày sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Cơ sở sản xuất	Nước sản xuất	Đơn giá (VAT)	Số lượng	Thành tiền (VNĐ)	Giá kê khai
1															
Tổng cộng:.....mặt hàng															

2. Bảng báo giá có hiệu lực trong vòng 180 ngày, kể từ ngày 28 tháng 07 năm 2025

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các vật tư y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trên là trung thực.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Ngày.... Tháng..... năm

CÔNG TY....

GIÁM ĐỐC