

Số: /TM-BVĐKKVBQ
V/v mời báo giá thiết bị, vật tư, vật tư
thay thế của máy năm 2026

Bắc Quang, ngày 13 tháng 8 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thiết bị, vật tư y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang. Đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá gói thầu: Mua sắm thiết bị, vật tư, vật tư thay thế của máy năm 2026 của bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ds Nguyễn Tuyên Hải – Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế, bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang;

- Điện thoại: 0965118333

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Ds Nguyễn Tuyên Hải - Khoa dược-VTTBYT Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang. Thôn Quang Vinh, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Và qua mail: Nguyenhaiduoc90@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13 tháng 8 năm 2026 đến trước 15h30 ngày 20 tháng 8 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ngày báo giá.

6. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang, Thôn Quang Vinh, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Báo giá hàng hóa 02 bản, và Hồ sơ năng lực 01 bản có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu chứng minh năng lực (tư cách pháp nhân, kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự...) của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải muasamcong.mpi.gov.vn;
- Đăng tải Website của Bệnh viện;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Công

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC

Mua sắm thiết bị, vật tư, vật tư thay thế của máy năm 2026 của bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo thư mời báo giá số /TM- BVĐKKVBQ ngày 13 tháng 8 năm 2026

của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang)

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Phụ kiện cho máy monitor infunix IP4050 - Hàn Quốc				
1.1	Dây nối đo huyết áp dùng cho máy monitor	Dây nối đo huyết áp dùng cho máy monitor. Cáp dài $\geq 3\text{m}$. Tương thích với phần lớn các dòng Monitor Sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh	9	Cái	
1.2	Bao đo huyết áp loại 1 ống	Bao đo huyết áp loại 1 ống , dài $\geq 25\text{ cm}$ đến 33cm. Bao gồm 1 vòng bít. - Kích cỡ người lớn, trẻ em.	9	Cái	
1.3	Dây cáp đo tín hiệu điện tim máy monitor	Dây cáp, vỏ bọc nhựa, có đầu nối, dùng đo tín hiệu điện tim. Dùng đo điện tim, loại 03 điện cực. Chiều dài $\geq 3\text{m}$	9	Cái	
1.4	Cảm biến spo2 cho máy monitor	Cảm biến spo2 dùng cho người lớn, trẻ em Chiều dài $\geq 3\text{m}$	9	Cái	
2	Phụ kiện cho máy monitor B20I- GE Healthcare/ Phần Lan				
2.1	Dây nối đo huyết áp	Dây nối đo huyết áp bằng nhựa silicone dài 2,5m đ/kính 6mm, dùng	9	Cái	

	máy monitor	tương thích cho máy monitor B20I- GE Healthcare			
2.2	Bao đo huyết áp loại 1 ống	Bao đo huyết áp loại 1 ống , dài ≥ 25 cm đến 33cm. Tương thích cho máy monitor B20I- GE Healthcare	9	Cái	
2.3	Dây cáp đo tín hiệu điện tim máy monitor	Dây cáp, vỏ bọc nhựa, có đầu nối, đường kính lõi 1.6mm, dùng cho máy đo tín hiệu nhịp tim, (Bộ gồm 3 sợi). Tương thích cho máy monitor B20I- GE Healthcare	9	Cái	
2.4	Cảm biến spo2	Cảm biến spo2 dùng cho người lớn dài ≥ 3 m. Tương thích cho máy monitor B20I- GE Healthcare	9	Cái	
3	Phụ kiện cho máy monitor CetusX12 - Axcent medical GmbH/Đức				
3.1	Dây nối đo huyết áp dùng cho máy monitor	Dây nối đo huyết áp dùng cho máy monitor	4	Cái	
3.2	Bao đo huyết áp loại 1 ống	Bao đo huyết áp loại 1 ống kích thước ≥ 25 cm-35cm	4	Cái	
3.3	Dây cáp đo tín hiệu điện tim máy monitor	dây cáp, vỏ bọc nhựa, có đầu nối, dùng cho máy đo tín hiệu điện tim	4	Cái	
3.4	Cảm biến spo2	Cảm biến spo2 dùng cho người lớn dài 3m	4	Cái	
4	Phụ kiện cho máy monitor INFINIUM-OMNI II				
4.1	dây cáp đo tín hiệu điện tim	Dây cáp, vỏ bọc nhựa, có đầu nối, dùng cho máy đo tín hiệu điện tim sử dụng được với máy theo dõi bệnh nhân INFINIUM-OMNI II	3	Cái	
4.2	Dây nối đo huyết áp dùng cho máy Monitor	Dây nối đo huyết áp dùng cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân INFINIUM-OMNI II	3	Cái	

4.3	Bao đo huyết áp	Bao đo huyết áp	3	Cái	
4.4	Cảm biến đo Spo2	Cảm biến Spo2 dùng cho người lớn dài 3 mét, sử dụng được với chuẩn đầu ra của máy theo dõi bệnh nhân INFINIUM-OMNI II	3	Cái	
5	Phụ kiện cho máy heo dơi bệnh nhân model: BSM-3562; hãng Nihon kohden				
5.1	Cảm biến đo Spo2	Cảm biến Spo2 dùng cho người lớn, sử dụng được với chuẩn đầu ra của máy theo dõi bệnh nhân model: 3562-Nihonkohden	1	Cái	
5.2	Bao đo huyết áp	Bao đo huyết áp trẻ em và trẻ sơ sinh	4	Cái	
5.3	Bộ đo huyết áp xâm lấn (IBP) của máy monitor	Bộ đo huyết áp xâm lấn (IBP) sử dụng được với chuẩn đầu ra của máy theo dõi bệnh nhân model: 3562-Nihonkohden	1	Cái	
6	Phụ kiện cho máy heo dơi bệnh nhân model: 7603-Nihonkohden				
6.1	Cảm biến đo Spo2	Cảm biến Spo2 dùng cho người lớn, sử dụng được với chuẩn đầu ra của máy theo dõi bệnh nhân model: 7603-Nihonkohden	1	Cái	
6.2	dây cáp đo tín hiệu điện tim	Dây cáp, vỏ bọc nhựa, có đầu nối, dùng cho máy đo tín hiệu điện tim sử dụng được với chuẩn đầu ra của máy theo dõi bệnh nhân model: 7603-Nihonkohden	1	Cái	
6.3	Dây nối đo huyết áp dùng cho máy Monitor	Dây nối đo huyết áp dùng cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân model: 7603-Nihonkohden	1	Cái	
7	Phụ kiện máy thở cipap Dolphin				
7.1	Cảm biến đo SpO2	Sử dụng được trên máy thở Cipap model:Dolphin, hãng MTTS	1	Cái	
8	Dây thở tương thích với các máy thở VIVO V65-Breas Medical/ Bennet 840/ Savina				

	Drager				
8.1	Bộ dây máy thở	Bộ dây thở bằng Silicon dùng cho người lớn Cấu hình gồm có: • Đoạn dây thở bằng Silicon dài 60cm: 04 đoạn • Đoạn dây thở bằng Silicon dài 45cm: 01 đoạn • Bẫy nước: 02 cái • Cút chữ Y: 01 cái	10	Cái	
9	Phụ kiện máy holter điện tim: Hãng Suzuken; model Cardy 302 Max				
9.1	Cáp holter dùng cho máy holter điện tim	Cáp holter dùng cho máy holter điện tim Cardy 302 Max; Hãng Suzuke	1	Cái	
10	Phụ kiện cho máy thở savina-Drager-Đức				
10.1	Cảm biến lưu lượng cho máy thở savina-Drager-Đức	Có thể tái sử dụng cho đến khi nào không hiệu chuẩn được nữa. đo lưu lượng bằng công nghệ sợi nhiệt, Cảm biến làm bằng Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) Tương thích với máy thở Draeger. (1 hộp/5 cái)	1	Hộp	
11	Hệ thống nội soi tiêu hóa olympus model:CV150				
11.1	Bộ van khí nước, van hút	van khí nước, van hút sử dụng được cho hệ thống nội soi tiêu hóa olympus model: CV15	2	Cái	
11.2	Van sinh thiết	Van sinh thiết sử dụng được cho hệ thống nội soi tiêu hóa olympus model:CV150	2	Cái	

12	Bóp bóng Ambu				
12.1	Bộ bóng bóp cấp cứu bằng Silicon sử dụng nhiều lần	Cổng cho bệnh nhân: 15mm ID / 22mm OD $\pm$ 0.5mm Cổ túi bằng silicone: 25mm ID $\pm$ 0.5mm Bình chứa cho Bộ bóng bóp cấp cứu có thể sử dụng lại: 25mm OD $\pm$ 0.5mm Lỗ cấp khí oxy: 6mm OD $\pm$ 0.5mm Không gian chết: 6.8~7.0ml Kháng thở khi hít vào: 0.196kPa $\pm$ 0.098kPa (2cmH20 $\pm$ 1cmH20) ở 30 L/phút Kháng thở khi thở ra: 0.196kPa $\pm$ 0.098kPa (2cmH20 $\pm$ 1cmH20) ở 30 L/phút Giới hạn áp suất cung cấp: Ở dòng khí 50 L/phút, áp suất dưới 60cmH20 cho người lớn Ở dòng khí 30 L/phút, áp suất dưới 40cmH20 cho trẻ em/sơ sinh Dung tích bình chứa: Bình chứa cho Bộ bóng bóp cấp cứu có thể sử dụng lại: 2700ml $\pm$ 200ml (Người lớn/Trẻ em) 1000ml $\pm$ 200ml (Trẻ sơ sinh) Dung tích: 1600ml $\pm$ 150ml cho người lớn 550ml $\pm$ 100ml cho trẻ em 280ml $\pm$ 50ml cho trẻ sơ sinh	22	Bộ	
12.2	Bộ bóng bóp cấp cứu bằng Silicon sử dụng nhiều lần	Cổng cho bệnh nhân: 15mm ID / 22mm OD $\pm$ 0.5mm Cổ túi bằng silicone: 25mm ID $\pm$ 0.5mm Bình chứa cho Bộ bóng bóp cấp cứu có thể sử dụng lại: 25mm OD $\pm$ 0.5mm Lỗ cấp khí oxy: 6mm OD $\pm$ 0.5mm Không gian chết: 6.8~7.0ml Kháng thở khi hít vào: 0.196kPa $\pm$ 0.098kPa (2cmH20 $\pm$ 1cmH20) ở 30 L/phút	3	Bộ	

		Kháng thở khi thở ra: $0.196\text{kPa} \pm 0.098\text{kPa}$ ($2\text{cmH}_2\text{O} \pm 1\text{cmH}_2\text{O}$) ở 30 L/phút Giới hạn áp suất cung cấp: Ở dòng khí 50 L/phút, áp suất dưới $60\text{cmH}_2\text{O}$ cho người lớn Ở dòng khí 30 L/phút, áp suất dưới $40\text{cmH}_2\text{O}$ cho trẻ em/sơ sinh Dung tích bình chứa: Bình chứa cho Bộ bóng bóp cấp cứu có thể sử dụng lại: $2700\text{ml} \pm 200\text{ml}$ (Người lớn/Trẻ em) $1000\text{ml} \pm 200\text{ml}$ (Trẻ sơ sinh) Dung tích: $1600\text{ml} \pm 150\text{ml}$ cho người lớn $550\text{ml} \pm 100\text{ml}$ cho trẻ em $280\text{ml} \pm 50\text{ml}$ cho trẻ sơ sinh Có van peep			
12.3	Mask thở của ampu bóp bóng	Được làm bằng nhựa PVC trong y tế. Không có Latex, vành bơm hơi đảm bảo cho việc kín khí. Vòng màu giúp phân biệt các cỡ. Đầu nối tiêu chuẩn (15/22mm). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	20	Cái	
13	Bộ đo điện tim tương thích với máy điện tim 6 cần Nihon kohden				
13.1	Dây cáp máy điện tim	dây cáp, vỏ bọc nhựa, có đầu nối, đường kính lõi 1,6mm, dùng cho máy đo tín hiệu điện tim (bộ gồm 10 sợi)	3	Cái	
13.2	Bộ điện cực ngực	Bộ điện cực ngực cho người lớn (1 set/6 cái)	3	Bộ	
13.3	Bộ điện cực kẹp chi	Bộ điện cực kẹp chi cho người lớn (1 set = 4 cái)	3	Bộ	
14	Bao đo huyết áp 1 dây	Bao đo huyết áp được dùng kết hợp với máy theo dõi bệnh nhân, máy đo huyết áp hoặc máy Holter huyết áp ... để theo dõi huyết áp không xâm lấn - Sử dụng nhiều lần - Dùng cho người lớn - Loại 1 Ống khí dài 35cm đường kính trong 4mm đường kính ngoài	10	Cái	

		8mm			
15	Bao đo huyết áp 2 dây	Bao đo huyết áp được dùng kết hợp với máy theo dõi bệnh nhân, máy đo huyết áp hoặc máy Holter huyết áp ... để theo dõi huyết áp không xâm lấn - Sử dụng nhiều lần - Dùng cho người lớn - Loại 2 Ống khí dài $\geq 35\text{cm}$ - Vòng bít $\geq 25\text{cm} - 35\text{cm}$	10	Cái	
16	Bộ cáp điện tim dùng cho máy monitor	Bộ cáp điện tim bao gồm: - 1 dây nguồn - 1 bộ chuyển đổi nguồn (AC adaptor) - 1 dây điện tim - 6 điện cực hút ở ngực bằng núm cao su - 4 điện cực kẹp chi	1	Bộ	
17	Cảm biến đo SPO2 dùng cho monitor	Cảm biến đo Spo2 cho máy monitor gồm đầu cảm (kết nối với máy monitor) dây dẫn và cảm biến đo (kết nối với cơ thể bệnh nhân như ở ngón tay, ngón chân, tai,).			
18	Bộ phụ kiện máy điện não đồ KT-88 (Mũ điện não: 1c; Điện cực não: 16c; Dây điện cực não: 18c; Kẹp tai điện não: 2c)	1, Bộ dây điện cực điện não : Dây cáp điện cực đã gắn đầu kẹp dùng cho máy điện não - Dây cáp chống nhiễu tốt. - Vỏ bọc nhựa cách điện. Dây dài 1,5 m, 1 đầu đúc ra 1 đầu kim kẹp. Đầu kẹp hình tròn, bám chắc vào điện cực. 2, Bộ điện cực điện não: - Kiểu dáng: điện cực cầu (Bridge) - Chất liệu bạc, không bị gỉ sét - Có đệm bông, êm hơn - Có rãnh để cố định bằng nón lưới	2	Bộ	

		3,Điện cực tai điện não - Kiểu dáng: dạng kẹp (Clip electrode EEG) - Chất liệu bạc, không bị gỉ sét - Có đệm bông, êm hơn, giúp kẹp vào tai mà ít bị đau. - Có lỗ để cắm cáp điện não hoặc đầu nhỏ để kẹp từ dây điện não. - Thân điện cực có rãnh, có thể vận để điều chỉnh khoảng cách tiếp xúc vào tai. 4, Mũ điện não: - Chất liệu cao su, co giãn tốt, giữ chặt điện cực điện não - Quai cài có thể điều chỉnh kích cỡ dễ dàng. - Các nút cố định có thể dịch chuyển vị trí thì thu gọn hoặc nới rộng nón.			
19	Bộ bơm tiêm 1 nòng áp lực cao dùng cho máy tiêm thuốc cản quang trong kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính (CT)	Bộ bơm tiêm thuốc cản quang 1 nòng phù hợp với máy bơm thuốc cản quang Zenith C20 ; Hãng Seacrown Một bộ gồm: 1 xilanh 200ml, 1 ống nối áp lực cao dài 150cm, 1 ống lấy thuốc nhanh chữ J.	90	Bộ	
20	Dây nối bơm thuốc cản quang	Chiều dài dây 75cm bằng nhựa y tế đã tiệt trùng, sử dụng 1 lần đạt tiêu chuẩn y tế. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 Iso 13485.2016 làm bằng vật liệu nhựa cường lực, có khóa an toàn Đóng túi PE/giấy EO; 2 x2 cm/ 1 bộ đảm bảo kín, thoát khí EO tốt.	300	Cái	
21	Bộ hút dịch di động áp lực cao 2 bình	Cấu hình gồm -Xe đẩy di động: 01 chiếc - Bộ điều chỉnh áp lực 2 chức năng kèm van chống tràn: 01 chiếc - Bình chứa dịch dung tích 4000cc: 02 chiếc - Đầu cắm nhanh khí hút: 01 chiếc	1	Chiếc	

		- Bộ dây silicon: 01 bộ;			
22	Đầu cắm nhanh khí y tế	ĐẦU CẮM NHANH KHÍ Y TẾ (Sử dụng khí oxy chuẩn DIN) Cấu hình chung: Đầu cắm nhanh khí Oxy chuẩn DIN: 01 chiếc	3	Chiếc	
23	Đầu cắm nhanh khí y tế	ĐẦU CẮM NHANH KHÍ Y TẾ (Sử dụng khí nén chuẩn DIN) Cấu hình chung: Đầu cắm nhanh khí Oxy chuẩn DIN: 01 chiếc	2	Chiếc	
24	Đệm bàn khám sản	Đệm bàn khám sản; Kích thước: $\geq 1200 \times 600 \times 50 \text{mm}$ Cấu hình chung: Đệm: 01 chiếc	2	Chiếc	
		Tổng cộng: 24 khoản			

Lưu ý: Hàng hóa phải được cung cấp trong vòng không quá 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Phụ lục 1
MẪU CHÀO GIÁ

Công ty.....
Địa chỉ.....
Số điện thoại.....
Mã số thuế.....
Email.....

BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ, VẬT TƯ Y TẾ

Kính gửi: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang

Trên cơ sở mời báo giá số:...../..... Ngàycủa bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang. Chúng tôi công ty.....xin được gửi tới bệnh viện báo giá như sau:

STT Theo DM	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sx, nước sx	Mã hàng hóa	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
		Ví dụ							
1	Cảm biến SpO2 của máy monitor PHILIPS, dùng nhiều lần	Cảm biến SpO2 dùng cho bệnh nhân: Người lớn, trẻ em hoặc trẻ sơ sinh, dùng nhiều lần. Công nghệ đo: LED và bộ thu nhận quang học. Bước sóng LED: từ 650nm đến 950nm. Độ chính xác SpO2: $\pm 1\%$ (85-99%); $\pm 2\%$ (70-84%); không xác	U401-A,	Shenzhen Upnmed Equipment Co.,Ltd	Cái/ túi	Cái	10		

		định (dưới 69%). Dải đo nhịp mạch: 20 - 250 nhịp/phút. Độ chính xác đo nhịp mạch: ± 2 (20 - 250 nhịp/phút). Dài 3m. Tương thích sử dụng được với monitor hãng PHILIPS.							

Báo giá này có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá;

Giá trên hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt... Đến Bệnh viện Bắc Quangvà không phát sinh bất cứ chi phí nào thêm.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

