

Số: 28/BVĐKKVBQ-KD
V/v mời báo giá dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng
hệ thống RO của máy chạy thận nhân tạo sử
dụng tại bệnh viện ĐKKV Bắc Quang

Bắc Quang, ngày 31 tháng 07 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư, sửa chữa máy móc,
trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp
nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang

Địa chỉ: Tổ 1, Xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang

2. Các đơn vị báo giá bằng văn bản trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa
chỉ sau: DS Phạm Quốc Việt – Khoa Dược, VT-TTBYT, Bệnh viện ĐKKV Bắc
Quang. Địa chỉ: thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang

SĐT: 0977875686

Bản mềm gửi qua zalo của DS Việt có SĐT: 0977875686

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày 31 tháng 07 năm 2025 đến trước 9h00
ngày 11 tháng 08 năm 2025.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Phụ lục kèm theo

III. Hồ sơ chào giá gồm:

- Biểu chào giá theo mẫu tại phụ lục 1
- Catalogue tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có)
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BV BQ;
- Lưu: VT, KD, TCKT.



Phạm Mạnh Công

Phụ lục 1
BẢNG CHÀO GIÁ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng như sau:

TT	Danh mục hàng hóa	Mô tả tính năng, chủng loại, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất	Năm sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Bộ Role, khởi động từ bảo vệ bơm cấp nguồn 2	Model: RLD16 Hãng sản xuất: LS/ Hàn Quốc			Bộ	03			
2	Bơm cấp tăng áp nước nguồn	Model: 2CDX/120/20 Công suất: 1.5 Kw Điện áp: 380v Lưu lượng: 120L/p-215L/p Cột áp: 30m-54m Hãng SX : Ewala/ ý			Cái	01			
3	Lắp đặt, hàn vi sinh thay thế đầu nối cho 10 van inox SUS304 dùng cho chạy thận, lắp đặt thăm nước bồn chứa RO				Bộ	10			
4	Lõi lọc Catridge 5µm	Model: MBC 5-20NN Kích thước: 20 Inch Chất liệu: PP Hãng SX: Graver/ Mỹ			Cái	06			
5	Lõi siêu lọc 0,2µm	PP220IN20AOS Kích thước: 20Inch Chất liệu: PP Hãng SX: Hanyeon/ Hàn Quốc			Cái	02			

TT	Danh mục hàng hóa	Mô tả tính năng, chủng loại, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất	Năm sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
6	Lõi lọc khí 0.2µm	PP226IN10AOS Kích thước: 10 Inch Chất liệu: PP Hãng SX: Hanyeon/Hàn Quốc			Cái	01			
7	Thay thế cát Mangan greensand cột lọc đa lớp	Model: ATMDR12 Hàm lượng MnO2: Min 20 % Tỷ trọng: 1400-1600Kg/m3 Kích thước hạt: 1-2mm Hãng sản xuất: Vietfill/ Việt Nam			Kg	180			
8	Thay thế than hoạt tính cột lọc than số 1 và 2	Model: PK1-3M Chỉ số Lodine: Min 800 Kích thước hạt: 0.71-3.35mm Tỷ trọng: 280Kg/m3 Hãng SX: Norit-Cabot/ Ấn Độ			Kg	60			
9	Que test tồn dư clorin, độ cứng, peracetic acid của nước	Dùng để đo mức độ clo thấp (chloramines/clo tự do) trong nước cấp dùng để chạy thận và cũng cho biết nồng độ Clo (chất tẩy Clo) tồn dư trong dung dịch đã sử dụng để súc rửa đường ống sau khi khử trùng thiết bị thẩm tách máu. Hang sx: Serim/ Mỹ			Lọ	12			
10	Muối hoàn nguyên dạng viên nén	Nồng độ NaCl: 99.55% Hãng SX: Vis-soft/ Ấn Độ			Kg	500			
11	Bộ time thời gian dùng cho bơm RO	Điện áp: 220V Hãng: Omron/ Trung Quốc			Bộ	01			
12	Bóng đèn UV đường ống, tank chứa	Công suất 40W Hãng: Viqua/ Canada			Cái	02			
13	Tẩy rửa hệ thống màng RO - Model: EDTA-4Na và				Lần	01			

TT	Danh mục hàng hóa	Mô tả tính năng, chủng loại, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất	Năm sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
	Acid Citric	Định kỳ							
14	Tẩy rửa đường ống tuần hoàn theo quy định của Bộ Y Tế - Tẩy rửa bằng Javen hoặc Axit Peracetic	Định kỳ			Lần	01			
15	Xét nghiệm 22 chỉ tiêu hóa lí sau khi tẩy rửa -Theo tiêu chuẩn AAMI dùng cho nước RO chạy thận nhân tạo	Định kỳ			Lần	01			
16	Xét nghiệm chỉ tiêu nội độc tố sau khi tẩy rửa -Theo tiêu chuẩn AAMI dùng cho nước RO chạy thận nhân tạo	Định kỳ			Lần	01			
	Tổng cộng: 16 khoản								

Báo giá này có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá;
 Giá trên hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển Đến Khoa Dược Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quangvà không phát sinh bất cứ chi phí nào thêm.

Bắc Quang, ngày ... tháng ... năm 2025
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

