

Số: 193/BVĐKKVBQ-KD
Về việc yêu cầu báo giá thiết bị y tế

Bắc Quang, ngày 04 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư, thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa đơn vị cung ứng: Tủ âm cho khoa Vi sinh giải phẫu bệnh của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang.

I. Thông tin của Đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang
- Địa chỉ: Thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ người phụ trách tiếp nhận báo giá

- Họ và tên: Ds. Nguyễn Tuyên Hải
- Chức vụ: Khoa Dược
- Số điện thoại: 0965.118.333
- Địa chỉ gmail: Nguyentuyenhai810@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại: Thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang
- Nhận qua Gmail: Nguyentuyenhai810@gmail.com

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 4 tháng 12 năm 2025 đến trước ngày 16 giờ 00 phút ngày 11 tháng 12 năm 2025

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá

II.Nội dung yêu cầu báo giá

T T	Danh mục thiết bị	ĐVT	SL
1	Tủ ẩm Xuất xứ: Châu âu Dung tích: ≥ 53 lít Kích thước trong: $\geq 400 \times 400 \times 330$ mm Kích thước ngoài: $\geq 585 \times 784 \times 514$ mm Công suất: 1000W Điện áp: 230V Trọng lượng: 55kg $\pm$ 3Kg Trọng lượng đóng thùng: 76kg $\pm$ 1Kg Trọng tải tối đa trên 1 khay: 20kg $\pm$ 1Kg Số vị trí đặt khay: 4 vị trí Cấu hình cung cấp: 1 máy chính 1 khay đựng mẫu 1 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn của nhà sản xuất 1 sách HSDS bằng tiếng Việt Thông số kỹ thuật : Nhiệt độ Dải nhiệt độ cài đặt: Từ 20°C tới 80°C Dải nhiệt độ làm việc: tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường tới +80°C Độ chính xác nhiệt độ cài đặt: 0.1°C Đo nhiệt độ: 1 cảm biến nhiệt Pt100 loại A, 4 vòng lặp Hẹn giờ: bộ đếm ngược kỹ thuật số so thời gian cài đặt, có thể điều chỉnh từ 1 phút tới 99 ngày Chức năng SetpointWAIT: chương trình hoạt động của tủ chưa được tính cho tới khi đạt nhiệt độ cài đặt Hiệu chuẩn: tại ba giá trị nhiệt độ tự chọn Các thông số có thể điều khiển: nhiệt độ, vị trí cánh gió, chương trình thời gian, múi giờ, thời gian mùa hè/mùa đông Thông hơi: lỗ thông hơi được kết nối với bộ giới hạn cánh gió Giao tiếp :Thông số được lưu trữ trong trường hợp mất điện An toàn Kiểm soát nhiệt độ: có thể lựa chọn bộ kiểm soát quá nhiệt điện tử hoặc bộ giới hạn nhiệt độ cơ học TB, bảo vệ mức 1 theo tiêu chuẩn DIN12880, ngắt quá trình gia nhiệt khi nhiệt độ tủ vượt quá nhiệt độ cài đặt khoảng 20°C Tự động phân tích lỗi Bên trong làm bằng thép không gỉ	chiếc	01

Phía bên trong làm bằng thép không gỉ, dễ dàng vệ sinh, có rãnh gia cường giúp tích hợp và bảo vệ vùng gia nhiệt ở 4 phía Khung thép không gỉ Phía sau làm bằng thép mạ kẽm Điều kiện môi trường Lắp đặt : Khoảng cách tối thiểu giữa tường và phía sau tủ là 15cm, cách trần tối thiểu 20cm. Hai bên hông cách tường hoặc thiết bị khác tối thiểu 5cm. Độ cao: tối đa 2.000m so mực nước biển Nhiệt độ môi trường: +5°C tới 40°C Độ ẩm: tối đa 80%, không ngưng tụ Danh mục quá áp: II Mức độ ô nhiễm: 2		
---	--	--

Giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí.

III. Hồ sơ chào giá gồm:

1. Biểu chào giá
2. Catalogue tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có)
3. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm gửi chào giá.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Đăng Website đơn vị
- BGĐ (b/c)
- Lưu: VT, KHTC, KD



Phạm Mạnh Công



BẢNG CHAO GIÁ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau:

TT	Tên và thông tin hàng hóa; hãng sản xuất, nước sản xuất	Cấu hình, Thông số kỹ thuật của hàng hóa	Hình ảnh (nếu có)	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
	Tổng cộng: ... khoản							

1. Báo giá này có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá;

Giá trên hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt... Đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang và không phát sinh bất cứ chi phí nào thêm.

2. Công ty cam kết:

+ Không thuộc đơn vị đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

+ Đủ năng lực để cung cấp toàn bộ số sản phẩm trên.

+ Giao hàng đúng thời hạn và đảm bảo an toàn.

+ Các sản phẩm trên đảm bảo mới 100%.

+ Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP

(Ký tên, đóng dấu)