

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**  
**Y dụng cụ phục vụ hoạt động chuyên môn**  
**(Bồn rửa tay phẫu thuật, đèn cực tím)**

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị cung cấp

Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ sở tổ chức lập dự toán, lựa chọn đơn vị cung cấp bồn rửa tay phẫu thuật, đèn cực tím để phục vụ hoạt động chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục

Địa chỉ: Thôn Tư Môi, xã Phụ Dục, tỉnh Hưng Yên

2. Cách thức gửi báo giá:

Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện về: Phòng Tổ chức Hành chính - Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục; địa chỉ: Thôn Tư Môi, xã Phụ Dục, tỉnh Hưng Yên.

Người nhận: Phạm Minh Đức - Điện thoại: 0852585856

3. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 30/3/2026 đến trước 16 giờ ngày 06/4/2026

4. Yêu cầu hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ thời điểm kết thúc nhận báo giá (ngày 06 tháng 4 năm 2026).

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục: (Theo danh mục đính kèm).

2. Yêu cầu đối với báo giá: Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì niêm phong để bảo mật, tạo tính khách quan, minh bạch trong việc báo giá.

Bệnh viện rất mong nhận được sự quan tâm của các công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT.

  
GIÁM ĐỐC  
BỆNH VIỆN  
ĐA KHOA  
PHỤ DỤC  
Trần Ngọc Dũng

**DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT**  
 (Kèm theo Thông báo mời chào giá số 347/TM-BV ngày 30 tháng 3 năm 2026)

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Bồn rửa tay phẫu thuật	Cấu hình bao gồm : Phần thân làm bằng composite nguyên khối chống hóa chất; - Thân bồn composite ; - Gương kích thước 400x400 mm (02 bộ); - Vòi nước bằng inox (02 bộ); - Máy xả xà phòng tự động dung tích 1 lít (01 bộ); - Sensor cảm biến tự động mở nước (02 bộ); - Rơ le thời gian: Ổn định dòng chảy tự động ngắt nước (02 bộ); - Hệ thống lọc thô đạt tiêu chuẩn 0,5 – 5 μm (01 bộ); - Hệ thống lọc tinh đạt tiêu chuẩn 0,1 – 1 μm (02 bộ); - Hệ thống UV diệt khuẩn nước 29W (01 bộ); - Bình nước nóng công suất 4,5Kw (01 bộ); - Công tắc gói dự phòng (02 bộ); - Bơm tăng áp 100W (01 bộ); - Van điện từ 24V (02 bộ); Kích thước bồn: 1.400x680x1.740 (mm) ± 5% <b>TÍNH NĂNG CỦA BỒN</b> - Bồn rửa tay phẫu thuật 2 vòi composite thiết kế phù hợp với đặt sàn (có bánh xe). - Bồn được chế tạo bằng composite chuyên dụng chống hoá chất, chống ăn mòn. - Lòng bồn thiết kế sâu, dốc, bo tròn góc chống bám bẩn, chống bắn nước ngược. - Có hệ thống tăng áp, đảm bảo áp suất nước đủ mạnh, phù hợp rửa tay phẫu thuật. - Hệ thống điều khiển tắt mở nước thông minh tự động ngắt-xả nước khi đưa tay vào vòi với sensor cảm biến hồng ngoại và công tắc gói dự phòng. - Hệ thống cấp nước nóng với nhiệt độ nước được kiểm soát ổn định và tùy chỉnh. - Máy xả xà phòng tự động gắn trên bồn: tự động xả xà phòng khi đưa tay vào. - Hệ thống lọc 3 cấp gồm: 01 bộ lọc thô và 02 bộ lọc tinh. - Hệ thống diệt khuẩn bằng UV đảm bảo nước đạt tiêu chuẩn nước vô khuẩn.	cái	

2	<b>Thiết bị tiệt trùng không khí:</b> <b>Đèn cực tím</b>	Đèn tiệt trùng không khí ( Đèn UV) - 2 bóng 30W Tia UV $\geq 2 * 107 \mu\text{w}/\text{Cm}^2$ Phạm vi tiệt trùng 30-40 m <sup>2</sup> Bóng 915mm Chiều dài khi gấp 1070mm Hẹn giờ 120 phút Góc chiếu 0-180 độ Nguồn điện 220V/50Hz	cái	1
---	---	---	-----	---



....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THÀU**

(Ký tên, đóng dấu)