

Số: 628 /YCBG-BVDL

Hưng Yên, ngày 17 tháng 12 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp thiết bị y tế, vật tư y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Da liễu hiện nay đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị y tế cho khoa Y học cổ truyền- phục hồi chức năng tại Bệnh viện Da liễu năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Da liễu

Địa chỉ: Số 278, đường Trần Thánh Tông, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Hà Thu - bộ phận Văn thư,

SĐT: 0396141168.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Hồ sơ pháp lý gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Hồ sơ sản phẩm gồm: catalog, hình ảnh sản phẩm

- Bảng báo giá (theo mẫu file đính kèm)

+ Bản ký đóng dấu: Gửi về Bà Thu, Bộ phận văn thư - Bệnh viện Da liễu,

Địa chỉ: Số 278, đường Trần Thánh Tông, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên (Tài liệu gửi về Bệnh viện phải niêm phong theo quy định)

+ File mềm báo giá về địa chỉ gmail: vanthubenhviendalieu@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 07h ngày 18/12/2025 đến trước 15h ngày 29/12/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 29/12/2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế, vật tư y tế:



có phụ lục chi tiết kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:

Tại kho Dược Bệnh viện Da liễu,

Cơ sở 2 thôn Cộng Đồng, xã Thụ Vũ, tỉnh Hưng Yên.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

3-5 ngày kể từ ngày đặt hàng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng: Không áp dụng

Bệnh viện thanh toán theo từng lần nghiệm thu hàng hóa khi Bệnh viện nhận được đầy đủ các giấy tờ, tài liệu liên quan đến thanh quyết toán (hợp đồng, hóa đơn GTGT theo qui định của Bộ tài chính, biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, và các chứng từ có liên quan khác được kho bạc chấp thuận làm thủ tục thanh toán).

5. Các thông tin khác (nếu có): không

Bệnh viện Da liễu kính mời các đơn vị cung cấp thiết bị y tế, vật tư, y dụng cụ ở Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm và khả năng cung cấp tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn!



GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thái Hà



Mẫu báo giá**BÁO GIÁ****Kính gửi: Bệnh viện Da liễu**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Da liễu, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	STT YCCG	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Mã HS	Thông số kỹ thuật	Phân loại TTBYT	Số lưu hành/ GPNK	Năm sản xuất	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Chi phí cho dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thành tiền
1														

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày, kể từ ngày kết thúc nhận báo giá]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



**PHỤ LỤC DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CHUYÊN MÔN CHO KHOA YHCT-
PHCN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU NĂM 2026**

STT	Tên chung hàng hoá	Mô tả tính năng kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Số lượng
1	Máy điện xung	Thiết bị dùng phương pháp trị liệu bằng sóng trung tần được điều chỉnh từ sóng thấp tần. Tần số sóng trung tần: 2 kHz ~ 6 kHz. Tần số sóng thấp tần điều chỉnh: 1 ~ 150 Hz. Cường độ truy xuất lớn nhất: 0 ~ 100mA. Độ ổn định cường độ truy xuất : $\leq \pm 5\%$. Điện áp nguồn: 220V $\pm$ 22V / 50Hz $\pm$ 1Hz. Phạm vi ra nhiệt tắm điện cực: 38°C~55°C, phân 6 cấp, chênh lệch $\pm 2^\circ\text{C}$. Công suất truy nhập: $\leq 35\text{VA}$. Đường truy xuất: 2 đường. Chế độ làm nóng bản cực điều chỉnh. Phụ kiện kèm theo: Dây điện cực, tấm bản cực	Cái	1
2	Máy điện rung Massage	Điện thế 220V, tốc độ quay cao 2920 - 3500rpm (vòng/ phút)	Cái	1
3	Đèn gù Hồng ngoại	Điện thế 220 VAC, bóng đèn 3,2V, khoảng rộng 30cm+30cm, độ sáng 18000 lux. Chân cao $\geq 1\text{m}$	Cái	5
4	Máy điện châm	Nguồn điện 6v, tần số 0,5Hz đến 50Hz, Biên độ xung ra 0 đến 140V + 10%. Phụ kiện kèm theo các dây cực	Cái	6
5	Máy siêu âm điều trị	Áp suất 86Pa đến 106Pa, Tần số: 1MHz và 3 MHz, Chùm tia song song	Cái	1