

Số: 218 /YCBG-BVDL

Thái Bình, ngày 26 tháng 6 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp thiết bị y tế, vật tư y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Da liễu hiện nay đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị y tế phục vụ chuyên môn cho Bệnh viện Da liễu năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Da liễu

Địa chỉ: Số 278, đường Trần Thánh Tông, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Hà Thu - bộ phận Văn thư,

SĐT: 0396141168.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Hồ sơ pháp lý gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Hồ sơ sản phẩm gồm: catalog, hình ảnh sản phẩm
- Bảng báo giá (theo mẫu file đính kèm)

+ Bản ký đóng dấu: Gửi về Hà Thu, Bộ phận văn thư - Bệnh viện Da liễu,

Địa chỉ: Số 278, đường Trần Thánh Tông, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. (Tài liệu gửi về Bệnh viện phải niêm phong theo quy định)

+ File mềm báo giá về địa chỉ gmail: vanthubenhviendalieu@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 07h ngày 27/06/2025 đến trước 17h ngày 07/07/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế, vật tư y tế:



có phụ lục chi tiết kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:

Tại khoa Dược Bệnh viện Da liễu Thái Bình.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

3-5 ngày kể từ ngày đặt hàng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng: Không áp dụng

Bệnh viện thanh toán theo từng lần nghiệm thu hàng hóa khi Bệnh viện nhận được đầy đủ các giấy tờ, tài liệu liên quan đến thanh quyết toán (hợp đồng, hóa đơn GTGT theo qui định của Bộ tài chính, biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, và các chứng từ có liên quan khác được kho bạc chấp thuận làm thủ tục thanh toán).

5. Các thông tin khác (nếu có): không

Bệnh viện Da liễu Thái Bình kính mời các đơn vị cung cấp thiết bị y tế, vật tư, y dụng cụ ở Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm và khả năng cung cấp tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn! 



GIÁM ĐỐC 

GIÁM ĐỐC
Trần Thị Thái Hà



Mẫu báo giá**BÁO GIÁ****Kính gửi: Bệnh viện Da liễu**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Da liễu, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	STT YCCG	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Mã HS	Thông số kỹ thuật	Phân loại TTBYT	Số lưu hành/ GPNK	Năm sản xuất	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Chi phí cho dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thành tiền
1														

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày, kể từ ngày báo giá]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ

PHỤC VỤ CHUYÊN MÔN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU NĂM 2025

(kèm theo yêu cầu báo giá số: 218 /YCBG-BVDL ngày 26 tháng 6 năm 2025)



STT	Tên Trang thiết bị y tế	Tên thương mại (Tham khảo)	Mô tả đặc tính kỹ thuật, thành phần chính	Đơn vị tính	SL
1	Đèn chiếu uvb bán thân	Đèn chiếu điều trị bệnh vẩy nến	7 bóng Đèn :UVB-311 230V/ 50Hz/ 350W, hoặc 4 bóng: dải bước sóng 3120-315nm, công suất mỗi bóng 20w, thời gian hẹn điện tử 9 phút 59 giây đầu đèn xoay được 350 độ	Cái	1
2	Máy Laser -Hene	Máy Laser- Hene HL-1100S	Gồm có thân máy và cần chiếu, bước sóng: 0,62	Cái	2
3	Máy đo huyết áp	Máy đo huyết áp	Bộ nhớ lưu trữ:90, trọng lượng:máy 280g,vòng bít 130g, tuổi thọ pin: khoảng 1000 lần đo điện thế pin 6V, kích thước vòng bít:145x466 hoặc tương đương,phạm vi đo huyết áp 20-280mmHg, nhịp tim 40-180 nhịp/phút.	Cái	1
4	Bàn thủ thuật	bàn khám inox nệm liền	kích thước:(dài: 180 x rộng 60 x cao 65) cm Khung bằng inox hộp 20 x 40mm, chân bằng inox hộp 30 x60mm, nệm liền ruột mút xốp dày 7cm bọc simili giả da, màu nệm : đen	Cái	
5	Giường bệnh nhân	Giường inox	Chất liệu: inox 304, kích thước:(dài 1900 x rộng 900 x cao 540)mm	Cái	
6	Bình chứa Nitơ lỏng		Thể tích ≥20 lít	Cái	1
7	Tủ đầu giường	Tủ inox đầu giường	Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 400 x 350 x 900 mm ±10% – Chất liệu: Inox 304/ Đặc điểm: + Khoảng trên là ngăn kéo cao 170 mm ±10%, trượt trên các thanh ray U có bánh xe. + Khoảng giữa có cánh cửa cao 150 mm ±10%. + Khoảng dưới cao 450 mm ±10% có cánh cửa + Nóc tủ có lan can cao 50 mm ±10% + Lan can uốn bằng ống phi 12,7 mm ±10% + Có chân đế cao su – Chứng nhận ISO 13485:2016 trong lĩnh vực Y tế.	Cái	2



Th

8	Thiết bị phun nito lỏng		• Dung tích bình chứa Nito: 500ml/ • Trọng lượng bình rỗng: 540g/ Trọng lượng bình đầy: 895 g/ Thời gian sử dụng: 20-24 giờ • Được chế tạo từ thép không gỉ và polypropylene. Cung cấp bao gồm: 01 Bình phun nito Brymill 500ml. /01 Bộ 06 đầu phun bao gồm: 4 đầu phun với Khẩu độ phun mờ có kích cỡ khác nhau (A,B,C,D)/ 01 Vòi Xịt thẳng (20g Straight Spray)/ 01 Vòi Xịt uốn cong (20g Bent Spray).	Cái	1
9	Dao mổ điện cao tần		Máy gồm: Bộ phát dao động cao tần, tay dao, tấm mass, bàn đạp các dây kết nối, giá để tay dao, các lưỡi dao, dùng cắt đốt công suất $\geq 300w$	Cái	1
10	Máy hút dịch liên tục áp lực thấp		Nguồn cung cấp: 100/240Vac có tích hợp Pin - Pin: 12V 1,3Ah Ac-Pb hoặc tương đương - Pin có thời gian sử dụng liên tục: 120 phút. - Độ ồn: $\leq 46 \pm 1.5Db$ (AS)/1m - Kích thước: (250 x 395 x 160 mm) $\pm 10\%$ - Trọng lượng: 2.5kg $\pm 10\%$ - Máy có 2 chế độ	Cái	1
11	Giường tiêm thẩm mỹ điều chỉnh điện		Kích thước: Chiều dài: 201cm. Chiều rộng: 60cm. Chiều cao: Cao: 60-85cm Chất liệu: Da simili thấm mồ hôi, mát, dễ vệ sinh. Nệm bọt biển mật độ cao, đàn hồi tốt Trọng tải: 300kg Động cơ: 3 động cơ: • Nâng/ hạ phần lưng -- có thể điều chỉnh chuyển từ giường thành ghế bằng cách dựng thẳng lưng thành ghế tựa và ngược lại • Nâng/ hạ phần chân • Nâng cao / hạ thấp chiều cao toàn giường	Cái	1
12	Máy điện di		Cấu tạo: Máy chủ và tay cầm/Bộ nguồn/ Cáp điện/ - Đầu dò đa chức năng trường tự nhiên tay cầm với điện cực cùng chức năng chính được sử dụng cho phương pháp điều trị ở mặt - chức năng: Heating, Cryo, Electroporation(+) và Electroporation(-) - Earth: Cực âm của điện cực Electroporation - Skin Scrubber: Đầu sùi tế bào chết Thông số kỹ thuật - Tần số 5KHz - Cường độ dòng điện 30mA - Làm lạnh -20 đến 0 độ C - Làm nóng 30-50 độ C - Điện áp đầu vào 110-220VAC/50~60Hz - Điện áp đầu ra (nguồn thiết bị) 100W	Cái	2
Tổng					



Th